

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łódź dn. 18.07.2023 r.

Wojewódzka Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr WSSE DEA OZPA 272.17.2023 Dostawa dwóch chromatografów cieczowych sprzężonych z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 127-403104 dnia 05.07.2023 r.

Dotyczy SWZ

1. Pytanie 1:

Rozdział XV, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie kart katalogowych/broszur dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XV ust 3 „...W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe przekładane wraz z ofertą są sporządzone w innym języku niż język polski, Wykonawca dołącza stosowane tłumaczenie, obejmujące swym zakresem co najmniej te fragmenty w dokumencie, które były wymagane jako przedmiotowy środek dowodowy....”

Wobec powyższego Wykonawca może dołączyć karty katalogowe lub broszury (lub inne dokumenty przedmiotowe) w języku angielskim (lub innym niż język polski) wraz z tłumaczeniem na język polski tych fragmentów (stron, rozdziałów) w których znajdują się informacje potwierdzające że oferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego. Ww. dokumenty winny być podpisane elektronicznie przez Wykonawcę.

2. Pytanie 2

Dotyczy Formularza Przedmiotowego, zał. nr 2 do SWZ

Pkt. 58 – czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji w języku angielskim.

Dotyczy projektu umowy

3. Pytanie 3

§5 ust. 2 – prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wykona niezbędne przeróbki pomieszczenia, w szczególności instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, na własny koszt i we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany aparat w celu uzgodnienia warunków instalacji oraz do zgłoszenia Zamawiającemu pisemnie uwagi w zakresie koniecznych przeróbek instalacji. Zamawiający stosownych przeróbek (wskazanych z piśmie Wykonawcy) dokona na własny koszt i we własnym zakresie.

4. Pytanie 4

§9 ust. 2 - wnosimy o zmniejszenie kar do 0,05% wynagrodzenia netto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ

5. Pytanie 5

Wnosimy o dodanie zapisu wynikającego z gwarancji producentów:

Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości wygasają w przypadku:

- a) eksploataowania Urządzenia będącego przedmiotem umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, z zalecaniami producenta oraz zaleceniami instrukcji obsługi,*
- b) wykonywania napraw, zmian lub przeróbek Urządzenia będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego we własnym zakresie lub zlecenie ich wykonania podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy,*
- c) stosowania innych materiałów eksploatacyjnych niż zalecane przez Wykonawcę, producenta lub wskazanych w instrukcji eksploatacji,*
- d) nieuprawnionej ingerencji w oprogramowanie Urządzenia będącego przedmiotem umowy,*
- e) dokonania zniszczenia mechanicznego w urządzeniu będącego przedmiotem umowy,*
- f) upływu okresu gwarancji*
- g) innych wskazanych w Umowie, karcie gwarancyjnej.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

6. Pytanie 6

W punkcie 59 OPZ Zamawiający zawarł wymóg:

„Dostarczenie niżej wymienionych wzorców pestycydów, spełniających wymagania normy ISO 17034 lub równoważnej z datą ważności minimum 12 miesięcy, w celu ustawienia metod: chloran, chlormekwat, fosetyl_Al, glufosynat amonowy, hydrazyl kwasu maleinowego, matryna, mepikwat, AMPA, N-acetyl-glifosat, N-acetyl-glufosynat, etefon-hydroksy (HEPA), MPPA, kwas cyjanurowy, chizalofop-P, glifosat, etefon”

Natomiast w punkcie IV 2. b. widnieje zapis:

„Ośmiodniowe szkolenie (40 godzin zegarowych), z wdrożenia metody oznaczania pestycydów polarnych i słabych kwasów organicznych przeprowadzone na dostarczonej aparaturze” W oparciu o obowiązujące przepisy prawa wymienione poniżej:

- 1) *Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG*
- 2) *PN-EN 15662:2018-06
Żywność pochodzenia roślinnego -- Multimetoda do oznaczania pozostałości pestycydów z zastosowaniem analizy opartej na GC i LC po ekstrakcji/podziale acetonitrylem i oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE --Metoda modułowa QuEChERS*
- 3) *PN-EN 12393-1:2014-01
Żywność pochodzenia roślinnego -- Metody oznaczania wielu pozostałości pestycydów za pomocą GC lub LC-MS/MS -- Część 1: Warunki ogólne*
- 4) *PN-EN 12393-2:2014-01
Żywność pochodzenia roślinnego -- Metody oznaczania wielu pozostałości pestycydów za pomocą GC lub LC-MS/MS -- Część 2: Metody ekstrakcji i oczyszczania*
- 5) *PN-EN 12393-3:2014-01
Żywność pochodzenia roślinnego -- Metody oznaczania wielu pozostałości pestycydów za pomocą GC lub LC-MS/MS -- Część 3: Oznaczanie i badania potwierdzające*
- 6) *PN-EN 15054:2007
Żywność o niskiej zawartości tłuszczu -- Oznaczanie chlormekwatu i mepikwatu -- Metoda LC-MS*

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

Dostarczenia dwóch systemów LC-MS/MS spełniających wymagania opisane w OPZ, wraz z wymaganymi wzorcami pestycydów polarnych i kwasów organicznych (we wskazanych matrycach) oraz kolumnami chromatograficznymi, i jednocześnie wymaga, żeby dostarczony sprzęt spełniał wymogi wyżej wymienionych rozporządzeń i norm, co jest jednoznaczne ze spełnieniem wymogów LOD / LOQ dla wymienionych związków we wskazanych przez Zamawiającego matrycach, a dodatkowo przez szkolenie Zamawiający rozumie rozwój, walidację i wdrożenie metod badawczych polegające na optymalizacji parametrów na oferowanym sprzęcie?

Odpowiedź:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamawiający wymaga dostawy dwóch systemów LC-MS/MS spełniających wymagania opisane w OPZ, wraz z wymaganymi wzorcami pestycydów polarnych i kwasów organicznych oraz kolumnami chromatograficznymi, jednocześnie wymaga się żeby dostarczony sprzęt sprostął wdrożeniu pestycydów: chloran, chlormekwat, fosetyl_Al, glufosynat amonowy, hydrazyt kwasu maleinowego, matryna, mepikwat, AMPA, N-acetyl-glifosat, N-acetyl-glufosynat, etefon-hydroksy (HEPA), MPPA, kwas cyjanurowy, chizalofop-P, glifosat, etefon. Przez szkolenie Zamawiający rozumie walidację i wdrożenie metod badawczych polegających na optymalizacji parametrów na oferowanym sprzęcie.

7. Pytanie 7

Właściwe oznaczenie śladowych ilości pestycydów polarnych szczególnie w trudnych matrycach zawsze wymaga użycia sprzętu o najlepszej możliwej czułości i selektywności. Z odpowiedzi już udzielonych przez Państwa wynika, że Zamawiającemu zależy na tym, aby wypełnić wymagania zastrzegających się przepisów/kryteriów w zakresie potwierdzania obecności określonej substancji w próbce. Laboratoria osiągają ten cel z wykorzystaniem różnego rodzaju spektrometrów mas. W przypadku szczególnie trudnych matryc spotyka się różnego rodzaju podejścia. Pewnym jest jednak, że potrzebują Państwo posiadać urządzenie o bardzo wysokiej czułości. W tym zakresie, bieżący opis spektrometru mas premiuje urządzenie posiadające możliwość pracy z eksperymentami MRM3 (które jednocześnie charakteryzuje się bardzo słabą czułością opisaną w wymaganiach minimalnych jako S/N 300 000:1). Takie podejście z pewnością znacząco przekieruje ciężar uzyskania rzetelnych wyników na etap przygotowania próbki. Spektrometr mas posiadający poziom S/N w wysokości tylko 300 000 : 1 będzie wymagał nastrzykiwania większej ilości materiału oraz zdecydowanie bardziej dokładnego jej przygotowania, co znacząco podniesie koszty analizy. Z tego względu zadziwia nas wymaganie minimalne czułości w zakresie tylko 300 000:1, który jest dalece niewystarczający dla potrzeb Państwa analiz. Dlatego uważamy, że potrzebują Państwo zwiększyć ten parametr minimalny przynajmniej do 750 000:1 (co będzie i tak wymogiem odnoszącym się do średniej klasy spektrometrów mas) i jednocześnie premiować taką samą ilością punktów za oferowanie sprzętu z możliwością MRM3 oraz sprzętu o wskaźniku S/N np. 1 500 000:1 dla rezerpiny i chloramfenikolu (premiowanie tak wysokiej czułości aparatu otworzy Państwu możliwość otrzymania oferty na najbardziej zaawansowane pod względem czułości aparaty). W takim przypadku ryzyko otrzymania sprzętu o niewystarczającej czułości zostanie wyeliminowane, zagwarantują sobie Państwo, że oferowany sprzęt poradzi sobie ze śladowymi oznaczeniami w trudnych matrycach. W związku z powyższym, prosimy o modyfikację oceny punktowej w następujący sposób: 20 pkt w przypadku zaoferowania spektrometru mas o możliwości eksperymentów MRM3 lub spektrometru mas o czułości S/N dla 1pg rezerpiny lub chloramfenikolu lepszej lub równej niż 1 500 000:1. Alternatywnie prosimy o przyznanie 10 punktów za MRM3 i 10 punktów za S/N 1 500 000:1 dla 1pg rezerpiny i chloramfenikolu. Uzyskane w ten sposób dodatkowe 10 punktów proponujemy przyznać za zaoferowanie gwarancji minimum 48 miesięcy, co w zasadniczy sposób spowoduje ograniczenie Państwa ryzyka w dłuższym czasie związanego z intensywną eksploatacją spektrometru mas.

Odpowiedź

Zamawiający na wstępie zwraca uwagę, iż zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą „Wyjaśnienia treści siwz, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy, stanowią uszczegółowienie, ewentualnie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

doprecyzowanie opisu zawartego w siwz w zakresie przedstawionym przez wykonawców występujących z zapytaniem. Zatem, wyjaśnienie nie może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania niż zawarte w treści siwz” (KIO 836/11). Tak więc, etap zadawania pytań nie może służyć określaniu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert w celu dopasowania ich do wymagań potencjalnych Wykonawców. Zamawiający ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia w oparciu o określone standardy techniczne dzięki wskazaniu wymaganych parametrów i może opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, który uzasadnia jego racjonalne i obiektywne potrzeby, przy czym nie muszą być to potrzeby określone na poziomie minimalnym. Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeanalizował jakie są jego potrzeby i w oparciu o to określił minimalne parametry i kryteria oceny ofert.

Wobec powyższego Zamawiający nie modyfikuje kryteriów oceny ofert i podtrzymuje zapisy SWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego nie powoduje zmiany treści SWZ w związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert określone w Rozdziałach XII i XIII SWZ.

W dniu 18.07.2023 zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up.

Waldemar Mańkowski
z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi