

Sprawa ZP/16/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na: „Zakup i dostawy gazów medycznych dla WSZ Ostrowiec wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00251258/01 z dnia 07.06.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Pytanie 1 do wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwości dodania do umowy klauzul antykorupcyjnej i siły wyższej. Zwracamy uwagę, iż klauzule te zostały przygotowane w sposób zapewniający równowagę kontraktową obu stron.

Proponujemy zapisy:

Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że:

I.stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony;

II.nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiegokolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków)

III.będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz

IV.na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji.

Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działania stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające danej Stronie wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. Wykonywanie Umowy zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie 2 do wzoru umowy par. 9 ust. 3

Wskazujemy, iż skoro Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych w wysokości przez siebie określonej to nie powinien on mieć już możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich kwotę, wskutek czego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie tego postanowienia w całości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie 3 do formularza cenowego pakiet 2

Odp.: Zamawiający wskazuje na brak pytania do wskazanego formularza cenowego pakiet 2.

4. Pytanie 4 do formularza cenowego pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mieszanki do znieczulenia 50/50 % tlen/podtlenek azotu w butli 11 litrowej o pojemności 3,23 m³ z właściwym przeliczeniem ilości:

20 butli *2,8 m³ = 56m³ 56m³/3.23= 17,33 (18 butli po zaokrągleniu do pełnych)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie 5 do formularza cenowego pakiet 4

Czy w pozycji nr 5 (ustniki jednorazowe) zamawiający wymaga złożenia oferty na ustniki jednorazowe z filtrem antibakteryjnym i antywirusowym

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

6. Pytanie 6 do formularza cenowego, Pakiet 2 pozycja 1 :

Czy zamawiający dopuszcza butle o ciśnieniu 200 bar, 10,6 m³ z właściwym przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie 7 do formularza cenowego, Pakiet 2 pozycja 2 :

Czy zamawiający dopuszcza butle o ciśnieniu 200 bar, 2,1 m³ z właściwym przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie 8 do formularza cenowego, Pakiet 2 pozycja 3 :

Czy zamawiający dopuszcza w butle o ciśnieniu 200 bar, 0,4 m³.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy pakietu nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1, w pakiecie 4, butli z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% o następujących parametrach: - pojemności wodnej 10l - objętości gazu 2,97 m³ - ciśnieniu 170 bar. Jednocześnie, ze względu na różnice w pojemnościach gazu w butlach dostępnych na rynku prosimy o wyrażenie zgody na właściwe przeliczenie liczby butli, w celu uzyskania porównywalnych ofert, mianowicie: 20 butli * 2,8 m³ = 56 m³ wymaganego gazu 56 m³ / 2,97 m³ = 19 pełnych butli oferowanego produktu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy pakietu nr 4

Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, Zamawiający posiada oddział położniczo-ginekologiczny. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50 % tlenu medycznego, 50 % podtlenku azotu, który oprócz opisu stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada również opis stosowania w położnictwie, zawarty w sekcji dot. Dawkowania i sposobu podawania w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty? Szczegółowo określony sposób użycia produktu leczniczego w konkretnych wskazaniach zawarty w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym aspektem.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

11. Dotyczy pakietu nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 5, pakietu nr 4 „Ustniki jednorazowe gaz znieczulający 100 szt.” dopuszcza zaoferowanie wszystkich jednorazowych elementów niezbędnych do podawania mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, pakowanych pojedynczo w oddzielne opakowania zbiorcze – tj. osobno filtry, osobno ustniki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 5, w pakiecie nr 4 dopuszcza zaoferowanie jednorazowych ustników i filtrów kierunkowych o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej co najmniej na poziomie >99,9% do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50? Posiadane w ofercie filtry i ustniki są zarejestrowane jako wyroby medyczne, z przeznaczeniem do podaży mieszaniny gazów w sposób bezpieczny i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy pakietu nr 4 Czy

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dozującego innego producenta niż ustników i filtrów? Posiadany w ofercie zawór dozujący oraz jednorazowe ustniki i filtry posiadają status wyrobów medycznych, są ze sobą w pełni kompatybilne i umożliwiają bezpieczną podaż mieszaniny gazów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WIFIOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec