

Wrocław, dnia 10.06.2022r.

nr postępowania: BZP.2710.12.2022.MR

## **Wykonawcy**

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

### **INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą:  
**„Dostawa refraktometru cyfrowego oraz polarymetru automatycznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – 2 zadania”**

Na podstawie art. 135 ust. 6 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga polarymetru automatycznego z kontrolą temperatury?

#### **Odp. Zamawiającego:**

Kontrola temperatury nie jest wymagana. Konieczna jest jednak możliwość rozbudowy/doposażenia o układ kontroli temperatury.

#### **Pytanie nr 2**

Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga przy dostawie rurki pomiarowej o minimalnej długości 200 mm, czy jedynie możliwości doposażenia o ten element, zaś w standardzie dopuszcza dostarczenie rurki pomiarowej o długości min. 100 mm?

#### **Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga dostawy rurki pomiarowej o minimalnej długości 200mm, jednak rozmiar komory musi pozwolić na stosowania rurek pomiarowych o minimalnej długości 200mm.

#### **Pytanie nr 3**

Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga rurki pomiarowej z czujnikiem temperatury? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści rurkę pomiarową o min. długości 100 mm z czujnikiem temperatury?

#### **Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia rurki pomiarowej z czujnikiem temperatury.



#### **Pytanie nr 4**

Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą termostatu?

#### **Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia termostatu.

#### **Pytanie nr 5**

Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści polarymetr bez możliwości kontroli temperatury i późniejszej rozbudowy o ten parametr?

#### **Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga kontroli temperatury. Konieczna jest jednak możliwość rozbudowy/doposażenia o układ kontroli temperatury.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

**ZATWIERDZIŁ:**

**Dyrektor ds. Administracyjnych  
mgr inż. Agnieszka Buszta - Małusecka**



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

