



L.dz. W. 278.../2021/DZP

Olsztyn, 2.03.2021 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania nr 39/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa aparatury, komponentów do produkcji pasz oraz odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 1 - Szafa chłodnicza do przechowywania komponentów pasz):**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zakres temperatur wynosi 1-7st.C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie szafy chłodniczej do przechowywania komponentów pasz, której zakres temperatur pracy obejmuje przedział od 1°C do 7°C.

Z poważaniem,

KANCLERZ  
  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA



Dorota Borkowska