



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.2600.38.2023  
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, 10.11.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w zapytaniu ofertowym pt.: „**Dostawa części eksploatacyjnych aparatury pomiarowej i badawczej dla Działu Laboratoryjnego WSSE w Bydgoszczy**” wpłynęły pytania Wykonawcy do treści opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści w części 6 w pozycji 1 oraz 2 kolumny równoważne do kolumn Kinetex Biphenyl oraz Kinetex F5 , które różnią się jedynie wielkością porów (90A zamiast 100A) oraz wielkością ziarna (2.7um zamiast 2.6um). Pozostałe wymagane parametry (m.in. selektywność/wymiar 100 x 2.1 mm/technologia core-shell) są bez zmian”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w części 6 w pozycji 1 oraz 2 kolumn równoważnych do kolumn Kinetex Biphenyl oraz Kinetex F5 o innej wielkości porów.

Z upoważnienia  
Dyrektora Wojewódzkiej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
(*podpis nieczytelny*)  
Sylwia DERDA

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>,
2. a/a.