



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 12.03.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**” (oznaczenie sprawy ZP-01/2024) – ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lutego 2024 r. pod numerem: **29/2024**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

Pakiet nr 7

1. Pytanie 1, dot. Pakiet 7, poz.7.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na mankiecie 0,14 mm. Tak nieznaczna różnica w grubości nie wpływa na parametry użytkowe rękawicy i jest niewyczuwalna dla użytkownika. Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie 2, dot. Pakiet 7, poz.7.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,18 mm oraz na mankiecie 0,13 mm. Pragniemy zaznaczyć, iż neopren jest surowcem o właściwościach odmiennych od naturalnego lateksu, w przypadku rękawic neoprenowych zbyt duża grubość ścianki powoduje nadmierną sztywność rękawicy, dlatego producenci dostosowują parametry fizyczne w celu zapewnienia optymalnych właściwości użytkowych produktu. Pozostałe parametry zgodnie z opisem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 12 marca 2024 r.

DYREKTOR

dr Sebastian JANKIEWICZ

Wykonał: M. Kardasz tel. 54 285 63 31
12.03.2024 r.

Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych