

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**w Poznaniu**



**im. prof. Ludwika Bierkowskiego**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70,  
www.szpitalmswia.poznan.pl  
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 23.10.2024 r.

ZP/p/41/2024

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługa serwisu urządzeń medycznych - okresowe przeglądy techniczne II”.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 3**

Zgodnie z art. 284 ust. 3 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

**Zestaw zapytań nr 8**

1. Dot. Część1, 10

Zgodnie z nową matrycą stawek podatku VAT, wprowadzoną 1 lipca 2020r. (załącznikiem 3 do ustawy o VAT) stawką 8 % zostały objęte świadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT), które zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 07.04.2022 r.

Zgodnie z naszą wiedzą urządzenia w Części nr 1 nie są wyrobami medycznymi w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r. i powinny podlegać 23 % stawce podatku VAT, natomiast urządzenia w pozycji 1, 2 w Części nr 10, zgodnie z deklaracją producenta, są wyrobami zgłoszonymi jako medyczne i powinny podlegać stawce podatku VAT 8 %.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o podanie informacji, czy w Części nr 1 i 10 należy pozostawić stawkę VAT wpisaną przez Zamawiającego czy też, zgodnie z zapisem w SWZ rozdz. XV pkt 9 ppkt.4: „(...) wykonawca ma obowiązek: (...) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie”, zmienić stawkę VAT zgodnie z naszą wiedzą.

Dzięki udzielonej odpowiedzi, będzie możliwość zastosowania właściwej stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy wskazania stawki podatku od towarów i usług (podatek VAT) jaka będzie miała zastosowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazanie stawki podatku VAT w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) opublikowanym przez Zamawiającego nastąpiło na skutek omyłki.

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający dokona zmiany SWZ w odniesieniu do Formularza asortymentowo-cenowego oraz dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, a także dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej już ofercie dokonał samodzielnej zmiany wysokości stawki podatku VAT w formularzu asortymentowo-cenowym zgodnie z zapisami SWZ.XV.4, zmiana oferty w tym zakresie nie będzie wymagana.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

**KIEROWNIK**  
**Działu Zamówień Publicznych**  
*mgr Michał Flis*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
2/ a/a  
Druk: M. Flis