




















nitrylex beFree long

Typ rękawicy:	nitrylowa, diagnostyczna, ochronna, niejałowa
Kolor:	niebieski (chabrowy)
Kształt:	uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń
Środek pudrujący:	Brak
Zawartość protein:	brak, produkt bezlateksowy
Powierzchnia zewnętrzna:	mikroteksturowana z teksturą na końcach palców
Powierzchnia wewnętrzna:	Chlorowana
Mankiet:	równomiernie rolowany brzeg
Minimalna długość w mm:	300
Grubość w mm (palec/dłoń/mankiet):	0,12 / 0,08 / 0,06
Minimalna siła zrywu: (przed starzeniem/postarzeniu)	7 N / 7N
AQL:	1.0
Raporty z badań:	Odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 min. 10 substancji cytostatycznych
Klasyfikacja CE:	klasa I – Wyrób Medyczny (Rozporządzenie (UE) 2017/745) kategoria III, typ B – Środek Ochrony Indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425)
Zgodność z normami:	EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN ISO 374-4 / EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / EN 420, ASTM F1671, ISO 16604, ASTM D6978
Znaki graficzne:	           
Op. jednostkowe / zbiorcze:	100 szt. / 10x100 szt.
Wyróżnik:	rękawice w technologii LOW DERMA potwierdzone przez: zmodyfikowany DRAIZE TEST-95
Rozmiary:	     system KRK – Kodowanie Rozmiaru Kolorem
Nr referencyjny:	XS RD30229001 S RD30229002 M RD30229003 L RD30229004 XL RD30229005

Wytwórca:



Mercator Medical S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków, Poland