

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przepływomierza

Zakres dostawy obejmuje komplet:

- przepływomierz ultradźwiękowy,
- dwa czujniki ultradźwiękowe,
- kable połączeniowe do czujników każdy o długości minimum 5m
- dwie opaski kablowe mocowane na rzepy,
- ultradźwiękowy żel kontaktowy,
- taśmę mierniczą,
- walizkę do przechowywania i przenoszenia przyrządu.

System pomiarowy powinien spełniać następujące wymagania minimalne:

- minimalny zakres pomiarowy: od -32 do 32 m/s
- rozdzielczość nie mniejsza niż 0,0001 m/s
- dokładność pomiaru nie mniejsza niż 3,5%
- rejestrację danych zapewniającą minimum zapis 1500 punktów pomiarowych
- interfejs USB (do pomiaru online i odczytu danych z pamięci wewnętrznej urządzenia),
- maksymalna temperatura cieczy nie mniejsza niż 160 °C

Gwarancja minimum 12 miesięcy.
