



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 05.01.2022 roku

FZP.III-241/94/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI III**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:


Pytanie nr 1.

Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, wysokiej jakości w wyjątkowo atrakcyjnej cenie dla Szpitala, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie :

Pozycja 6

- analogiczny adapter typu Goodman , również o typie przesuwным , współpracujący z urządzeniami do 11 F, wytrzymałość 400 kPa

Poniżej zdjęcie proponowanego rozwiązania :



Pozycja 7

Introducery z przewodnikiem stalowym, pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Proponowane rozwiązanie dla tych dwóch pozycji nieznacznie różni się od tych opisanych w SIWZ, nie wpływają one absolutnie na walory użytkowe.

Dla pozostałych pozycji 1,2,3,4,5,8,9,10 wszystkie warunki SIWZ spełnione.

Dopuszczenie w/w rozwiązania zaprocentuje znacznymi oszczędnościami w zakupie asortymentu, co w dobie Covid-19 jest kluczowe dla każdego Szpitala w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza