



Poznań, 15 grudnia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.5.2021

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF, zestawów do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF, zestawów odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II, zestawów odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem MagNa Pure 96, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „BC”

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet V, załącznik nr 6 do SIWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu końcówek z pakietu V pozycja nr 4 o pojemności 0,5µl – 250µl o następujących parametrach: wysokość końcówki 50 mm, wysokość stożka 33,5mm, wysokość osadzenia 15,6mm. Proponowane końcówki spełniają pozostałe warunki wskazane przez Zamawiającego. Są kompatybilne z pipetami Finnpipette.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek jednorazowych do pipet automatycznych o ww. parametrach.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia końcówek z pakietu V pozycja nr 4 o pojemności 0,5µl - 250µl w rakach (10x96sz.). Przy zachowaniu wymaganej w zamówieniu ilości końcówek.”

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. końcówek jednorazowych do pipet automatycznych w rakach. Ilość końcówek musi być zgodna z ilością zamawianą ogółem wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia, pakiet V, załącznik nr 6 do SIWZ.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl