



Kanclerz

14.02.2022 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/27/055/D/22 prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn. sukcesywna dostawa gazów technicznych, mieszanki Ar94% H26% wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą Pzp/ (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) informuje, iż do zamawiającego, dnia 14.02.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 1.

Zwracam się z pytaniem do Część I - dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli. Czy dopuszczają Państwo możliwość składania ofert na butle o pojemności innej niż wskazana w formularzu? Butle 50 l zamiast 10 l pojemności wodnej w przypadku helu oraz butle 50 l zamiast 40 l pojemności wodnej w pozostałych przypadkach.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na butlę z helem o pojemności 50 l.

Zamawiający **dopuszcza** butle 50 L zamiast 40 l w następujących pozycjach formularza rzeczowo cenowego dla części I : pozycja.1, 2, 3, 5, 6, 7.

W powyższej sytuacji, zgodnie z zapisami SWZ, zamawiający dopuszcza dostawę gazów w butlach o innej, **zbliżonej** pojemności niż wskazana w formularzach rzeczowo-cenowych. Jednak w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić, co najmniej taką ilość gazu (dm³, litrów, kg), jaką Zamawiający zamawia w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania korekty pojemności butli (kolumna 3), ilości butli do dzierżawy (kolumna 4) uwzględniając sumaryczną pojemność dzierżawionych butli oraz przewidywanego zapotrzebowania – szt. butli z gazem (kolumna 5) w formularzu cenowym i przy obliczaniu ceny danej części oferty, uwzględnić ilości skorygowane"

Powyższe odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

mgr inż. Mariusz Miler

Kanclerz Politechniki Gdańskiej

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)