



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań przeciwciał Klasy: IgM i IgG w kierunku boreliozy

Nr sprawy:

PK/86/2023

Elbląg, dnia 30.03.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, że w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników, akcesoriów i części zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, nr sprawy PK/86/2023, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiałów zużywalnych (końcówki pipetujące, bufor czyszczący, płyty do rozcieńczeń) nie będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.poz. 463, 583, 974), spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może określić wymaganą ilość oznaczeń na 24 miesiące dla pozycji 1 i 2 w formularzu cenowym w części „1.Odczynniki”?

Odpowiedź: Wymagana ilość oznaczeń 2400 dla każdej pozycji. Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy zostanie dołączony do wyjaśnień.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza „Borrelia burgdorferi PLUS VlsE” i jakie przeciwciała Zamawiający chce oznaczać w tej pozycji?

Odpowiedź: Przeciwciała klasy Ig G w kierunku borrelia burgdorferi sensu lato.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie , co oznacza „Borrelia incl.IgG/RF absorbent” i jakiego badania dotyczy ta pozycja?

Odpowiedź: Pozycja dotyczy przeciwciał klasy IgM w kierunku borrelia burgdorferi (absorbent RF/IgG zawarty w buforze do rozcieńczania próbek)

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby zestawy testowe do oznaczania poz. 1, 2 wykrywały 5 gatunków krętków spotykanych w Europie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 gatunki krętków (B.garini , B.afzeli , B. Burgdorferi sensu stricto)

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie jaką metodą Zamawiający chce oznaczać badania z poz. 1, 2?

Odpowiedź: Metodą ELISA

Pytanie nr 7

Prosimy o informacje jaka ilość oznaczeń poz. 1, 2 jest przewidziana na okres umowy?

Odpowiedź: 2400 dla każdej pozycji,1 oraz 2, poprawiony formularz asortymentowo-cenowy zostanie dołączony do wyjaśnień.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyjaśni jaka jest celowość zaoferowania materiałów zużywalnych?

Odpowiedź: W celu wykonywania badań na posiadanym aparacie Analyzer I-2P.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyjaśni poz. 4 z tab. 2 „Płyty do rozcieńczeń”?

Odpowiedź: Płyty kompatybilne do w/w analizatora.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyjaśni poz. 4 z tab. 2 „Bufor wyrównujący do analizatora”?

Odpowiedź: Bufor niezbędny do prawidłowej pracy w/w aparatu.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań przeciwciał Klasy: IgM i IgG w kierunku boreliozy

Nr sprawy:

PK/86/2023

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu do wykonywania badań z poz. 1, 2?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający jest w posiadaniu sprzętu do wykonywania badań z poz. 1, 2, jeśli tak to prosimy o wskazanie marki, modelu?

Odpowiedź: Analizer I-2P

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane odczynniki i materiały zużywalne były kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem Analizer I-2P ?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski