

BZP.38.382-51.15.24

Jastrzębie - Zdrój, 03.12.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na **Dostawy rękawic chirurgicznych, (BZP.38.382-51.24).**

ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 03.12.2024r.

Zamawiający działając na podstawie 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), wprowadza do Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ następujące zmiany:

W formularzu asortymentowo-cenowym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar
1.	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, pozbawione szkodliwych substancji powodujących alergię (akceleratorów) takich jak : tiuramy, ZMBT oraz MBT. Rękawice spełniające następujące parametry: polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały/kremowy/naturalny lateks, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, średnia grubość ścianki na palcu: 0,18 mm -0,02 mm/+ 0,07 mm, na dłoni 0,16 mm -0,02 mm/+0,05 mm, mankiecie: 0,14 mm -0,02 mm/+0,04 mm, długość min 280 mm, siła zrywania po starzeniu min. 13,0 N wg EN 455-2 "lub równoważnej" (na potwierdzenie raport z badań); Typ B wg EN ISO 374-1 "lub równoważną"; AQL max 0,65; niski poziom protein lateksowych - max 20 µg/g (na potwierdzenie raport z badań); sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni. lub Rękawice mogą być pakowane podwójnie, w zewnętrzne opakowanie hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie 50 par. lub Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; rękawice składane na pół, opakowanie 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic – objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 54% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji.	od 5,5 do 9,0 lub od 6,0 do 9,0

który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar
1.	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, pozbawione szkodliwych substancji powodujących alergię (akceleratorów) takich jak : tiuramy, ZMBT oraz MBT. Rękawice spełniające następujące parametry: polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, lub gładkie z wykończeniem z mikroteksturą , kolor biały/kremowy/naturalny lateks, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, średnia grubość ścianki na palcu: 0,18 mm -0,02 mm/+ 0,07 mm, na dłoni 0,16 mm -0,02 mm/+0,05 mm, mankiecie: 0,14 mm -0,02 mm/+0,04 mm, długość min 280 mm, siła zrywania po starzeniu min. 13,0 N wg EN 455-2 "lub równoważnej" (na potwierdzenie raport z badań); Typ B wg EN ISO 374-1 "lub równoważną"; AQL max 0,65; niski poziom protein lateksowych - max 20 µg/g (na potwierdzenie raport z badań); sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni. lub Rękawice mogą być pakowane podwójnie, w zewnętrzne opakowanie hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie 50 par. lub Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; rękawice składane na pół, opakowanie 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic – objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 54% i mniejszą	od 5,5 do 9,0 lub od 6,0 do 9,0

ilość odpadów do utylizacji.	
------------------------------	--

Załącznikiem do pisma jest:

- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 03.12.2024r.

Treść SWZ oraz pozostałych załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem