



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 335/07/2023

Chrzanów, 14.07.2023 r.

## Wykonawcy

### Dotyczy: postępowania na Dostawę sprzętu do diagnostyki raka płuc dla dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 84/2023

#### Odpowiedzi na zapytania

1. Dotyczy SWZ w rozdziale XIII, pkt. 3, ppkt. g), pozycja 2): Czy Zamawiający dopuści zaferowanie drobnego wyposażenia, które nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SWZ w rozdziale XIII, pkt. 3, ppkt. g), pozycja 2)?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

2. Dotyczy tabeli cenowej: Czy w przypadku zaferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza we wspomnianym zakresie.**

3. Dotyczy tabeli z parametrami technicznymi: Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie „Potwierdzić wymagania” należy wpisać „TAK” i będzie to jednoznaczne z potwierdzeniem danego parametru, czy też należy wskazać konkretne parametry dla których określono „max”, „min”, itp.?

**Odp.: Należy potwierdzić poprzez podanie konkretnych parametrów oferowanego sprzętu.**

4. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 2, podpunkt e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu e) na zapis następującej treści: „Po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy w całości lub jego zasadniczej części.”?

**Odp. zapis pozostaje bez zmian.**

5. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu w § 7 pkt. 7, do następującej treści: „W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, wykonawca zapewni:

- odbiór na własny koszt wadliwego urządzenia;
- naprawę urządzenia w terminie do **14 dni roboczych** od dnia zgłoszenia;
- dostawę naprawionego urządzenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.”?

**Odp. zapis pozostaje bez zmian**

6. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby maksymalna wysokość kar nie mogła przekroczyć 20%? **Odp. Zapis pozostaje bez zmian**

*Z poważaniem*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892