



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Znak sprawy: Te 2300-08/2023

Pleszew, dn. 17.04.2023r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 48 miesięcy.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zezwala, aby oba oferowane analizatory hematologiczne oznaczały hematokryt za pomocą wykorzystania funkcji numerycznej integracji MCV polegającej na tym, że wszystkie impulsy RBC są grupowane według wielkości? Następnie wysokość impulsów w każdej grupie zostaje uśredniona. Wszystkie wartości średnie wysokości impulsów zostają ponownie uśrednione w celu uzyskania średniej ze wszystkich wysokości impulsów RBC. Wartość HCT zostaje podana jako procent wyniku tego całkowania.

Odp.: Nie zmienia się zapisów treści SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający określając wymagane zakresy liniowości dla poszczególnych parametrów wymaga, aby były one bez wstępnego rozcieńczenia, ale zezwala aby były w trybie rozcieńczenia automatycznego CDR?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga zakresu liniowości bez wstępnego rozcieńczenia. Nie zezwala aby liniowości poszczególnych parametrów były w trybie rozcieńczenia automatycznego CDR.

Pytanie 3

Zamawiający w zapisie parametrów ocenianych, wymaga aby oba analizatory posiadały możliwość oznaczania parametrów w płynach z jam ciała, czy zapis ten dotyczy także możliwości pomiaru płynów z jam ciała w trybie morfologii?

Odp.: Nie zmienia się zapisów punktu 6 parametrów ocenianych. Zapis nie dotyczy możliwości pomiaru płynów z jam ciała w trybie morfologii.

Pytanie 4

Pytanie dotyczące zapisów odnośnie treści oferty rozdział VIII pkt. 1 SWZ

1. Czy na treść oferty składają się następujące wypełnione formularze i dokumenty:

- a) Druk oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
- b) Wymagania i parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
- c) Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 3,
- d) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,
- e) Przedmiotowe środki dowodowe opisane w rozdziale XI SWZ,
- f) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku cenowym w pozycji odczynnikowej dotyczącej badań CBC w rubryce Ilość opakowań jednostkowych przez pomyłkę umieszczono liczbę „2”, a rubryka ta ma zostać uzupełniona przez Wykonawcę zgodnie z przygotowaną ofertą cenową.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Doszło do omyłki. Pozycja odczynnikowa dotycząca badań CBC w rubryce „Ilość opakowań jednostkowych koniecznych do wykonania zamówienia **” otrzymuje brzmienie:

Było:

Lp.	Asortyment	Liczba oznaczeń*	Producent	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań jednostkowych koniecznych do wykonania zamówienia **	Cena netto opakowania [zł]	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
Analizator podstawowy									
1	CBC	9 232			2			- zł	- zł

Winno być:

Lp.	Asortyment	Liczba oznaczeń*	Producent	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań jednostkowych koniecznych do wykonania zamówienia **	Cena netto opakowania [zł]	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
Analizator podstawowy									
1	CBC	9 232						- zł	- zł

Pytanie 6

Dotyczy Zał. nr 2_ Wymagania i parametry techniczne Analizator I podstawowy pkt 29, Analizator II pomocniczy pkt 29: W związku z tym, że aktualnie na rynku diagnostycznym funkcjonuje kilku dostawców zapewniających udział w Zewnątrz laboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli Jakości, zwracamy się z prośbą o podanie w jakiej Kontroli Zamawiający chciałby uczestniczyć?

Odp.: Zamawiający chciałby uczestniczyć w takiej Zewnątrz laboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli Jakości, której dostawca zapewni materiał kontrolny, umożliwiający uczestnictwo w sprawdzianie oraz uzyskanie opracowania, oceny i certyfikatów 4x na rok przez cały okres trwania umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 4 – projekt umowy dzierżawy: §2 ust. 2 pkt 6):

Czy Zamawiający dopuści doślanie deklaracji zgodności razem z umową z biura Wykonawcy?

Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

§2 ust. 5:

Prosimy o zmianę zwrotu „w terminie nie dłuższym niż 24 godzin” na zapis w brzmieniu „w terminie nie dłuższym niż określony w §6 ust. 2.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wprowadzi proponowanych zmian do umowy.

Pytanie 10

§3 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Jeśli tak to prosimy o podanie kontaktu do odpowiedniej osoby, tj. adres e-mail, imię i nazwisko.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Adres e-mail: serologia@szpitalpleszew.pl, imię i nazwisko: Maria Bierła.

Pytanie 11

§3 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf w jednym egzemplarzu (oryginale)?

Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

§5 ust. 3:

Upzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu przez dodanie:

„w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.”

Odp.: Zamawiający doda powyższy zapis.

Pytanie 13

§6 ust. 2 oraz §6 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia awarii dzierżawionych urządzeń na 72 godziny w dni robocze, licząc od chwili zgłoszenia?

Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu usunięcia awarii do 72 godzin w dni robocze.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 14

§6 ust. 2 oraz §6 ust. 4:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości mowy brutto określonej w §5 ust.1.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych i będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, naruszenie umowy do umowy może dotyczyć niewielkiej jej części, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

§8 ust. 3:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„opóźni się z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Odp.: Zmawiający nie zmienia tego postanowienia.

Pytanie 16

§9 ust. 1 pkt 1) lit. g):

Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu w następującym brzmieniu:

Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów katalogowych lub nazwy

z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający doda w/w zapis do umowy.

Pytanie 17

Dotyczy zał. nr 2 wymagania i parametry techniczne Analizator I podstawowy pkt 17, Analizator II pomocniczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym do oznaczenia i różnicowanie WBC wykorzystywana jest metoda optyczna i/lub fluorescencyjna cytometria przepływowa?

Odp.: Nie zmienia się zapisów treści SWZ.

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w swoich ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Górczyński

Sporządziła:

Aleksandra Prażucha

Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 62 74 20 719