



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC

UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. DF-562/2021

Wrocław, 6.05.2021r.

Dotyczy:

Odrzucenia oferty Firmy Medisept Sp. z o.o., ul. Forteczna 19 61-362 Poznań w pakiecie 1, sprawa BZP.3810.93.2020.JU.

Przedmiotem Zamówienia jest:

dostawa środków ochrony osobistej z listy pakietów, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Zamówienie finansowane ze środków UE po nazwą; „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 na podstawie art. 92 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro z uwzględnieniem art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” odrzucono następującą ofertę:

PAKIET 1 Płyn dezynfekcyjny do rąk VELODES SILK/SSE-ALKGOT-ML557/MEDISEPT

Medisept Sp. z o.o., ul. Forteczna 19 61-362 Poznań

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta odrzucona, nie spełnia wymogów SIWZ

Parametr graniczny:

1. Mycobacterium tuberculosis w 20s.
Polio, Adeno w czasie do 30 sek.,
NIE SPEŁNIA
2. Zawartość alkoholu etylowego (etanolu) minimum 83g w 100 g preparatu
NIE SPEŁNIA – w zaproponowanym preparacie podana zawartość dot.,
etanol 63,7g,
propan-2-ol 6,3g.
Zamawiający wyraźnie określił, że zawartość etanolu minimum 83g w 100g preparatu.

Uzasadnienie prawne:

art. 89 pkt.1 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288)

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Malicka

Podpisano