



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19.

Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

L. dz. DZP-297/22

Poznań, dnia 26.05.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPr-36/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników.**

W związku z wpływem zapytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**Dotyczy części 1 – dygestoria metalowe:**

**Pytanie 1:** Czy zamawiający dopuści dygestoria z blatem ze stali nierdzewnej, który jest wykonany z blachy ze stali nierdzewnej austenitycznej, gatunek 1.4301?

**Odpowiedź:** Zamawiający **podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2:** Czy zamawiający dopuści dygestoria, których przedmiotowym środkiem dowodowym będzie: Aktualny certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność z normą:

- PN-EN 14175- 2 Wyciągi laboratoryjne - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania
- PN-EN 14175- 3 Wyciągi laboratoryjne -Część 3: Metody badania typu?

**Pytania dla części 1 i części 2**

**Pytanie 3:**

„W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi potwierdzenia aktualnego certyfikatu wraz protokołami badań na zgodność z normą Zamawiający przywołał jej zakresy

- 1) PN- EN 14175 -2 Wyciągi laboratoryjne – Część 2 Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania
- 2) PN-EN 14175 - 2 Wyciągi laboratoryjne – Część 2 Wymagania bezpieczeństwa i sprawności - **wymieniona norma nie istnieje** (zapewne została wpisana przez omyłkę pisarską) – jest jedynie wymiona norma wymieniona w punkcie 1)
- 3) PN – EN 14175 – 3 Wyciągi laboratoryjne – Część 3 Metody badania typu.

Zaznaczę w tym miejscu, że aby można było potwierdzić zgodność w zakresie PN-EN 14175- części 3 należy stosować się do wymagań, terminów i definicji określonych w normie PN-EN 14175 - części 2.

W związku z faktem, że Zamawiający odpowiada za optymalne parametry wyciągowe i dostarcza system nadzorujący do dygestorium, w gestii Wykonawcy jest okazanie że dostarczone dygestoria posiadają aktualny certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14175 w zakresie części 2. Pozostałe wymagania uzależnione są od parametrów wyciągowych i sytemu nadzorującego i dlatego powołanie się na inne części jest niewłaściwe, gdyż certyfikaty wydawane są dla różnych zakresów o których Zamawiający nie pisze.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę badawczą na zgodność z normą PN - EN 14175 - 2 Wyciągi laboratoryjne: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19.

Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

### **Odpowiedź na pytania nr 2 i 3:**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany zapisów pkt-u 19.1 ppkt. 6 SWZ na poniższe:

6. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia **do oferty Wykonawca dołączy przedmiotowe środki dowodowe: zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.**

#### **dla części 1:**

Aktualny certyfikat **lub** protokół zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność z normą:

- PN-EN 14175- 2 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: **Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania**
- PN-EN 14175- 3 Wyciągi laboratoryjne—Część 3: **Metody badania typu**

#### **dla części 2:**

Aktualny certyfikat **lub** protokół zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność z normą:

- PN-EN 14175- 2 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: **Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania**
- PN-EN 14175- 3 Wyciągi laboratoryjne—Część 3: **Metody badania typu**

II. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) jako termin składania ofert wskazuje się: **01.06.2022 r. godz.: 10:00,**
- 2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się: **01.06.2022 r. godz.: 11:00.**
- 3) jako termin związania ofertą wskazuje się **30.06.2022r.**

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je, jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,