



"Szpital Powiatowy we Wrzesznie" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


Września, dnia 8 listopada 2024r.

SA-381-21/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyrobów medycznych i niemedycznych”


Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający w Pakiecie 58 (Intubacja 2) wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 4.	Zgodnie z SWZ
2.	Czy Zamawiający w Pakiecie 58 (Intubacja 2) w pozycji 4 dopuści rurkę tracheostomijna bez regulacji położenia kołnierza (taką, jak jest opisana w pozycji 2 pakietu Intubacja 2).	Zgodnie z SWZ
3.	Czy Zamawiający w Pakiecie 58 (Intubacja 2) w pozycji 10 mógłby potwierdzić, że oczekuje: w pozycji A – drenu z trokarem tępym (z zamkniętym zakończeniem i 3 bocznymi otworami); w pozycjach B, C, D – drenu z trokarem ostrym (z otwartym zakończeniem i 2 bocznymi otworami).	Zamawiający potwierdza.
4.	Pytanie do pakietu 39 Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodne z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, i dopuści: Pozycja 1 Port w całości wykonany z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), 8F z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa , igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica	Zgodnie z SWZ






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji



Abrakcja sferoidalna polystyren
W rozmiarach 19/20G i 22G



Bezpieczne wyjęcie kanału
zapewnia higienę i płaskość powierzchni

Możliwość podawania kontrastu PSI do 300

- Maksymalna ilość wkłuc: igły 19/20G - 1000 wkłuc, igły 22G - 1500 wkłuc,

- Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla (1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm (45T/m)

- W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.


Dodatkowo osłona USG - Sterylna osłona głowicy z samoprzylepną powierzchnią z żel 15 g. 18x120. Klej eliminuje potrzebę stosowania żelu pod osłonę – eliminuje tworzenie pęcherzyków. Teleskopowe składanie zapewnia sterylność aplikacji. Dzięki minimalnej ilości produktów w zestawie przyspiesza i ułatwia pracę personelowi medycznemu. Zalety: brak gumek, brak żelu w głowicy, brak pozostałości kleju, bez lateksu

5. Pytanie do pakietu 39

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodne z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, i dopuści:

Pozycja 2

Zgodnie z SWZ



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	Zestaw do implantacji rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, o składzie jak poniżej: l.p. nazwa ilość 1 serweta na stół narzędziowy 100x150 cm 1 2 Peha® -instrument Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5cm 1 3 Peha® -instrument Pęseta chirurgiczna standardowa Adson 12cm 1 4 Instrument Kleszczyki anatomiczne Pean 14cm 1 5 instrument kleszczyki anatomiczne Halsted-Mosquito zagięte 12,5 cm 1 6 instrument kleszczyki anatomiczne Halsted-Mosquito Proste 12,5 cm 1 7 instrument imadło chirurgiczne Mayo Hagar 12cm 1 8 instrument hak do ran typu Senn 16 cm 1 9 Serweta Protekt przylepna 175x170 1 10 Serweta Protekt przylepna 75x90cm 2-częściowa 1 11 Kleszczyki Plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14cm 1 12 uchwyt Velcro 2x 23cm 1 13 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 14 Telacomp kompres gazowy RTG 7,5x7,5 cm 10 15 Pagasling tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 3	
6.	Pakiet 27, Poz. 1 Czy zamawiający dopuści żel o pojemności 480g?	Zgodnie z SWZ.
7.	Pakiet 27, Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści końcówkę do strzykawki luer lock wykonaną ze stali nierdzewnej?	Zgodnie z SWZ.
8.	Dotyczy- załącznik nr 3 FC - pakiet 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne 15-30 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 10 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 37 x 44 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.	Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymogu formaliny 10% buforowanej o pH 7,2–7,4 (formaldehyd 4% buforowany o pH 7,2-7,4)
9.	Dotyczy- załącznik nr 3 FC - pakiet 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne 50-80 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 30 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 60 x 64 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.	Zgodnie z SWZ
10.	Pakiet nr 1 poz. 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze 107x23 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 98 sztuk.	Zamawiający oczekuje papieru 106 +/- 1 mm x 23 m w ilości 140 szt.




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

11.	Pakiet nr 1 poz. 10 Prosimy o zweryfikowanie asortymentu i wymaganych ilości. Papier przeznaczony do defibrylatora Zoll ma rozmiar 90mm x 90mm x 200 kartek tak więc prosimy o dopuszczenie właśnie takiego rozmiaru papieru. Prosimy także o podanie wymaganych ilości: czy Zamawiający oczekuje 100 sztuk składanek papieru w opakowaniu i 20 opakowań a zatem 2000 sztuk tego papieru czy też Zamawiający oczekuje 20 składanek tego papieru.	Zamawiający oczekuje 20 op x 100 szt lub w pezeliczeniu 10 op x 200 szt.
12.	Pakiet nr 23 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.	Zamawiający dopuszcza wycenę 1380 op x 50 szt elektrod (69000 szt.)
13.	Pakiet nr 23 poz. 4 Prosimy o zweryfikowanie wymaganych ilości elektrod do EKG dla dzieci. Elektrody są zwyczajowo pakowane po 50 sztuk zatem czy Zamawiający oczekuje może 120 opakowań po 50 sztuk?	Zamawiający oczekuje wyceny 120 szt elektrod czyli 2,4 op x 50 szt.
14.	Pakiet nr 23 poz. 5,6 Prosimy o dopuszczenie elektrody wyposażonej w przewód przyłączeniowy o długości 210cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.	Zamawiający dopuszcza.
15.	Pakiet nr 23 poz. 8 Prosimy o dopuszczenie opasek pakowanych po 12sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 2 opakowania.	Zamawiający dopuszcza.
16.	Projekt umowy- §6 pkt. 1.1a) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 6 ust. 1.1a) projektu umowy zamiast zwrotu „w wysokości 0,05% kwoty brutto określonej w par.4 ust. 3 ” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” Wskazanie 0,05% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.	Zgodnie z SWZ.
17.	Projekt umowy- §6 pkt. 1.1b) i pkt. 1.2) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1. 1b) projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto wskazanej w par. 4 ust.3 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”	Zgodnie z SWZ.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.	
18.	Projekt umowy- §7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 5-7 dni roboczych.	Zgodnie z SWZ.
19.	Projekt umowy- §12 pkt. 1.2) Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.	W przypadku możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, warunki dokonania zmiany umowy (zawarcia aneksu) zostały określone w projekcie umowy par. 12 ust. 2,3,4. Propozycja aneksu musi zostać zaakceptowana przez obydwie strony.
20.	Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 19 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?	Dopuszcza nie wymaga
21.	Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 19 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?	Dopuszcza nie wymaga
22.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 11 Zadanie Nr 22 - testy ureazowe mokre nowej generacji wykorzystujące płyny zawarte w bioptatach, bez użycia dodatkowej ilości wody ?	Pakiet 11 stanowi inny asortyment.
23.	Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 11 Zadanie Nr 22 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?	Pakiet 11 stanowi inny asortyment.
24.	Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 11 Zadanie Nr 22 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?	Pakiet 11 stanowi inny asortyment.
25.	Pakiet 43, poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści niewchłaniające, polipropylenowe siatki na przepuklinę z włókna monofilamentowego, bez niebieskiej nici, o gramaturze 55 g/m ² , grubość 0,55 mm, wielkość porów 1,3 x 2,0 mm, bezbarwne, rozmiar siatek bez	Zgodnie z SWZ






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	zmian?	
26.	Pakiet 43, poz. 5-9 Czy Zamawiający dopuści niewchłaniające, polipropylenowe siatki na przepuklinę z włókna monofilamentowego, bez niebieskiej nici, o gramaturze 85 g/m ² , grubość 0,55 mm, wielkość porów 1,0 x 1,2 mm, bezbarwne, rozmiar siatek bez zmian?	Zgodnie z SWZ
27.	Pakiet 43, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści półwchłaniające siatki na przepuklinę z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o czasie wchłaniania 90-110 dni oraz niewchłaniającego polipropylenu, o gramaturze po wchłonięciu 25-30 g/m ² , grubość 0,50 mm, wielkość porów 1,5 x 3,5 mm, rozmiar siatek bez zmian?	Zgodnie z SWZ
28.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 / § 5 ust. 1: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki, b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 3. 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia , za każdy dzień zwłoki, b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 3.	Zgodnie z SWZ.
29.	Pakiet 32 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,4 mm.	Zgodnie z SWZ






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

30.	Pakiet 32 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek do zaworów i portów o długości 25 cm.	Zgodnie z SWZ
31.	Pakiet 32 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.	Zgodnie z SWZ
32.	Pakiet 32 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm.	Zgodnie z SWZ
33.	Pakiet 32 Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, długość igły 4 mm.	Zgodnie z SWZ
34.	Pakiet 32 Czy zamawiający dopuści Poz 3 Zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów: do kanałów, średnica 1,7 mm, dł. 230 cm + do zaworów i portów, średnica 5/11-12 mm, dł.15 cm.	Zamawiający dopuszcza.
35.	Pakiet 32 Czy zamawiający dopuści Poz 4 Pętla do polipektomii owalna, jednorazowa, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli 20-25 mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. narzędzia 230 cm; bez rotacji, rękojeść skalowana co 10 mm.	Zamawiający dopuszcza.
36.	Pakiet 32 Czy zamawiający dopuści Poz 5 Pętla do polipektomii na zimno, deltoidalna, jednorazowa, średnica 15 mm (2,3mm/15mm/*230 cm)	Zamawiający dopuszcza.
37.	Pakiet 32 Czy zamawiający dopuści Poz 6 Pułapka na polipy 4-komorowa; każda z komór opisana kolejnym numerem, bez możliwości wyjmowania poszczególnych komór, łatwa do instalacji szeregowej między zaworem ssącym endoskopu a urządzeniem ssącym.	Zgodnie z SWZ
38.	Pakiet 32 Czy zamawiający dopuści Poz 8 Igła do ostrzykiwań jednorazowa, osłonka 2,3 mm, długość 230 cm, śr. igły 25 G, dł. igły 5 mm	Zamawiający dopuszcza.
39.	Pakiet 64, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści dren z jedną nieprzezroczystą, rozszerzoną końcówką typu żeńskiego? Pozostałe jak w SIWZ.	Zamawiający dopuszcza.
40.	Pakiet 64, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści dren z dwoma rozszerzonymi końcówkami typu żeńskiego oraz dodatkowym łącznikiem pakowane osobno? Pozostałe jak w SIWZ.	Zamawiający dopuszcza.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

41.	Pakiet 64, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści dren o dł. 2 m? Pozostałe jak w SIWZ.	Zamawiający dopuszcza.
42.	Pakiet 64, poz. 6 Czy Zamawiający wydzieli powyższą pozycję do osobnego pakietu, ze względu na brak powiązań funkcjonalnych z pozostałymi pozycjami w pakiecie, co pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych? Igła do biopsji nie ma nic wspólnego z systemem do odsysania, a jedynym wspólnym mianownikiem jest dystrybutor, który ma oba asortymenty w swojej ofercie na wyłączność (o czym być może Zamawiający nie wiedział). Pozostawienie Pakietu w tej formie budzi uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z ustawą o ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych.	Zgodnie z SWZ.
43.	Pakiet nr 62 poz. 1B : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci o masie 35,6 g ?	Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.
44.	Pakiet nr 62 poz. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie nebulizatora z złączem T i drenem o następujących parametrach : - Materiał delikatny medyczny PVC - Pojemność nebulizatora 12 ml - Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2m - Ustnik - Łącznik „T”, 22mm - Produkt jednorazowy	Zamawiający dopuszcza.
45.	Pakietu nr 63 poz. 3 A Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 63 poz. 3 A jednorazowego urządzenia nadkrtaniowego w rozmiarze 1 bez kanału gastrycznego, który fabrycznie w tym rozmiarze nie występuje, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?	Zamawiający dopuszcza.
46.	Pytanie do pak. 64 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych wkładów jednorazowych firmy Serres o pojemności 3000 ml, 2000ml i 1000ml. Wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepięciowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady bez zawartości PCV, posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku dzięki temu nie ma potrzeby dotykania drenu próżniowego ani łączenia między zabiegami)). Wkłady posiadają wygodną pętlę do demontażu. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego portu o średnicy 7/2 - 12mm, mogą być jednocześnie zastosowane do standardowych zabiegów jak i zabiegów wymagających	Zamawiający dopuszcza.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	masywnego odsysania czy zabiegów ortopedycznych. Zamawiający pracuje obecnie na tym systemie (wygrane postępowanie przetargowe) dostarczonym przez naszą firmę.	
47.	Dotyczy Pakiet nr 5 poz. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na testy, które pakowane są po 200 szt. w opakowaniu?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości op.
48.	Dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy płaskie i z fałdą miały gramaturę min. 60g/m ² ?	Zamawiający wymaga min 60g/m ² .
49.	Pakiet 14, poz. 2 Proszę o dopuszczenie fartuch ochronny o gramaturze 20g/m ²	Zgodnie z SWZ
50.	Pakiet 14, poz. 2 1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ? 2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego? 3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I? 4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?	1. Tak 2. Tak 3. Tak 4. Przez personel medyczny do pacjentów izolowanych poprzez ochronę przed m.in. zanieczyszczeniem płynami pochodzącymi z ciała, wodą używaną do mycia pacjentów, lekarskimi oraz dla odwiedzających.
51.	Pakiet 14, poz. 4 1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów	Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga wyrobu medycznego






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.</p> <p>2. Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kiteł [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego” Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?</p> <p>3. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?</p>	
52.	Pakiet 14, poz. 7,8 Proszę o dopuszczenie maski chirurgicznej typu II. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.	Zgodnie z SWZ
53.	Pakiet 14, poz. 9 Proszę o dopuszczenie kombinezon zgodny z opisem: Z dodatkowymi szwami i uszczelnionymi taśmami szwami zapewnia lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów. Mikroporowata tkanina zapewnia miękkie i elastyczne dopasowanie Dzięki dodatkowym szwom i uszczelnionym taśmą szwy zapewniają lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów cząsteczkowych. Tkanina mikroporowata o gramaturze 65 g/m2	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<ul style="list-style-type: none">- z kapturem i elastycznym wycięciem na twarz / nadgarstek / kostki- szwy lamowane na zewnątrz- zamek błyskawiczny kryty listwą- kolor: biały- indywidualne etykietowanie i pakowanie- rozmiary: S-XXXL	
54.	Pakiet 14, poz. 10 Proszę o dopuszczenie półmasek FFP2 <ul style="list-style-type: none">- chroni przed stałymi i nietłotnymi cząsteczkami cieczy.- składana, idealnie wyprofilowana- bez zaworu wydechowego,- mocowana na gumki zakładane na uszy- sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,- 5-warstwowa- filtracja powyżej 94%,- opakowanie – 25 szt.- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009	Zamawiający dopuszcza
55.	Pakiet 15, poz. 2 Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka na troki (z napotnikiem) <ul style="list-style-type: none">- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na trok- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 7,5 cm- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk	Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymiarów denka min 27x16cm
56.	Pakiet 15, poz. 2 Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka na troki <ul style="list-style-type: none">- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym	Zamawiający dopuszcza jeżeli długość czepka wynosi 29 cm + troki 18 cm a denko jest owalne o średnicy min 27 cm i 16 cm.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<ul style="list-style-type: none"> - Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy - Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia - Wysokość czepka w części czołowej 13 cm - Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk 	
57.	<p>Pakiet 15, poz. 2 Proszę o dopuszczenie ochraniaczy na buty zgodnie z opisem: OCHRANIACZE NA OBUWIE WYSOKIE ANTYPOŚLIZGOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z włókny PP i laminatu PE o gramaturze 57 g/m² - Mocowane na gumkę oraz dodatkowo wiązane - taśmy antypoślizgowe na podeszwie - Kolor biały - Wysokość 48cm - Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III - Opakowanie foliowe zawierające 5 par 	Jeżeli Wykonawca pyta o pakiet 15 poz. 4 to zamawiający dopuszcza.
58.	<p>Pakiet 15, poz. 2 Proszę o dopuszczenie ochraniaczy na buty zgodnie z opisem: Przezroczysty ochraniacz na buty z gumką na górze</p> <ul style="list-style-type: none"> - folia o grubości 70 mikronów - rozmiar 38 x 45cm - kolor biały lub przezroczysty - klasa I niesterylna 	Jeżeli Wykonawca pyta o pakiet 15 poz. 4 to zamawiający nie dopuszcza.
59.	<p>Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1, 2 Wzoru Umowy Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy.</p>	Zgodnie z SWZ.
60.	<p>Dot. pakietu 49 poz. 8 W związku z tym, iż produkt z zad. 49 poz. 8 konfekcjonowany jest po 25szt. i sprzedawany tylko w pełnych opakowaniach, prosimy Zamawiającego o określenie w formularzu cenowym, czy oczekuje 50 czy 75 szt.</p>	Zamawiający oczekuje 60 szt. Proszę wycenić 2,4 op.
61.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostawy cząstkowej w kryterium oceny ofert wynosił 2 dni robocze ? Uzasadnienie: 1 dzień roboczy dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych zasadach.</p>	Zgodnie z SWZ
62.	<p>Dotyczy terminu płatności w projekcie umowy: Czy Zamawiający będzie uiszczać odsetki o których mowa w art. 8 ust 4. w zw. Art. 8 ust 1. Ustawy, bez wezwania, tj. wraz z płatnością należności głównej?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje termin płatności 60 dni.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (J.T. Dz. U. 2023 poz. 1790),:

Art. 8. 1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni. W przypadku gdy strony ustala harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.

3. (uchylony)

4. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.

4a. Jeżeli w transakcji handlowej, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.

Ponadto,:

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(...)

2) podmiot publiczny – podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

4) podmiot leczniczy – podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991);
Zgodnie z zapisem Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2024 poz.799)

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (DZ. U. z 2023 r. poz. 1790)

Art. 8. [Odsetki po terminie wymagalności od podmiotu publicznego]

1. W *transakcjach handlowych*, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w *transakcjach handlowych*, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni. W przypadku gdy strony ustala harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Art. 4. 1. Podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527),
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672),

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji jest przedsiębiorcą i nie spełnia żadnego z kryteriów określonych Art. 4 ust 1 pkt.2-4 Ustawy o działalności leczniczej. Jednostka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez KRS i nie figuruje w rejestrze stowarzyszeń, fundacji, ZOZ. Wobec powyższego, na podstawie Art. 8 ust 1 i pkt.4 ustawy o przeciwdziałaniu opóźnieniom (...) dostawcy jako wierzycielowi przysługują bez wezwania odsetki od 30 dnia po spełnieniu świadczenia do daty płatności.

W przypadku odpowiedzi NIE proszę o zmianę terminu płatności na 30 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.


zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.

3. (uchylony).

4. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.

4a. Jeżeli w transakcji handlowej, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2 albo art. 13 ust. 2 pkt. 3 lub 4, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

usługi.

Art. 4 pkt. 2

Podmiot publiczny - podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 . Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2024 r. poz. 1320)

Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) **inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:**

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

		c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 4) związki podmiotów, o których mowa w pkt. 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt. 3.
63.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie oryginałów faktur VAT w wersji PDF za dostarczony towar na adres e-mail? Jeśli tak to proszę o podanie adresu we wzorze umowy.	W SWZ został podany adres e-mail, na który można wysyłać faktury.
64.	Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.	Zgodnie z SWZ.
65.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.	
66.	Pakiet 7 Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska, zalecanym utrwalaczem jest formalina 10% buforowana o pH 7,2 – 7,4, a nie formaldehyd 10%.	Zamawiający wymaga formaliny 10% buforowanej o pH 7,2–7,4 (formaldehyd 4% buforowany o pH 7,2-7,4)
67.	Pakiet 32, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów: do kanałów, średnica cewnika 1,8 mm, średnica szczotek 6/6 mm, dł. 230 cm + do zaworów i portów, średnica 5/12 mm, dł. 20cm?	Zamawiający dopuszcza
68.	Pakiet 32, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii z cewnikiem o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zgodnie z SWZ
69.	Pakiet 32, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii na zimno o kształcie owalnym, bez funkcji rotacji, średnica cewnika 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zgodnie z SWZ
70.	Pakiet 32, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pułapkę na polipy 5-komorową, z możliwością wyciągnięcia wszystkich komór jednocześnie? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zamawiający dopuszcza
71.	Pakiet 32, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań w osłonce 2,4 mm, śr. igły 23G, dł. igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zgodnie z SWZ
72.	Pakiet 51 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 51 poz. 1 przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową ze znacznikiem płynu o długości min. 62 mm, nie zawierający ftalanów i lateksu, igła biorecza ścięta czteropłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik-hydrofobowy filtr powietrza, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren o długości 180cm, posiada precyzyjny regulator przepływu płynu z zaczepem do umocowania końcówki drenu podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły bioreczej po użyciu, dren zakończony nasadką z filtrem hydrofobowym uniemożliwiającym wykapanie płynu w czasie wypełniania drenu, sterylizowany EO, opaska stabilizująca przyrząd szerokość min. 60mm, opakowanie przyrządu blister - pack. Brak ftalanów i lateksu potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym ?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

73.	Pakiet 51 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 51 poz. 1 przyrząd do infuzji, komora kroplowa o długości 50 mm , zawierająca PVC, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1ml, dren o dł. 150 cm zakończony złączem luer-lock, zacisk rolkowy bez pochewki na igłę biorcza i bez zaczepu na dren, opakowanie jednostkowe folia – folia?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
74.	Pakiet 51 Czy Zamawiający w pakiecie 51 poz. 3 dopuści zaoferowanie przyrządów do infuzji bursztynowy , komora kroplowa wolna od PVC?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
75.	Pakiet 51 Czy Zamawiający w pakiecie 51 poz. 4 dopuści zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi, transfuzji z igłą jednokanałową , bez filtra , długość komory kroplowej min. 80 mm w części przezroczystej , dren 150 cm, opakowanie folia-papier, sterylny?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
76.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 1 dopuści zaoferowanie kaniul dożylnych 26G 0,62x19 mm wykonanych z FEP posiadających 2 linie RTG przepływ 17ml/min?	Zgodnie z SWZ
77.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 2 dopuści zaoferowanie kaniul dożylnych 24G 0,7x19 mm wykonanych z FEP posiadających 2 linie RTG, przepływ 23ml/min ?	Zgodnie z SWZ
78.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 5 zaoferowanie igieł do znieczuleń 1,2x88 mm ?	Zamawiający dopuszcza.
79.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 7 zaoferowanie strzykawkę wykonanych z polipropylenu , sterylizacja tlenkiem etylenu?	Zamawiający dopuszcza.
80.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz.10 dopuści zaoferowanie kaniul do wlewów dożylnych typu bezpiecznego z portem bocznym, cewnik wykonany z PUR, samodomykający korek portu górnego, komora wypływu w porcie głównym wyposażona filtr hydrofobowy ułatwiający wizualizację prawidłowości wkłucia, cewnik widoczny w RTG 6 pasków radioceniujących, automatycznie aktywne zabezpieczenie igły w postaci plastikowego/metalowego zatrasku zabezpieczającego przed zakłuciem, nazwa producenta kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli, rozmiar: 18G (1,3x32mm) przepływ 105ml/min.; 20G (1,1x32mm) przepływ 61ml/min.; 20G (1,1x25mm) przepływ 65ml/min.;	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.; 24G (0,7x19mm) przepływ 23ml/min, ?	
81.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz.11 zaoferowanie igieł do pobierania leków z ostrzem ściętym pod kątem 45 ⁰ nasada kopolimer etylenowo-polipropylenowy ?	Zgodnie z SWZ.
82.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 12 dopuści zaoferowanie bezigłowego portu do zabezpieczenia dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085 ml, przepływ 312 ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji ?	Zgodnie z SWZ.
83.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 13 dopuści zaoferowanie podwójnego bezigłowego portu do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, przezroczysty, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilość aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu?	Zgodnie z SWZ.
84.	Pakiet 49 Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 14 dopuści zaoferowanie potrójnego bezigłowego portu do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilość aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu ?	Zgodnie z SWZ.
85.	Pakiet 48 Czy Zamawiający w pakiecie 48 poz.1 zaoferowanie igieł jednorazowych poz. A 0,4x25 ? Pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ .	Zamawiający dopuszcza.
86.	Pakiet 48 Czy Zamawiający w pakiecie 48 poz. 6 dopuści zaoferowanie kaniul do krótkotrwałych wkłuc dożylnych z portem, z koreczkiem zabezpieczonym (gwintem) przed przypadkowym otwarciem, bez nazwy producenta , wykonanych z PUR ?	Zgodnie z SWZ






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

87.	Pakiet 6: Czy Zamawiający wymaga produktów o terminie ważności nie krótszym niż 5 lat potwierdzonego kartą danych technicznych?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
88.	Pakiet 6, poz. 1,2: Czy Zamawiający ze względu na dużą różnorodność zgrzewarek wymaga temperatury zgrzewania laminatu 180-220 stopni Celsjusza zgodnie z normą PN-EN 868-3?	Pytanie nie dotyczy wskazanego pakietu. Asortyment dotyczy pakietu nr 8 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
89.	Pakiet 6, poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z normą EN 868-3 i EN868-5, pomijając normę EN 868-2, która mówi ogólnie o materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie, natomiast norma 868-3 dot. papieru przy rękawach papierowo-foliowych?	Pytanie nie dotyczy wskazanego pakietu. Asortyment dotyczy pakietu nr 8. Zamawiający wymaga normy EN 868-3,5
90.	Pakiet 6, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany utrzymujący sterylność przez 6 miesięcy (180 dni) co jest potwierdzone deklaracją producenta?	Pytanie nie dotyczy wskazanego pakietu. Asortyment dotyczy pakietu nr 8 Zamawiający dopuszcza.
91.	Pakiet 7, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji?	Pytanie nie dotyczy wskazanego pakietu. Asortyment dotyczy pakietu nr 9 Zgodnie z SWZ
92.	Pakiet 7, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne w opakowaniach po 30 sztuk i przeliczenie oferowanych ilości?	Pytanie nie dotyczy wskazanego pakietu. Asortyment dotyczy pakietu nr 9 Zamawiający dopuszcza.
93.	Pakiet 16: Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: - połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach 77 cm ± 1 cm - długość ściągacza (mankietu) 8 cm± 0,5 cm, reszta wymiarów zgodna z SWZ?	Zamawiający dopuszcza.
94.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §6 ust. 1 pkt. 1a naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?	Zgodnie z SWZ.
95.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej treści: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”	Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ § 3 ust. 6 brzmi: „Zamówienie powinno zostać całkowicie zrealizowane. W przypadku braku Wykonawcy jest zobowiązany zaproponować Zamawiającemu zamiennik (po uprzedniej konsultacji z farmaceutą Zamawiającego), w cenie nie wyższej niż zaproponowana w






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

		formularzu cenowym.” § 12 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy brzmi: „W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.”
96.	Dotyczy zapisów umowy § 5 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”	Zgodnie z SWZ.
97.	Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony oświadczają, iż wiarygodności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”	Zgodnie z SWZ.
98.	Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści: Poz. 1 worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, do docięcia 10-55 mm, zamykana na rzep.	Zamawiający dopuszcza.
99.	Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści: Poz. 2 worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, do docięcia 10-76 mm, zamykany na rzep.	Zamawiający dopuszcza.
100	Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści: Poz. 3 worek stomijny dla stomii wklęsłej, z wypukłością 6 mm, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, do docięcia 10-43 mm, płytka hydrokoloidowa, zapięcie na rzep.	Zamawiający dopuszcza.
101	Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści: Poz. 4 worek urostomijny, jednoczęściowy, z hydrokoloidową	Zamawiający dopuszcza.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	plytka, z wypukłością 6 mm, przezroczysty, do docięcia 10-50 mm lub 10-33 mm .	
102	Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści: Poz. 5 worek ileostomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka do docięcia 10-76 mm, zamykany na rzep.	Zamawiający dopuszcza.
103	Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści: Poz. 6 worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, do docięcia 10-70 mm lub 10-100 mm z ujściem do drenażu.	Zamawiający dopuszcza.
104	Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne otwarte pakowane po 30 szt., convex po 10 szt.). W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.	Zamawiający dopuszcza.
105	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu poza granicami Polski, natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ.	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu zawierającego serię i datę ważności produktów.
106	Dotyczy Pakietu 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny (endoskopowy) w rozmiarze XXL, który wykonany jest od klatki piersiowej w dół z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 47 g/m ² ; tylna oraz przednia część w obszarze klatki piersiowej fartucha i rękawy wykonane zostały z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMS o gramaturze 35 g/m ² . Włóknina odporna na działanie alkoholu. W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropyleny 38 g/m ² , mocowane na całym obwodzie. Szwy fartucha wykonane zostały metodą ultradźwiękową, opatentowaną typu „zig-zag”. Mankiety fartucha wykonane zostały z włókniny w 100% poliestrowej posiadającej certyfikat antyalergicznego OEKO- Standard® 100. Obszerny i szeroki krój umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem (2 kontrafałdy) i zapewnia użytkownikowi większą swobodę ruchów w pozycji siedzącej. Wymiary fartucha zgodne z OPZ. Sterylizowany tlenkiem etylenu.	Zgodnie z SWZ.
107	Pakiet 10 poz. 1 Czy zamawiający dopuści worek z ustnikiem w systemie „okręć i zamknij”, zamiast prostej zakrętki?	Zamawiający dopuszcza.
108	Pakiet 10, poz. 2 Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym -	Zgodnie z SWZ.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności splukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości $\pm 7\%$, włókno poliestrowe - 100 g/m² $\pm 5\%$, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?</p>	
109	<p>Pakiet 10, poz.3 Czy zamawiający dopuści suchą, miękką myjkę bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonana z tkaniny bawełnianej typu Molton (65g/m²), pokrytej od wewnątrz obustronnie folią PE (20g/m²), o wymiarze 23 cm x 16 cm (+/- 1 cm), waga pojedynczej myjki - 6,0 g; grubość pojedynczej myjki - 1 mm, w kolorze białym?</p>	Zamawiający dopuszcza.
110	<p>Pakiet 11, poz.3 Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	Zgodnie z SWZ
111	<p>Pakiet 11, poz. 4 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?</p>	Zamawiający dopuszcza.
112	<p>Pakiet 11, poz.2 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?</p>	Zgodnie z SWZ
113	<p>Pakiet 12, poz. 4,9,24,26,35-37,39-40 Czy zamawiający wydzieli poz. 4,9,24,26,35-37,39-40 do</p>	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	
114	Pakiet 12, poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający dopuszcza. Ilość produktu leczniczego należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
115	Pakiet 12, poz.24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Ilość produktu należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
116	Pakiet 14, poz. 2 Czy zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem z elastycznym ściągaczem? Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m ² ? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zgodnie z SWZ
117	Pakiet 14, poz. 7-8 Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zgodnie z SWZ
118	Pakiet 14, poz. 1-2,4-5,7-8 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,4-5,7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	Zgodnie z SWZ.
119	Pakiet 15, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16	Zamawiający dopuszcza.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	g/m ² , w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm , bez dodatkowej warstwy pochłaniającej pot?	
120	Pakiet 15, poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepki typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m ² , z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m ²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?	Zgodnie z SWZ.
121	Pakiet 15, poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Ilość produktu należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
122	Pakiet 15, poz.1-3 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	Zgodnie z SWZ.
123	Pakiet 34, poz. 10,14-15,21,22, Czy zamawiający wydzieli poz. 10,14-15,21,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	Zgodnie z SWZ.
124	Pakiet 34, poz.14-15 Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?	Zamawiający dopuszcza.
125	Pakiet 34, poz.10,22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Ilość produktu należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
126	Pakiet 44, poz.5-7 Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7 do osobnego pakietu, takie	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	
127	<p>Pakiet 44, poz.5,6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.</p>	<p>Ilość produktu należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.</p>
128	<p>Pakiet 44, poz.7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.</p>	<p>Ilość produktu należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.</p>
129	<p>Pakiet 45, poz. 23-24 Czy zamawiający wydzieli poz. 23-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	<p>Zgodnie z SWZ.</p>
130	<p>Pakiet 51, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.</p> <p><i>Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?</i></p>	<p>Zgodnie z SWZ.</p>
131	<p>Pakiet 51, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.</p> <p><i>Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?</i></p>	<p>Zgodnie z SWZ.</p>






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

132	Pakiet 51, poz.1-2 Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?	Zamawiający nie wymaga.
133	Pakiet 51, poz.3 <i>Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?</i> <i>Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?</i> <i>Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?</i> <i>Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?</i> Czy zamawiający dopuści worek pakowany oddzielnie?	Zamawiający dopuszcza.
134	Pakiet 51, poz. 4 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?	1. Zamawiający dopuszcza. 2. Zamawiający nie wymaga.
135	Pakiet 61, poz.7-9 Czy zamawiający wydzieli poz. 7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	Zgodnie z SWZ.
136	Pakiet 61, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Ilość produktu należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
137	Pakiet 61, poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z	Ilość produktu należy przeliczyć do ilości opakowań z dokładnością





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	do dwóch miejsc po przecinku.
138	PAKIET 26 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści żel ze składem chemicznym podanym na opakowaniu zamiast na ampułkostrzykawce?	Zgodnie z SWZ.
139	PYTANIE DO ZAPISÓW SWZ – KRYTERIUM OCENY Prosimy o zmianę w kryterium oceny ofert i zmianę ocenianego terminu dostawy na 2 – 5 dni. Ocenianie 1 dnia roboczego wyróżnia firmy lokalne i zaburza konkurencyjność postępowania. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, że zamówienia złożone po godzinie 11 uznane są jako złożone w kolejny dzień roboczy.	Zgodnie z SWZ.
140	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy pkt A W związku z tym, że w spółce komandytowej nie występuje pojęcie kapitału zakładowego, prosimy o wykreślenie tego zapisu w formularzu ofertowym.	Zamawiający dopuszcza nie wpisanie kapitału zakładowego w powyższej sytuacji.
141	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy pkt A Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.	W formularzu ofertowym należy wpisać dane do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie danych działu.
142	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy pkt D Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesłanie/zawarcie umowy drogą korespondencyjną.	Zamawiający wyraża zgodę.
143	Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ, Istotne postanowienia umowy § 3 pkt 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.	Zgodnie z SWZ.
144	Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ, Istotne postanowienia umowy § 3 Prosimy zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.	Zgodnie z SWZ.
145	Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ, Istotne postanowienia umowy § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do wzoru umowy? Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie.	
146	Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ, Istotne postanowienia umowy § 6 Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.	Zgodnie z SWZ.
147	Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ, Istotne postanowienia umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić taki zapis w umowie: Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca.	Zamawiający nie wyraża zgody.
148	Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 50, poz. 1,2,3,4 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.	Zamawiający wymaga.
149	Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 50, poz. 1,2,3,4 Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem.”	Zamawiający wymaga.
150	Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 50	Wstrzykiwacz kontrastu Ulrich GmbH CTMotion.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


	Prosimy o wskazanie modelu wstrzykiwacza jaki posiada Zamawiający. Informacja jest niezbędna w celu zaoferowania kompatybilnych wężyków z danym sprzętem, który posiada Zamawiający.	
151	Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 50, poz. 1,2,3,4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.	Zamawiający wymaga.
152	Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 50, poz. 1 Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, a także komfort obsługi urządzenia, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby wężyk pompy pozostanie zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny na dowolną ilość iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków. Jednocześnie bezpieczeństwo i higiena wężyków jest gwarantowana przez maksymalny okres użytkowania wynoszący 24 godziny. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego oraz ograniczenie ilości utylizowanych materiałów eksploatacyjnych.	Zamawiający potwierdza.
153	Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 50, poz. 1,2,3,4 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wężyków zatwierdzonych przez producenta o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar.	Zamawiający dopuszcza.
154	Dotyczy części nr 70 – Asortyment do respiratora Typu Monnal T60 Wykonawca wnosi o odstąpienie od możliwości żądania próbek w przypadku zaoferowania Zamawiającemu wyrobów medycznych rekomendowanych przez producenta Air Liquide Medical Systems. W przypadku zaoferowania wyrobów medycznych rekomendowanych i w pełni kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem Monnal T60 nie zachodzi ryzyko dostarczanego asortymentu niekompatybilnego. Dodatkowo opisany w pakiecie asortyment w poz. 1 i 2 tj. wyroby jednorazowego użytku w sprzedaży dostępne jest wyłącznie w zbiorczym opakowaniu, zawierającym 20 sztuk wyrobów.	W przypadku zaoferowania wyrobów medycznych rekomendowanych i w pełni kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem Monnal T60 nie ma konieczność żądania próbek. W poz 1 i 2 zamawiający oczekuje po 4 op x 20 szt czyli 80 szt w każdej z poz 1 i 2.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

155	<p>Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział 4, pkt 1 lit. f Dotyczy części nr 70 – Asortyment do respiratora Typu Monnal T60 Wykonawca wnosi o odstąpienie od możliwości żądania próbek na rzecz złożenia kart katalogowych potwierdzających zgodność zaoferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia.</p>	Pytanie wyżej odpowiedź pozytywna.
156	<p>Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ- OPZ- pakiet 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników o pojemności 60 ml wypełnionych 10% buforowaną formaliną o pH neutralnym, w ilości 40 ml zapakowanych w wygodne tace. Dodatkowo pojemniki pakowane są w folię termokurczliwą dla dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnik wykonany z polipropylenu zawierający innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje możliwość wycieku podczas transportu, zapewniając bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego. Opakowanie zbiorcze 25 szt. Pojemnik przezroczysty z pomarańczową naklejką.</p> 	Zgodnie z SWZ
157	<p>Załącznik nr 8- wzór umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto” W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.</p>	Zgodnie z SWZ.
158	Czy zamawiający skróci termin płatności faktur do 30 dni?	Zgodnie z SWZ.
159	<p>Wzór umowy § 6 ust. 6 Czy zamawiający zmniejszy łączną wysokość kar umownych do 10 %?</p>	Zgodnie z SWZ.
160	<p>Dot. Formularza cenowego Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania kodu GTIN w przypadku, gdy wyrób go nie posiada lub gdy jest objęty okresem przejściowym?</p>	Zamawiający nie wymaga kodu GTIN do produktów, które nie posiadają kodu lub są objęte okresem






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

		przejściowym w czasie trwania umowy.
161	Pakiet nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny posiadający funkcję „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?	Zamawiający dopuszcza.
162	Pakiet nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjkę z środkiem myjącym?	Zgodnie z SWZ.
163	Pakiet nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach: • Prostokątna myjka do mycia ciała • Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą • Wykonana z poliestru • Rozmiary 12 cm x 20 cm • Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5) • Jednorazowego użytku • Nie zawiera lateksu • Opakowanie: 24 sztuk z przeliczeniem ilości?	Zgodnie z SWZ.
164	Pakiet nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach: • Prostokątna myjka do mycia ciała • Nie wymagają użycia wody oraz spłukiwania • Wykonana z miękkiej włókniny • Rozmiar 22 cm x 22 cm • Nasączona 2% diglukonianiu chlorheksydyny • Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce • Jednorazowego użytku • Opakowanie: 4 sztuk z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
165	Pakiet nr 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 50 sztuk z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
166	Pakiet nr 12, pozycja 2 Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga chusty włókninowej czy bawełnianej?	Zamawiający wymaga chusty włókninowej
167	Pakiet nr 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści golarkę medyczną z rączką o całkowitej długości 5,5cm oraz o długości części chwytnej ok. 4cm?	Zgodnie z SWZ.
168	Pakiet nr 12, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 80 sztuk kieliszków z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
169	Pakiet nr 12, pozycja 15A Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 16 x 26 cm?	Zamawiający dopuszcza.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

170	Pakiet nr 12, pozycja 15B Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 21 x 29 cm?	Zamawiający dopuszcza.																		
171	Pakiet nr 12, pozycja 15C Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 7,5 x 13 cm?	Zamawiający dopuszcza.																		
172	Pakiet nr 12, pozycja 18A Czy Zamawiający dopuści mankiet 20,5-28,5cm?	Zamawiający dopuszcza.																		
173	Pakiet nr 12, pozycja 18B Czy Zamawiający dopuści mankiet 27,5-36,5cm?	Zamawiający dopuszcza.																		
174	Pakiet nr 12, pozycja 18C Czy Zamawiający dopuści mankiet 35,5-46cm?	Zamawiający dopuszcza.																		
175	Pakiet nr 12, pozycja 18D Czy Zamawiający dopuści mankiet 42-54cm?	Zamawiający dopuszcza.																		
176	Pakiet nr 12, pozycja 18D Czy Zamawiający dopuści mankiet 45-56,5cm?	Zamawiający dopuszcza.																		
177	Pakiet nr 12, pozycja 32a-g Czy Zamawiający dopuści pojemniki zamykane na wcisk?	Zgodnie z SWZ																		
178	Pakiet nr 12, pozycja 32a-e Czy Zamawiający dopuści pojemniki zakręcane o pojemnościach: 15 ml, 30 ml, 40 ml, 60 ml, 120 ml?	Zgodnie z SWZ																		
179	Pakiet nr 12, pozycja 32f-g Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wcisk o pojemnościach: 2300ml oraz 5600ml?	Zgodnie z SWZ																		
180	Pakiet nr 12, pozycja 50 Czy Zamawiający oczekuje zestawu z 10ml saszetką zawierającą 0,12% roztwór chlorheksydyny?	Zamawiający dopuszcza.																		
181	Pakiet nr 12, pozycja 50 Czy Zamawiający oczekuje zestawu pakowanego na sztywnej tacy umożliwiającej przygotowanie zestawu po otwarciu?	Zamawiający dopuszcza.																		
182	Pakiet nr 45, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści butelkę posiadającą harmonijkę wyłącznie w dolnej jej części?	Zamawiający dopuszcza.																		
183	Pakiet nr 45, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 400ml?	Zgodnie z SWZ																		
184	Pakiet nr 45, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach:	Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza w poz 3 E długość 60 cm.																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMIAR</th> <th>DLUGOŚĆ (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CH 6</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>CH 8</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>CH 10</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>CH 12</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>CH 14</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>CH 16</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>CH 18</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>CH 20</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMIAR	DLUGOŚĆ (cm)	CH 6	40	CH 8	40	CH 10	40	CH 12	60	CH 14	60	CH 16	60	CH 18	60	CH 20	60	
ROZMIAR	DLUGOŚĆ (cm)																			
CH 6	40																			
CH 8	40																			
CH 10	40																			
CH 12	60																			
CH 14	60																			
CH 16	60																			
CH 18	60																			
CH 20	60																			





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji



185	Pakiet nr 45, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik dopepowinowy z końcówką luer-lock?	Zgodnie dopuszcza
186	Pakiet nr 45, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik dopepowinowy nie posiadający osłonki ochronnej?	Zamawiający dopuszcza w przypadku cewników z końcówką luer-lock.
187	Pakiet nr 45, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z PCV?	Zgodnie z SWZ
188	Pakiet nr 45, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z silikonowanego PCV?	Zgodnie z SWZ
189	Pakiet nr 45, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 40cm?	Zgodnie z SWZ
190	Pakiet nr 45, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z PCV?	Zgodnie z SWZ
191	Pakiet nr 45, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z silikonowanego PCV?	Zamawiający dopuszcza.
192	Pakiet nr 45, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 40cm?	Zamawiający dopuszcza.
193	Pakiet nr 45, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści dren perforowany na długości 15cm?	Zamawiający dopuszcza.
194	Pakiet nr 45, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści dren z otworami +/-2mm od podanych wartości?	Zgodnie z SWZ
195	Pakiet nr 45, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z PCV, 60x20cm w rozmiarach 10-18Ch?	Zamawiający dopuszcza.
196	Pakiet nr 45, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści dren lateksowy, 40x20cm?	Zamawiający dopuszcza.
197	Pakiet nr 45, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 9g?	Zgodnie z SWZ
198	Pakiet nr 45, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści spłaszczoną końcówkę?	Zgodnie z SWZ
199	Pakiet nr 45, pozycja 12	Zamawiający dopuszcza.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


	 <p>Czy Zamawiający dopuści końcówkę widoczną na zdjęciu poniżej:</p>	
200	<p>Pakiet nr 45, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści zawór wykonany z PCV?</p>	Zgodnie z SWZ
201	<p>Pakiet nr 45, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoczęściowe • dla jednego pacjenta • wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały) • wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy • wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru • dostępne w 3 rozmiarach: S- obwód max. – 31cm, M- obwód max. 35 cm, L- obwód max. 40 cm? 	Zgodnie z SWZ
202	<p>Pakiet nr 45, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?</p>	Zamawiający dopuszcza.
203	<p>Pakiet nr 45, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik wykonany z PCV przez polskiego producenta?</p>	Zgodnie z SWZ
204	<p>Pakiet nr 45, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik wykonany z silikonu przez zagranicznego producenta?</p>	Zamawiający dopuszcza.
205	<p>Pakiet nr 57, pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową w rozmiarze</p>	Zgodnie z SWZ



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.


w restrukturyzacji


	3,0mm?																
206	Pakiet nr 57, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV?	Zgodnie z SWZ															
207	Pakiet nr 57, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek intubacyjnych w rozmiarach od 2,5 do 10,0?	Zamawiający dopuszcza.															
208	Pakiet nr 57, pozycja 4-7 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?	Zgodnie z SWZ															
209	Pakiet nr 57, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach:	Zgodnie z SWZ															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMIAR</th> <th>DLA RUREK INTUBACYJNYCH</th> <th>DLUGOŚĆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06Fr (2,0)</td> <td>2.5-4.5 mm</td> <td>255mm</td> </tr> <tr> <td>10Fr (3,3)</td> <td>4.0-6.0 mm</td> <td>340mm</td> </tr> <tr> <td>12Fr (4,0)</td> <td>5.5-6.5 mm</td> <td>340mm</td> </tr> <tr> <td>14Fr (4,7)</td> <td>5.5-10.0 mm</td> <td>340mm</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMIAR	DLA RUREK INTUBACYJNYCH	DLUGOŚĆ	06Fr (2,0)	2.5-4.5 mm	255mm	10Fr (3,3)	4.0-6.0 mm	340mm	12Fr (4,0)	5.5-6.5 mm	340mm	14Fr (4,7)	5.5-10.0 mm	340mm	
ROZMIAR	DLA RUREK INTUBACYJNYCH	DLUGOŚĆ															
06Fr (2,0)	2.5-4.5 mm	255mm															
10Fr (3,3)	4.0-6.0 mm	340mm															
12Fr (4,0)	5.5-6.5 mm	340mm															
14Fr (4,7)	5.5-10.0 mm	340mm															
210	Pakiet nr 57, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurek intubacyjnych o szerokości 2cm?	Zgodnie z SWZ															
211	Pakiet nr 57, pozycja 11, 12 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane?	Zgodnie z SWZ															
212	Pakiet nr 57, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą opaskę do rurek tracheostomijnych?	Zgodnie z SWZ															
213	Pakiet nr 57, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych w kolorze beżowym?	Zamawiający dopuszcza.															
214	Pakiet nr 57, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych wykonaną z pianki poliuretanowej obłożoną bawełną?	Zgodnie z SWZ															
215	Pakiet nr 57, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych o długości całkowitej ok. 53,5cm, długość bez rzepów ok. 47cm?	Zgodnie z SWZ															
216	Pakiet nr 57, pozycja 15B Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z drenem dołączonym osobno?	Zgodnie z SWZ															
217	Pakiet nr 60, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe spełniające opis, w rozmiarach dla dorosłych L i XL (odpowiednio pozycja B i C) oraz w rozmiarze M przeznaczoną dla dzieci, ale posiadającą możliwość stosowania u dorosłych (pozycja A)?	Zamawiający dopuszcza.															



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


218	Pakiet nr 62, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem, łącznikiem T, rurą karbowaną i drenem wykonany z medycznego PCV. Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem. Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta. Nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml (numerycznie co 2ml), (MMAD) 2,0-2,2 μ m, wydajność nebulizacji 0,2 ml/min. Sterylny, pakowany pojedynczo.	Zamawiający dopuszcza.
		
219	Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1d: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy 110 mm?	Zamawiający dopuszcza.
220	Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1e: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy górnej 120 mm i średnicy dolnej 105 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający dopuszcza.
221	Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1e: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości całkowitej 210 mm, szerokości podstawy górnej 130 mm oraz o szerokości podstawy dolnej 110 mm?	Zamawiający nie dopuszcza.
222	Dotyczy Pakietu nr 7: Czy Zamawiający dopuści pojemnik 30 ml z 4% roztworem buforowanym formaldehydem (zwykle nazwanym 10% buforowanym formaliną) o pH 7 +/- 0,1, objętość formaldehydu 18 ml?	Zamawiający wymaga formaliny 10% buforowanej o pH 7,2-7,4 (formaldehyd 4% buforowany o pH 7,2-7,4)
223	Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny wyposażoną w okrągły plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, które odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości?	Zamawiający dopuszcza.
224	Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści myjki w formie rękawicy w rozmiarze uniwersalnym?	Zamawiający dopuszcza.
225	Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści wycenę myjek za opakowanie a'8	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	sztuk z przeliczeniem ilości?	
226	Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp o długości 200 cm?	Zgodnie z SWZ
227	Dotyczy Pakietu nr 27: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu w opakowaniu o pojemności 250 ml z przeliczeniem oferowanych ilości?	Zgodnie z SWZ
228	Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 80-130 cm?	Zamawiający dopuszcza.
229	Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 110-160 cm?	Zgodnie z SWZ
230	Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 120-170 cm?	Zamawiający dopuszcza.
231	Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 163-210 cm?	Zgodnie z SWZ
232	Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1A: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,4x18?	Zamawiający dopuszcza.
233	Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1K: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6x40 ze szlifem krótkościętym SB/BC?	Zamawiający dopuszcza.
234	Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższym opisie? - igła wykonana ze stali nierdzewnej - osłona igły: polipropyleń - cewnik wykonane z teflonu PTFE - wyposażona w skrzydełka - wyposażona w koreczonek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, bez nazwy producenta - z portem bocznym - 4 linie RTG - brak lateksu - nie zawiera ftalanów - zastawka antyzwrotna - jałowa, okres trwałości 5 lat - instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.	Zgodnie z SWZ
235	Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 6F: Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,8 (16G)?	Zgodnie z SWZ
236	Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o poniższym opisie?	Zgodnie z SWZ




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<ul style="list-style-type: none"> - kaniula dożylna bezpieczna z portem i skrzydełkami, sterylna - igła wykonana ze stali nierdzewnej - osłona igły: polipropylen - cewnik wykonane z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR - metalowy element zabezpieczający igłę po wyjęciu z cewnika - wyposażona w skrzydełka i koreczone portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, bez nazwy producenta - 6 linie RTG - brak lateksu - nie zawiera ftalanów - filtr hydrofobowy - okres trwałości 5 lat - instrukcja użytkownika w opakowaniu pośrednim 50 szt. 	
237	Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia wykonany z PVC?	Zgodnie z SWZ
238	Dotyczy Pakietu nr 51 poz. 1, 2, 4: Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z medycznego PVC?	Zamawiający dopuszcza.
239	Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 2F: Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 2/dł. 90 mm?	Zgodnie z SWZ
240	Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 2G: Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 3/dł. 100 mm?	Zgodnie z SWZ
241	Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 2H: Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 4/dł. 110 mm?	Zgodnie z SWZ
242	Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z PE?	Zgodnie z SWZ
243	Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z medycznego silikonu?	Zgodnie z SWZ
244	Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z medycznego PVC?	Zgodnie z SWZ
245	Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1A: Czy Zamawiający cewnik dla dorosłych o długości 2,1 m?	Zamawiający dopuszcza.
246	Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1D: Czy Zamawiający cewnik dla dorosłych z końcówkami bez regulacji?	Zamawiający dopuszcza.
247	Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem wyposażonym w uniwersalne łączniki?	Zamawiający dopuszcza.
248	Dotyczy Pakietu nr 61 poz. 1A: Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 3 ml?	Zamawiający dopuszcza.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

249	Dotyczy Pakietu nr 61 poz. 1D-1J: Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 5-10 ml?	Zamawiający dopuszcza.
250	Dotyczy Pakietu nr 61 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 14 dni?	Zamawiający dopuszcza.
251	Dotyczy Pakietu nr 61 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika w rozmiarze CH 16 zamiast CH 14?	Zamawiający dopuszcza.
252	Dotyczy Pakietu nr 61 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 29 dni?	Zamawiający dopuszcza.
253	Pakiet 1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści papier w składance 152 x 90 x 150 ?	Zamawiający dopuszcza.
254	Pakiet 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści papier w składance 106 x 25 ?	Zgodnie z SWZ
255	Pakiet 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści papier w składance 90 x 90 x 200?	Zamawiający dopuszcza.
256	Pakiet 1, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści papier w składance 110 x 18?	Zgodnie z SWZ
257	Pakiet 1, pozycja 12 Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?	Zamawiający wymaga.
258	Pakiet 1, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57mm x 20m?	Zgodnie z SWZ
259	Pakiet 1, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57mm x 5m?	Zamawiający dopuszcza.
260	Pakiet 2, pozycja 1e Czy Zamawiający dopuści pojemnik o średnicy dolnej 105 mm i górnej 120 mm?	Zamawiający dopuszcza.
261	Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worki czarne?	Zgodnie z SWZ
262	Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
263	Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worki wyposażone kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”?	Zamawiający dopuszcza.
264	Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
265	Pakiet 10, pozycja 2 – Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie?	Zgodnie z SWZ




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2021 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek?	
266	Pakiet 10, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
267	Pakiet 10, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
268	Pakiet 10, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x22cm?	Zamawiający dopuszcza.
269	Pakiet 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny, spełniający pozostałe wymagania?	Zamawiający dopuszcza.
270	Pakiet 14, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o wymiarach - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm?	Zamawiający oczekuje rozmiaru dużego XL
271	Pakiet 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o wymiarach- długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm?	Zamawiający dopuszcza.
272	Pakiet 14, pozycja 2,3,5,6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
273	Pakiet 14, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści maskę mocowaną za pomocą gumek, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?	Zgodnie z SWZ
274	Pakiet 14, pozycja 7,8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
275	Pakiet 15, pozycja 1 Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepkę o poniższym opisie? Czepek w formie furazerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort	Zgodnie z SWZ





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?	
276	Pakiet 15, pozycja 1 Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepkę o poniższym opisie? Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Przednia część wydłużona z możliwością wywinięcia. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m ² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm +/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 2 kolorach: zielonym, niebieskim?	Zgodnie z SWZ
277	Pakiet 15, pozycja 2 Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepkę o poniższym opisie? Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m ² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym?	Zamawiający dopuszcza.
278	Pakiet 15, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski?	Zamawiający dopuszcza.
279	Pakiet 15, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m ² , ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski?	Zamawiający dopuszcza.
280	Pakiet 15, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
281	Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z	Zgodnie z SWZ




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m ² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m ² . Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach : 60cm, długość rękawów 59 cm + 7,5 cm mankieta?	
282	Pakiet 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne, wykonane z polichloroprenu, o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02?	Zgodnie z SWZ
283	Pakiet 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne, wykonane z poliizoprenu?	Zgodnie z SWZ
284	Pakiet 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02, na dłoni 0,16mm+/-0,02?	Zgodnie z SWZ
285	Pakiet 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na dłoni 0,18mm+/-0,02?	Zgodnie z SWZ
286	Pakiet 17, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,27-0,35mm, w rozm. S (6,5), M(7,5), L(8,5)?	Zgodnie z SWZ
287	Pakiet 17, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,33mm+/-0,01, na dłoni 0,27mm+/-0,02mm?	Zgodnie z SWZ
288	Pakiet 17, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na co najmniej 17 cytostatyków?	Zamawiający dopuszcza
289	Pakiet 17, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02, na dłoni 0,16mm+/-0,02, na mankiecie 0,14mm+/-0,02?	Zgodnie z SWZ
290	Pakiet 17, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na co najmniej 5 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1?	Zgodnie z SWZ
291	Pakiet 18, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające powierzchnię antypoślizgową (mikroteksturowaną) z dodatkową teksturą na końcach palców?	Zamawiający dopuszcza.
292	Pakiet 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01, na dłoni 0,12mm+/-0,01?	Zamawiający dopuszcza.
293	Pakiet 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min. 10N?	Zamawiający dopuszcza.
294	Pakiet 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na min. 8 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1?	Zamawiający dopuszcza.
295	Pakiet 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na min. 12 cytostatyków zgodnie ASTM D6978, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu?	Zamawiający dopuszcza.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.



w restrukturyzacji


296	Pakiet 18, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające powierzchnię antypoślizgową (mikroteksturowaną) z dodatkową teksturą na końcach palców?	Zamawiający dopuszcza.
297	Pakiet 18, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozm. S-XL?	Zamawiający dopuszcza.
298	Pakiet 45 Czy Zamawiający dopuści wycenę pakietu na pozycje co umożliwi w tak mieszanym asortymencie złożenie najbardziej korzystnych ofert, na czym Zamawiającemu powinno zależeć?	Zgodnie z SWZ.
299	Pakiet 45, pozycja 3E Czy Zamawiający dopuści cewnik 12CH 50cm?	Zamawiający dopuszcza.
300	Pakiet 45, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewniki z linią rtg, bez osłonki ochronnej?	Zgodnie z SWZ
301	Pakiet 45, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy o długości 50cm?	Zamawiający dopuszcza.
302	Pakiet 45, pozycja 5C Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 21?	Zamawiający dopuszcza.
303	Pakiet 45, pozycja 5F Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27?	Zamawiający dopuszcza.
304	Pakiet 45, pozycja 5H Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33?	Zamawiający dopuszcza.
305	Pakiet 45, pozycja 5I Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 36?	Zamawiający dopuszcza.
306	Pakiet 45, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy o długości 50cm?	Zamawiający dopuszcza.
307	Pakiet 45, pozycja 6C Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 21?	Zamawiający dopuszcza.
308	Pakiet 46, pozycja 6F Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27?	Zamawiający dopuszcza.
309	Pakiet 45, pozycja 6H Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33?	Zamawiający dopuszcza.
310	Pakiet 45, pozycja 6I Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 36?	Zamawiający dopuszcza.
311	Pakiet 45, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr posiadający długość ramion 450 mm x 180 mm?	Zamawiający dopuszcza.
312	Pakiet 45, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu: dren CH30 o długości 250cm i końcówka ortopedyczna CH25 o długości 23cm?	Zgodnie z SWZ



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


313	Pakiet 45, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści maski z plastikowym zaworem, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zgodnie z SWZ
314	Pakiet 45, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści okularki o budowie jak na zdjęciu:  ?	Zamawiający dopuszcza.
315	Pakiet 45, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy 210cm? Budowa stożkowa konektorów umożliwia dopasowanie drenu do każdego źródła gazu (złączki). Konektory o wysokiej plastyczności i właściwościach odkształcania łatwo wprowadza się na trzpienie dozowników gazów lub inhalatorów, połączenie jest trwałe bez możliwości przypadkowego rozłączenia.	Zamawiający dopuszcza.
316	Pakiet 45, pozycja 27F-G Czy Zamawiający dopuści zglębnik z konektorem  ?	Zgodnie z SWZ
317	Pakiet 45, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści silikonowe zglębniki producenta z Tajwanu?	Zamawiający dopuszcza.
318	Pakiet 48, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igły tępe z otworem centralnym, bez otworu bocznego w rozmiarze 1,2x40mm?	Zamawiający dopuszcza.
319	Pakiet 48, pozycja 6A – 6G Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonane z FEP (teflonu) z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego?	Zgodnie z SWZ.
320	Pakiet 48, pozycja 6A-6G - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
321	Pakiet 48, pozycja 7A – 7F Czy Zamawiający dopuści poliuretanowe kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych, bez skróconej nazwy producenta na koreczku?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

322	Pakiet 48, pozycja 7A-7F - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza.
323	Pakiet 48, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV bez zawartości ftalanów i lateksu w rozmiarze CH 6 / 50cm?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
324	Pakiet 48, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
325	Pakiet 51, pozycja 1-2, 4 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.	Zamawiający dopuszcza.
326	Pakiet 51, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania płynów, jałowe z długą elastyczną komorą kroplową, zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do drenu, wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów, (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umożliwiającą całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi?	Zgodnie z SWZ
327	Pakiet 51, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrozoną powierzchnią?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
328	Pakiet 51, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
329	Pakiet 51, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

330	Pakiet 51, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kropłową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
331	Pakiet 51, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
332	Pakiet 51, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
333	Pakiet 51, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą o długości całkowitej 60mm, wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
334	Pakiet 51, pozycja 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu bezpiecznego wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
335	Pakiet 51, pozycja 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu bezpiecznego posiadającego wysokiej jakości hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 μm , zapewniający skuteczniejszą filtrację niż w przypadku 15 μm ?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
336	Pakiet 51, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowy z wysokiej skuteczności filtrem, z możliwością pracy w systemie zamkniętym do momentu pierwszego otwarcia odpowietrznika filtra, z pominięciem definicji NIOSH?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
337	Pakiet 51, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
338	Pakiet 51, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z dwukanałowym kolcem jak na zdjęciu posiadający powyżej odpowietrznik	Zamawiający dopuszcza nie wymaga






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p style="text-align: center;">?</p>	
339	Pakiet 51, pozycja 4 Czy Zamawiający wymaga przyrządu posiadającego uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
340	Pakiet 53, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
341	Pakiet 60, pozycja 1A, D Czy Zamawiający dopuści cewniki bez regulacji, dla dorosłych o rozpiętości pomiędzy noskami 9mm i wysokości 13mm, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
342	Pakiet 60, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw zakończony złączem żeńskim niegwintowanym?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
343	Pakiet 60, pozycja 3-5 Czy Zamawiający wymaga masek sterylnych?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
344	Pakiet 60, pozycja 3A Czy Zamawiający dopuści maski małe dla dorosłych w rozmiarze M dedykowane dla dzieci?	Zamawiający dopuszcza
345	Pakiet 60, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze S dedykowane dla noworodków?	Zamawiający dopuszcza.
346	Pakiet 61, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH6 z balonem 3ml, CH8 z balonem 3-5ml, CH10 z balonem 3-5ml a reszta rozmiarów z balonem 5-10ml, oraz czasem utrzymania w ciele pacjenta 14 dni, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza.
347	Pakiet 61, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki o czasie utrzymania w ciele pacjenta przez 14dni, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza.
348	Pakiet 61, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki silikonowe, trójdrożne, o czasie utrzymania w ciele pacjenta przez 30dni, spełniające	Zamawiający dopuszcza.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	pozostałe wymagania swz?	
349	Pakiet 61, pozycja 2 rozmiar 14 Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze 16 zamiast 14?	Zamawiający dopuszcza.
350	Pakiet 61, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewniki o powierzchni gładkiej, niezrożonej?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
351	Pakiet 61, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
352	Pakiet 61, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
353	Pakiet 61, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
354	Pakiet 51 Poz 1 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji (dodatkowy otwór/pochewka) oraz miejsce na podwieszenie drenu. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym.	1. Zamawiający dopuszcza nie wymaga 2. Zamawiający dopuszcza nie wymaga 3. Zgodnie z SWZ
355	Pakiet 51 Poz 3 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym),), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz	Zamawiający dopuszcza






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	opakowania. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylne, opakowanie 200 szt.	
356	Pakiet 51 Poz 4 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylne, opakowanie 180 szt,	Zamawiający dopuszcza.
357	Pakiet 52 Poz 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, z kołcem micro. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Dostęp zabezpieczony białym koreczkiem. Filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego zestawu 0,2ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiołki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.	Zgodnie z SWZ
358	Pakiet nr 18, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o poniższych parametrach: 1. Rękawice nitylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, jednorazowe. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na	1. Zamawiający dopuszcza. 2. Zamawiający dopuszcza. 3. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania - dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 (min. 30 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywnością, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych akceleratorów): tiuramy, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

2. Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpydrowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.</p> <p>3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby otwór dozujący dyspensera rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?</p>	
359	<p>Pakiet nr 18, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do procedur wysokiego ryzyka o poniższych parametrach:</p> <p>1. Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1.0, kolor niebieski, średnia grubość na palcu $0,15 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,08 \pm 0,01$ mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).</p> <p>2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości 290 ± 10 mm. Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm.</p>	Zgodnie z SWZ




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i 16523-1 (w tym odporne przez min. 10 min. na Izopropanol 99% i etanol 99,5%) oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. <u>Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.</u> Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).</p>	
360	<p>Pakiet nr 18, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o poniższych parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpydrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 $\geq 6,5N$. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4), w tym całkowicie odporne na penetrację substancji tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru (woda utleniona) oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z	Zgodnie z SWZ





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	wdrożonym ISO 22000 – informacja na opakowaniu, zgodnie z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.	
361	Pakiet nr 18, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych o poniższych parametrach: 1. Niesterylne, jednorazowego użytku rękawice diagnostyczne i ochronne wykonane z polichloru winylu (PVC), powierzchnia gładka. Pasujące na obie dłonie, z rolowanym mankietem zapobiegającym samo zwijaniu się rękawicy. Rękawice pakowane są w sposób umożliwiający łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk. <u>Średnia grubość na palcach i dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, AQL 1,5.</u> Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 5. Rękawice przebadane na działanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 oraz przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.	Zamawiający dopuszcza.
362	Dotyczy wzoru umowy - zał. nr 8 do SWZ (pakiet nr 71) Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?	Zgodnie z SWZ.
363	Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie limitu kar w § 6 ust. 6 do 20% wynagrodzenia brutto?	Zgodnie z SWZ.
364	Prosimy o wykreślenie z pakietu 62, poz. 3-5, gdyż taka budowa pakietu stawia jedną firmę w pozycji uprzywilejowanej i blokuje konkurencyjnym firmom, oferującym również dobrej jakości wyroby medyczne, złożenie konkurencyjnej oferty?	Zgodnie z SWZ
365	Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 50 poz. 1 postępowania zestawu zapewniającego pracę przez 24 godziny, składającego się z 2 osobno pakowanych wężyków pompy o czasie pracy do 12 godzin oraz do ilości 40 iniekcji, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.	Zgodnie z SWZ
366	Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 50 wężyków o wyższej	Zgodnie z SWZ



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	szczelności ciśnieniowej 24bar (tj.350psi).	
367	Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 50 poz. 4 wężyków o objętości napełniania 15,7ml	Zgodnie z SWZ
368	Pytanie dotyczy Pakietu 32 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek: gdzie średnica szczotki do kanałów wynosi 3/3 mm, a szczotka do zaworów ma średnicę 5/10 mm i długość 15,5 cm.	Zgodnie z SWZ
369	Pytanie dotyczy Pakietu 32 Poz. 4 oraz 5 Czy Zamawiający dopuści pętle owalną, jednorazową o średnicy cewnika 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SWZ
370	Pytanie dotyczy Pakietu 32 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą igłę do ostrzykiwań jednorazową z osłonką 2,4 mm, średnica igły 23G?	Zgodnie z SWZ
371	Pakiet 18, pozycja 2 Czy Zamawiający oczekuje rękawic o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, niebieskie, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna: chlorowana, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0 – potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm ±0,04mm, na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,23mm±0,03mm, długość min.300mm, siła zrywu przed starzeniem min. 20N - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 20µg/g - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 14 cytostatyków wg ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary S-XL, kodowane kolorystycznie na opakowaniu, pakowane po 50 szt.?	Zamawiający wymaga