



Katowice, dnia 19.09.2023r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 26, Nr sprawy: ZP-23-146UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1 – Pakiet 1:**

Czy zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu, która posiada 6 pasków widocznych w RTG? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 2 – Pakiet 1:**

Czy zamawiający dopuści kaniulę 20G w jednym rozmiarze, 20G dł. 32mm?

**Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 3 – Pakiet 1:**

Czy zamawiający dopuści kaniulę 14G dł. 45mm zamiast 50mm? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 4 – Pakiet 1:**

Czy zamawiający dopuści kaniulę 16G dł. 45mm zamiast 50mm? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 5 – Pakiet 1:**

Czy zamawiający dopuści kaniulę 18G dł. 32mm zamiast 32mm? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 6 – Pakiet 1:**

Czy zamawiający dopuści kaniulę w opakowaniu Tyvec? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 7 – Pakiet 2:**

Czy zamawiający wydzieli do osobnej pozycji worek na leki światłoczułe? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8 – Pakiet 3:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową z rozszerzoną skalą 50/60ml? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 9 – Pakiet 3:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem zakończonym gumową końcówką? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 10 – Pakiet 4:**

Czy zamawiający wyjaśni czy opisując przedmiot zamówienia miał na myśli dren do odsysania pola operacyjnego? **Odp.: Tak, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli dren do odsysania pola operacyjnego. Swoje wymagania określił w SWZ.**



**Pytanie 11** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 12** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.** W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy **którego dotyczą niedostarczone dokumenty** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.**

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto umowy niezrealizowanej części umowy. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 13** - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.: Zamawiający zawarł w umowie informacje na temat faktur i nie wyraża zgody na uzupełnienie projektu w ww. sposób. § 3 pkt. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>**

**Pytanie 14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 15** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 bezpieczną jednorazową sterylną kaniulę dożylną w rozmiarach:

- 24 G dł. 19 mm
- 22 G dł. 25 mm
- 20 G dł. 32 mm
- 18G dł. 32mm
- 18 G dł. 50 mm
- 17 G dł. 45 mm
- 16 G dł. 50 mm
- 14 G dł. 50 mm?

Pozostałe wymagania bez zmian. Państwa zgoda pozwoli zaferować kaniule włoskiego producenta DELTA MED <https://deltamed.pro/en/company>

**Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**