

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin

Szczecin 17.11.2020 r.

nr sprawy: DP/371/138/20

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w zamrażarki niskotemperaturowe w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”, numer umowy o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0076/19-00**

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1 - Zamrażarki niskotemperaturowe skrzyniowe -3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemności użytkowej urządzenia 189 L i wymiarach zewnętrznych (WxSzxG) 885x923x605 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 - Zamrażarki niskotemperaturowe skrzyniowe -3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -25 do -45 °C ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 - Zamrażarki niskotemperaturowe skrzyniowe -3 sztuki

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Czy jest winda towarowa w budynku?

Jakiej wielkości są otwory wejściowe?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

Odpowiedź:

- 1) **UG** - urządzenie skrzyniowe – parter budynku, wyposażenie budynku w rampę (podjazd dla samochodów towarowych i wejście 2-drzwiowe, wózek do przewozu palet na wyposażeniu administracji budynku, w budynku obecna w razie potrzeby winda towarowa, pomieszczenie w jakim ma zostać zainstalowane urządzenie ma otwory drzwiowe ok 90 cm szerokości.
- 2) **US** - Zamrażarki będą umieszczone na poziomie –2, do pomieszczenia jest bezpośrednio wejście z zewnątrz. Brak windy, jest rampa. Wymiary drzwi wejściowych: 90x195 cm, drzwi wewnętrzne: 110x200 cm, dwa przejścia między barierkami a ścianą o szerokości 100 cm oraz 130 cm.
- 3) **APSL** - nie ma windy i pomieszczenia są zlokalizowane w przyziemiu (piwnicy). Zapewniony jest dojazd samochodem do wejścia do Herbarium. Wymiary drzwi w Słupsku jedno szer. 140 oraz drugie 135 cm czyli min. 135 cm szerokości - wysokość standardowa

Pytanie 4 - Zamrażarki szafowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -30 do -45⁰ C ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – zamrażarki szafowe i skrzyniowe

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem alarm awarii ?

Odpowiedź:

Pod pojęciem alarmu awarii Zamawiający rozumie zasygnalizowanie przez urządzenie błędnego funkcjonowania (dźwiękowo), w szczególności informowania o zaniku zasilania, alarmie zmiany temperatury i jej zbyt wysokiej/ niskiej wartości niezgodnej z zadaną przez operatora, a wynikającą z wadliwego działania urządzenia.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 1 ust. 4

Wykonawca wykona nieodpłatnie instruktaż obsługi sprzętu dla personelu Zamawiającego, Akademii Pomorskiej w Słupsku a także Uniwersytetu Gdańskiego, nie później niż w terminie dostawy.

Po transporcie zamrażarki muszą zostać przynajmniej 3 do 4 godzin. Standardowo uruchomienie następuje w następnym dniu po dostarczeniu sprzętu do Zamawiającego. Dodatkowo są 3 różne miejsca dostarczenia sprzętu. Biorąc pod uwagę powyższe nie jest możliwe uruchomienie sprzętu i dokonanie instruktażu w terminie dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 1 ust. 4 wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

„Wykonawca wykona nieodpłatnie instruktaż obsługi sprzętu dla personelu Zamawiającego, Akademii Pomorskiej w Słupsku a także Uniwersytetu Gdańskiego, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy.”

Pytanie 7

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 3 ust. 4

Zgłoszenie przekazane przez odpowiednio Zamawiającego, Akademię Pomorską w Słupsku lub Uniwersytet Gdański drogą telefoniczną musi zostać zarejestrowane przez Wykonawcę i potwierdzone zwrotnie w ciągu 15 minut od otrzymania takiego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej

Na

*Zgłoszenie przekazane przez odpowiednio Zamawiającego, Akademię Pomorską w Słupsku lub Uniwersytet Gdański drogą telefoniczną musi zostać zarejestrowane przez Wykonawcę i potwierdzone **zwrotnie do końca dnia roboczego** od otrzymania takiego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej.*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 3 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

„zgłoszenie przekazane przez odpowiednio Zamawiającego, Akademię Pomorską w Słupsku lub Uniwersytet Gdański drogą telefoniczną musi zostać zarejestrowane przez Wykonawcę i potwierdzone **zwrotnie do końca dnia roboczego od otrzymania takiego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej**”

Pytanie 8

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 3 ust. 9

W przypadku, gdy dane urządzenie, które w okresie gwarancji, co najmniej trzykrotnie ulegnie awarii, to odpowiednio Zamawiający, Akademia Pomorska w Słupsku lub Uniwersytet Gdański będzie miał prawo żądania wymiany urządzenia na inne, fabrycznie nowe i wolne od wad, o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia, podlegającego wymianie (dalej: „urządzenie wymienione”). Wykonawca dostarczy urządzenie wymienione oraz usunie urządzenie podlegające wymianie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania przez odpowiednio Zamawiającego, Akademię Pomorską w Słupsku lub Uniwersytet Gdański pisemnego żądania wymiany.

Na

*W przypadku, gdy dane urządzenie, które w okresie gwarancji, co najmniej trzykrotnie ulegnie awarii **ten sam element urządzenia**, to odpowiednio Zamawiający, Akademia Pomorska w Słupsku*

lub Uniwersytet Gdański będzie miał prawo żądania wymiany urządzenia na inne, fabrycznie nowe i wolne od wad, o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia, podlegającego wymianie (dalej: „urządzenie wymienione”). Wykonawca dostarczy urządzenie wymienione oraz usunie urządzenie podlegające wymianie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania przez odpowiednio Zamawiającego, Akademię Pomorską w Słupsku lub Uniwersytet Gdański pisemnego żądania wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 3 ust. 3 pkt 9 wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

„w przypadku, gdy w okresie gwarancji, co najmniej trzykrotnie ulegnie awarii ten sam element urządzenia, to odpowiednio Zamawiający, Akademia Pomorska w Słupsku lub Uniwersytet Gdański będzie miał prawo żądania wymiany urządzenia na inne, fabrycznie nowe i wolne od wad, o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia, podlegającego wymianie (dalej: „urządzenie wymienione”). Wykonawca dostarczy urządzenie wymienione oraz usunie urządzenie podlegające wymianie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania przez odpowiednio Zamawiającego, Akademię Pomorską w Słupsku lub Uniwersytet Gdański pisemnego żądania wymiany. Urządzenie wymienione uważa się za część Przedmiotu Umowy od momentu dostarczenia do odpowiednio Zamawiającego, Akademii Pomorskiej w Słupsku lub Uniwersytetu Gdańskiego, co zostanie wykonane przez odpowiednio Zamawiającego, Akademię Pomorską w Słupsku lub Uniwersytet Gdański niezwłocznie po dostarczeniu urządzenia wymienionego. Strony potwierdzą Protokołem dostarczenia urządzenia zastępczego/urządzenia wymienionego, oraz odbiór przez Wykonawcę urządzenia podlegającego wymianie. Postanowienia umowy dotyczące urządzeń mają zastosowanie również do urządzenia wymienionego;”

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie zapisu umowy §3 ust. 3 pkt 11

W każdym z powyższych przypadków, który wymaga wyniesienia przez Wykonawcę urządzenia poza lokalizację odpowiednio Zamawiającego, Akademii Pomorskiej w Słupsku lub Uniwersytetu Gdańskiego, **dysk twardy tego urządzenia pozostaje u odpowiednio Zamawiającego, Akademii Pomorskiej w Słupsku lub Uniwersytetu Gdańskiego**

W urządzeniach chłodniczych nie ma dysku twardego.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis § 3 ust. 3 pkt 11 wzoru umowy. Ponadto, Zamawiający wykreśla zapisy § 3 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 10

Prosimy o zmianę zapisu umowy §6

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie zrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w umowie, nie więcej jednak **niż 20% wynagrodzenia** umownego netto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
- b) za zwłokę w wymianie sprzętu, który nie odpowiadał zamówieniu, był uszkodzony lub niesprawny w dacie odbioru – kara w wysokości 0,5 % ceny netto, sprzętu podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, ~~jednak nie mniej niż 100,00 zł brutto~~ i nie więcej niż **20 % wynagrodzenia netto**, o którym mowa w § 2 ust. 1,
- c) za zwłokę w usunięciu wady sprzętu w okresie gwarancji, w tym jego naprawy lub wymiany – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie więcej jednak niż **20% wynagrodzenia umownego netto** o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy
- d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara w wysokości **20 %, wynagrodzenia netto**, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 6 wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie zrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w umowie, nie więcej jednak niż 25 % wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
 - b) za zwłokę w wymianie sprzętu, który nie odpowiadał zamówieniu, był uszkodzony lub niesprawny w dacie odbioru – kara w wysokości 0,5 % ceny netto sprzętu podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 25 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1,
 - c) za zwłokę w usunięciu wady sprzętu w okresie gwarancji, w tym jego naprawy lub wymiany – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie więcej jednak niż 25 % wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy
 - d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy* – kara w wysokości 25 %, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. *Zamawiający* może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego *Wykonawcy*.
 3. *Zamawiający* zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

Z poważaniem

.....