

Kraków, dnia 15.10.2024 r.

DZ.271.99.1105.2024

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 11

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego nr DZ.271.99.2024 „Dostawa różnych wyrobów medycznych dla Samodzielnej Pracowni Endoskopii m.in. szczotek, igieł”

I. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igieł w opakowaniach zawierających 5 sztuk oddzielnie pakowanych sterylnych igieł?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu dostarczenia próbek, w przypadku, gdy zostaną zaoferowane produkty dostarczane wcześniej do Zamawiającego i znane przez Użytkowników?

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek w pakiecie nr 2.**

3. Dotyczy Załącznika nr 3 Pakiet nr 2 L.P. 6: Czy Zamawiający dopuści igłę posiadającą meandryn, chroniący kanał biopsyjny podczas wkładania do bronchoskopu i uniemożliwiający przebicie koszulki, wykonany z nitinolu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść SWZ, jak poniżej:**

I. Załącznik nr 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pakiet nr 2, poz.6

**Było:**

*„igła posiadająca neandryn ze stali nierdzewnej chroniącą kanał biopsyjny podczas wkładania do bronchoskopu i uniemożliwiająca przebicie koszulki”*

**Jest:**

igła posiadająca meandryn z nitinolu chroniącą kanał biopsyjny podczas wkładania do bronchoskopu i uniemożliwiająca przebicie koszulki

II. Załącznik nr 4 – FORMULARZ CENOWY pakiet nr 2, poz.6

**Było:**

UWAGA: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów medycznych w ilości 1 sztuki.

**Jest:**

~~UWAGA: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów medycznych w ilości 1 sztuki.~~

4. Dotyczy Załącznika nr 2 (Wzór Umowy) do SWZ § 1 pkt. 3 i 4: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczania wyrobów medycznych w terminie do 5 dni roboczych zgodnie z § 1 pkt. 3 oraz usunięcie zapisu § 1 pkt. 4, który jest niezrozumiały w odniesieniu do zapisu w § 1 pkt. 3.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

5. Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 4 - Prosimy Zamawiającego o obniżenie łącznej wartości kar umownych do 30% wartości brutto umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**UWAGA: Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma –**

- **zmieniony załącznik nr 3 (OPZ),**
- **zmieniony załącznik nr 4 (Formularz cenowy)**

- II. Zamawiający uzupełnia punkt 13 SWZ poprzez dodanie podpunktu „d” o treści: wypełniony Opis przedmiotu zamówienia - wg. załącznika nr 3 do SWZ.

- Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.