



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:  
**Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023**

Konin, 03.04.2023r

**WSZ-EP-1/348/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023**

#### **Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 8**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Załącznik nr 2.5 do SWZ Pakiet 5 – Aparat RTG jezdny - 1 szt.**

##### **Pytanie 1**

##### **Aparat z 1 detektorem cyfrowym - detektor bezprzewodowy;**

Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek i generator wyprodukowane przez jednego producenta

W celu zapewnienia kompatybilności i pełnej funkcjonalności aparatu rtg prosimy o zmianę wymagań na następujące: Aparat z 1 detektorem cyfrowym - detektor bezprzewodowy; Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek, detektor i generator wyprodukowane przez jednego producenta

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości obsługi już posiadanego detektora z aparatu rtg DRX-Evolution przez oferowany aparat jezdny i oferowanego detektora przez posiadany aparat stacjonarny?

Powyższe pozwoli Zamawiającemu w razie awarii zachować możliwość ciągłej pracy i wykorzystanie detektora naprzemiennie w obu urządzeniach.

Dlatego prosimy o dodanie następujących wymagań:

Pkt. 93 Detektor bezprzewodowy zapewniający możliwość wykorzystania (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji) z cyfrowym aparatem RTG będących w posiadaniu Zamawiającego (DRX-Evolution) z możliwością wykorzystania pełnego zakresu funkcjonalności detektora.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający nie wymaga powyższego, zgodnie z SWZ.**

Pkt. 94 Możliwość wykorzystania w dostarczonym aparacie detektora aktualnie posiadanego przez Zamawiającego (DRX PLUS 3543C) bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji z możliwością wykorzystania pełnego zakresu funkcjonalności detektora.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający nie wymaga powyższego, zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.