

Bielsko-Biała dn.07.04.2023 r.

DZP.271.11.2023 - 40

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.11.2023**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Dotyczy Pakiet nr 21:

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200°C?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200 stopni C, pod warunkiem że spełni on pozostałe zapisy SWZ.

2. Dotyczy Pakiet nr 21, pozycja 7:

Czy w miejsce rękawa 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również rękaw 55 mm, pod warunkiem że spełni on pozostałe zapisy SWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen