



WYKONAWCY

Łódź, dnia 02.10.2024 r.

ZP/ 119/2024

Dotyczy: Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby UCP i Oddziału Neonatologicznego CSK UM w Łodzi

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 77

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści znaczniki o wymiarach 2,0 x 1,2mm i długości 45cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 78

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za 1 sztukę znacznika czy za 1 saszetkę zawierającą 2 sztuki znaczników?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 saszetkę zawierającą 2 sztuki znaczników

Pytanie 79

Pakiet nr 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 3m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 80

Pakiet nr 30, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej igły do nakłuc lędźwiowych typu Quinckie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 81

Pakiet nr 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarach:

S – obwód 20-31cm; szerokość paska – 1,5cm; szerokość opaski na oczy – 2,7cm

M – obwód 25-35cm; szerokość paska – 2cm; szerokość opaski na oczy – 3,6cm

L – obwód 30-40cm; szerokość paska – 2,5cm; szerokość opaski na oczy – 4,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 82**Pakiet nr 51, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii z badaniami w zakresie nieprzenikania fal świetlnych na poziomie min. 99,8%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Uwaga

1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający na stronie internetowej: : https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Bonczkowska