



**UNIWERSYTET  
ŁÓDZKI**

Dział Zakupów

Łódź, dnia 23.03.2021 roku

Dotyczy: ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nr postępowania 5/ZP/2021/N.

Pytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

Złożono w postępowaniu następujące pytania.

1. W części 5 wymagacie Państwo aby cela pomiarowa oferowanego urządzenia miała objętość 18 ul. Czy dopuścicie Państwo urządzenie o celi pomiarowej o objętości 63ul?

Wyjaśnienia do pytania 1.

Zamawiający informuje, że zmienia zapis znajdujący się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczącym części 5 o treści

„Objętość celi pomiarowej: 18  $\mu$ L”

na

„Objętość celi pomiarowej: w zakresie 18 - 63  $\mu$ L”

W związku z pytaniem zamawiający zmienia dotychczasowy załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 5 na nowy z adnotacją „Obowiązuje od dnia 23.03.2021 roku”, który znajduje się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ze zmianami z dnia 23.03.2021 r.

2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę stołową o wysokości 315 mm?

Wyjaśnienia do pytania 2.

Zamawiający informuje, że zmienia zapis znajdujący się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczącym części 3 o treści

„Wymiary zewnętrzne sprzętu nie mniejsze niż: (głębokość x szerokość x wysokość) 660 x 365 x 320 mm”

na

„Wymiary zewnętrzne sprzętu nie mniejsze niż: (głębokość x szerokość x wysokość) 660 x 365 x 315 mm”

W związku z pytaniem zamawiający zmienia dotychczasowy załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 3 na nowy z adnotacją „Obowiązuje od dnia 23.03.2021 roku”, który znajduje się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ze zmianami z dnia 23.03.2021 r.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień zawartych w umowie do wysokości 2% wartości brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy?

Wyjaśnienie do pytania 3.

Zamawiający nie wyraża gody na zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki w § 8 ust. 2 umowy.