



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 25.*

Nr sprawy: ZP-23-143UN

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej:

Pytanie nr 1: PAKIET 11 – Sterylne osłony na głowicę ultrasonograficzną

Dot. Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści osłonę na głowicę: Sterylna bezlateksowa osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 18 x 120 cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona w sterylny żel 15 ml, dwie taśmy samoprzylepne oraz pasek adhezyjny składana teleskopowo. Opakowanie zawiera 50 szt. (sprzedawane na sztuki)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie jest ono warunkiem koniecznym i wymaganym.

Pytanie nr 2: PAKIET 11 – Sterylne osłony na głowicę ultrasonograficzną

Dot. Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści: Sterylna osłona na głowicę ultrasonograficzną w rozmiarze 18cm x 120 cm bezlateksowa, składana teleskopowo, pakowana pojedynczo, w zestawie z: paskiem adhezyjnym, samoprzylepnymi taśmami mocującymi, gumkami mocującymi. Sterylny żele do USG 20 g, pakowany osobno.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie jest ono warunkiem koniecznym i wymaganym.

Pytanie nr 3: Pakiet 16, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na aparaturę medyczną (przewody/kamerę) o wymiarach 13cm x 235cm . Osłona składana teleskopowo, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, natomiast z drugiej w kartonik oraz taśmę przylepną o wymiarach 2,5cm x 17cm (+/- 2cm). Opakowanie a'200 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i tym samym nie modyfikuje treści SWZ.

Pytanie nr 4: Pakiet 16, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony w kształcie worka z bezlateksową gumką + taśma. Osłona w kształcie prostokątnego worka, wykonana z przezroczystej folii o wymiarach 91cm x 76cm. Opakowanie a'25 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i tym samym nie modyfikuje treści SWZ.

Pytanie nr 5: Pakiet 16, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony w kształcie worka. Osłona w kształcie prostokątnego worka, wykonana z przezroczystej folii o wymiarach 95cm x 85cm, wyposażona w elastyczną gumkę umożliwiającą umieszczenie osłony na aparaturze. Opakowanie a'80 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu



indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i tym samym nie modyfikuje treści SWZ.

Pytanie nr 6: Pakiet 16, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony w kształcie worka (szyty na okrągło) o wymiarach 40 cm x 80 cm. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii PE, wyposażona w elastyczną gumkę umożliwiającą umieszczenie osłony na aparaturze. Opakowanie a'50 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i tym samym nie modyfikuje treści SWZ.

Pytanie nr 7: Pakiet 11 i 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania (każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Sumaryczna ilość sztuk w opakowaniach nie może przekraczać ilości wymaganych w SWZ.

Pytanie nr 8: Dot. projektu umowy §4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 1 w sposób następujący:

1.W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt. 9b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto asortymentu , którego dotyczy wezwanie za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 9: Dot. projektu umowy §4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 2 w sposób następujący:

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 10: Dot. projektu umowy §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 6 w sposób następujący:

6.W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie (przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy), jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 11: Dot. umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 12: Zadanie 1 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd:

Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznie Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu, jednakże zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania filtra bakteryjnego ani zatyczki.

Pytanie nr 13: Zadanie 1 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści igłę do pobierania leków w rozmiarze 1,2x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tępej igły do pobierania leków z fiołki bez filtra w rozmiarze 1,2x40mm.

Pytanie nr 14: Zadanie 1 pozycja 6:

Czy zamawiający dopuści 3 częściową strzykawkę Luer-Lock 5 ml z rozszerzoną skalą 5-6ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki trzyczęściowej, ale nie wymaga.



Pytanie nr 15: Zadanie 1 pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści 3 częściową strzykawkę Luer-Lock 10 ml z rozszerzoną skalą 10-12ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki trzyczęściowej, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16: Zadanie 1 pozycja 8:

Czy zamawiający dopuści 3 częściową strzykawkę Luer Lock 20ml z rozszerzoną skalą 20-22ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki trzyczęściowej, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17: Zadanie 1 pozycja 9:

Czy zamawiający dopuści 3 częściową strzykawkę Luer- Lock 30 ml z rozszerzona skalą 30-33ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki trzyczęściowej, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18: Zadanie 1 pozycja 10:

Czy zamawiający dopuści 3 częściową strzykawkę Luer-Lock 50 ml z rozszerzoną skalą 50-60ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki trzyczęściowej, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19: Zadanie 3:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową o pojemności 100 ml bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu ze złączem luer-lock.

Pytanie nr 20: Zadanie 3:

Czy zamawiający wymaga strzykawkę, która posiada dwustronną czarna skalę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania produktu z dwustronną skalą, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21: Pakiet nr 4, pozycja nr 1:

Czy zamawiający dopuści produkt niebędący wyrobem medycznym i tym samym odstąpi od wymogu przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych odnoszących się do wyrobów medycznych, tj. powiadomienie, Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22: Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły tępej bez filtra do pobierania leków z fiołki w rozmiarze 1,2 mm x 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tępej igły do pobierania leków z fiołki bez filtra w rozmiarze 1,2x40mm.

Pytanie nr 23: Zadanie nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 3 ml, 3-częściowej typu Luer Lock bez rozszerzonej skali?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki o pojemności 3 ml, 3-częściowej typu Luer-Lock bez rozszerzonej skali.

Pytanie nr 24: Zadanie nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań zbiorczych a 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zbiorczych.

Pytanie nr 25: Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 5 ml, 3-częściowej typu Luer Lock bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki o pojemności 5 ml, 3-częściowej typu Luer-Lock bez rozszerzonej skali.

Pytanie nr 26: Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań zbiorczych a 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zbiorczych.

Pytanie nr 27: Zadanie nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 10 ml, 3-częściowej typu Luer Lock bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki o pojemności 10 ml, 3-częściowej typu Luer-Lock bez rozszerzonej skali.

Pytanie nr 28: Zadanie nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań zbiorczych a 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zbiorczych.

Pytanie nr 29: Zadanie nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 20 ml, 3-częściowej typu Luer Lock bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki o pojemności 20 ml, 3-częściowej typu Luer-Lock bez rozszerzonej skali.

Pytanie nr 30: Zadanie nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań zbiorczych a 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zbiorczych.

Pytanie nr 31: Zadanie nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 30 ml, 3-częściowej typu Luer Lock bez rozszerzonej skali?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki o pojemności 30 ml, 3-częściowej typu Luer-Lock bez rozszerzonej skali.

Pytanie nr 32: Zadanie nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań zbiorczych a 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zbiorczych.

Pytanie nr 33: Zadanie nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 50(60)ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawki o pojemności 50 (60ml) jeśli spełnia pozostałe wymagania określone w SWZ (strzykawka ze złączem Luer-Lock).

Pytanie nr 34: Zadanie nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań zbiorczych po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zbiorczych.

Pytanie nr 35: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2: W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto towaru którego opóźnione dokumenty dotyczą za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru którego opóźnione dokumenty

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 36: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2: W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Wykonawcy winni uwzględnić udzielone odpowiedzi w ofertach, w szczególności w formularzu asortymentowo – cenowym.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.