



Słupsk, dnia 17.02.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb O/Chirurgii naczyniowej”- nr postępowania 08/PN/2023.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Do części nr 3

Czy w zakresie Części Nr 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników do udrożeń dostarczanych w opakowaniach sprzedażowych po 5 szt. w ramach jednego rozmiaru?

Odp. Zamawiającego: Tak.

2. Do części nr 3

Czy w zakresie Części Nr 3 Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy depozytu na rzecz regularnych dostaw?

Odp. Zamawiającego: Nie.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu, zamawiający dopuszcza składanie zamówień również za pomocą poczty elektronicznej.

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część nr 5

5. Czy Zamawiający w części nr 5 dopuści stenty samorozprężalne kompatybilne z koszulką ≥6F dla wszystkich rozmiarów przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego: Nie.

6. Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej części złożenie oferty na przewodniki hydrofilne o następujących parametrach:

- Średnica: 0,035”
- rdzeń nitinolowy, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trójki 1:1, odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej,
- trwała powłoka hydrofilna,
- atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu (kształtowalny),
- dostępne końcówki prosta, zakrzywiona i kształtowalna
- dostępny w wersji o standardowej sztywności oraz sztywnej STIFF,
- Dostępny przewodnik typu STIFF z dwiema końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft,
- dostępne długości: 150,180 i 260,
- dostępny w wersji bez torquera w zestawie?

Odp. Zamawiającego: Nie.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2-5:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości **brutto** zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (w § 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.**

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości **brutto wadliwej** partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.**

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości **brutto wadliwej** partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru;**

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w utworzeniu banku, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto nieutworzonego banku**

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5-6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Część 1

Czy zamawiający dopuści serwetę angiograficzną z włókniny SMS o wymiarach 220cm x 320cm z 2 otworami na TT udowe o średnicy 10 cm, przezroczystymi krawędziami z obu stron obłożenia 60cm x 320cm oraz warstwą chłonną w polu zabiegowym 50cm x 80cm. Otwory otoczone taśmą przyklepną o szerokości 5cm, otwory umieszczone 69cm od górnej krawędzi serwety?

Odp. Zamawiającego: Nie.

10. Część 1
Czy zamawiający dopuści ręczniki wysokochłonne do rąk, białe 30 x 30 cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
11. Część 1
Czy zamawiający dopuści powłokę ochronną typu beret z gumką 85cm x 85cm, zamiast 85 x 90 cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
12. Część 1
Czy zamawiający dopuści powłokę ochronną typu beret z gumką 120cm x 120cm, zamiast 110 x 110cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
13. Część 1
Czy zamawiający dopuści powłokę ochronną typu beret z gumką 85cm x 85cm, zamiast 75 x 80 cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
14. Część 1
Czy zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe z tłokiem wykonany z polipropylenu, zamiast tłoka gumowego?
Odp. Zamawiającego: Nie.
15. Część 1
Czy zamawiający dopuści zestaw do infuzji, długość 150cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
16. Część 1
Czy zamawiający dopuści skład zestawu w j. polskim na etykiecie wewnętrznej, widocznej przed otwarciem opakowania zestawu?
Odp. Zamawiającego: Nie.
17. Część 1
Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką Tyvek?
Odp. Zamawiającego: Nie.
18. Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy BSC zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych?
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
19. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?
Odp. Zamawiającego: patrz paragraf 6 ust 5 wzoru umowy.

20. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 stent wycinany zamontowany na cewniku balonowym ze stopu stali nierdzewnej, zamontowany fabrycznie na balonie. Cewnik balonowy akceptujący przewodnik 0,035" „over the wire”, Długość cewnika 75 oraz 135cm. RBP 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej sile radialnej. Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm) z możliwością postdylatacji do 9mm, 7F (dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) z możliwością postdylatacji do 11mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopii.

Odp. Zamawiającego: Tak.

21. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 diagnostyczne cewniki selektywne o profilu 5Fr, światło wewnętrznym 0,035" i 0,038". O 14 różnych typach/krzywiznach końcówek (ST, BARN, H1, SIM1, SIM2, SIM3, CHGB, CONTRA, C1, C2, C3, MIK, SHK1.0, RC2, RDC). Długości 65cm i 100cm. Dla końcówki BERN 40cm, 65cm i 100cm. Materiał i konstrukcja umożliwiające stosowanie do dostarczania samoodczepialnych spiral embolizacyjnych.

Odp. Zamawiającego: Tak.

22. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 strzykawkę o polikarbonatowym korpusie. Pojemność 20cm sześciennych. Wytrzymałość ciśnieniowa do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: ATM i kPa. Strzykawka posiada gwintowany tłok i mechanizm blokujący aktywowany przez zatrzask.

Odp. Zamawiającego: Tak.

23. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 10 przewodnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035" oraz 0,038". Długości: 75/145/180/260cm. Końcówka kształtowalna o długości 3cm, kształt prosty i J-tip 3mm.

Odp. Zamawiającego: Nie.

24. Zad. 4 - Czy Zamawiający dopuści stenty na balonie w zakresie średnic 5.0-10.0 mm, długości od 15,25,38,56 mm, długość systemu wprowadzającego 80 cm i 130cm (Ø 5.0-8.00 mm), RBP 15 atm (Ø 5.0-8.00 mm) i 13 atm (Ø 9.0-10.0 mm), spełniając pozostałe parametry SWZ?

Odp. Zamawiającego: Nie.

25. Zad. 5 - czy Zamawiający dopuści samorozprężalny stent z nitynolu o długości do 170 mm kompatybilny z przewodnikiem 0,035 w systemie OTW, spełniając pozostałe parametry SWZ?

Odp. Zamawiającego: Nie.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. do pakietu 7 Czy Zamawiający dopuści inflator o pojemności 20 ml i wytrzymałości 30 atm?
Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Odp. Zamawiającego: Tak.

28. dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2:

Czy Zamawiający w pakiecie numer 8 poz.2 dopuści cewnik balonowy over the wire, dual lumen shaft-kompatybilny z przewodnikiem 0,014" i koszulką 4F-6F, długość shaftu 90cm,120cm lub 150cm do wyboru , średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, długość balonu 20/40/80/120/150 mm, balon taperowany o zmiennej średnicy o dł 210mm, oraz średnic 2.0/2.5mm, 2.5/3.0mm, 3.0/3.5mm, 3.5/4.0mm, ciśnienie maksymalne RBP 14-16atm oraz średnic 1,5, 2.0, 2,5, 3.0, 3,5, 4.0, 5.0, 6.0mm ciśnienie maksymalne RBP14atm i koszulką 4F kompatybilny z przewodnikiem 0,014" z

Odp. Zamawiającego: Tak.

29. **Część nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw na którym pracuje większość oddziałów chirurgii naczyniowej szpitali województwa pomorskiego tj. zestaw o składzie:

SERWETA ANGIOGRAFICZNA barierowa 320x235 CM Z 2 OTWÓWRAMI NA TT UDOWE O ŚREDNICY 12 CM, Z KRAWĘDZIĄ PRZEZROCZYSTĄ Z PRAWEJ STRONY 90 X 320 CM ORAZ WARSTWĄ WYSOKOCHŁONNĄ W POLU ZABIEGOWYM MIN. 80 X 120 CM. OTWORY WYPEŁNIONE TASMĄ PRZYLEPNĄ O BRZEGACH 2,5 CM, UMIESZCZONE 70 CM OD KRAWĘDZI GÓRNEJ SERWETY.

FARTUCH OPERACYJNY WYKONANY Z WLÓKNINY SMS o gramaturze min. 35/g/m², pozostałe zgodnie z wymogami

FARTUCH OPERACYJNY WYKONANY Z WLÓKNINY SMS o gramaturze min. 35/g/m², pozostałe zgodnie z wymogami

POWŁOKA OCHRONNA NA SZYBĘ OŁOWIOWĄ TYPU TORBA Z GUMKĄ w rozmiarze min. 71x91 CM

POWŁOKA OCHRONNA NA DETEKTOR TYPU CZAPECZKA Z GUMKĄ o średnicy min. 112 CM

POWŁOKA OCHRONNA NA PANEL STEROWANIA TYPU CZAPECZKA Z GUMKĄ o średnicy min. 72 CM
STRZYKAWKA 3-CZĘŚCIOWA Z GUMOWYM TŁOKIEM LUER LOCK 10 ML Z ROZSZERZONĄ SKALĄ DO 12 ML - 1 SZTUKA

IGŁA INIEKCYJNA 0.7 X 40 MM – 1 SZTUKA

Wszystkie pozostałe elementy zestawu zgodnie z wymogami.

Odp. Zamawiającego: Nie.

30. **Pytania do wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości niezrealizowanej części umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „2% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiającego: Nie.

31. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego. Stent hybrydowy zamkniętokomórkowy na obu końcach i otwartokomórkowy w części środkowej. Średnice stentu: 5 -14 mm. Długości stentu: 20 – 120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", „over the wire”. Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru.

Odp. Zamawiającego: Nie.

32. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym polimerową powłoką hydrofilną. Zakończenie proste, zagięte 45 stopni, JTip, Standard Long Taper, Stiff Long Taper. Średnice: 0.018", 0.035", 0.038". Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika Stiff i Standard.

Odp. Zamawiającego: Nie.

33. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 pozycja 1 cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035", średnice balonu: 3 – 12 mm, długości balonu: 20 – 200 mm, system wprowadzający: 40/75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8 – 10 mm) i 7F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP: 14 – 24 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040"/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność oraz cewnik balonowy w wersji – OTW o długości 40/80/90/135/150mm RX: 80/90/135/150mm. Długości balonu: 10-220 mm. Średnice balonu: 2-10 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.018". RBP: 14 atm. Crossing profile: 0.020". Czas deflacji max. 10 sekund. Pokrycie hydrofilne balonu.

Odp. Zamawiającego: Nie.

34. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8.2 dopuści cewnik balonowy o średnicy balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm). Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm. Długości cewnika: 90cm oraz 150cm. Kompatybilny prowadnik: 0,014". Kompatybilna koszulka: 4 F. Profil wejścia końcówki: 0,017". Ciśnienie RBP: 12-14 atm. Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów). Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany.

Odp. Zamawiającego: Nie.

35. Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Przechowywane towary są własnością Wykonawcy do momentu ich pobrania przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Odp. Zamawiającego: nie wyraża zgody.

36. Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez nadanie § 5 następującego brzmienia: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie, w tym za ich przypadkową utratę, uszkodzenie lub kradzież.”

Odp. Zamawiającego: Odp. Zamawiającego: nie wyraża zgody.

37. Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez dodanie § 7 ust. 3a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany ze składu przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak