



WSzSL/FZ.381.39/23. 436 .2023

Legnica 23.06.2023 r.

ZAINTERESOWANI

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NIESTERYLNEGO ORAZ NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH
znak sprawy WSzSL/FZ-39/23**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 5

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 1 dopuści układ oddechowy o długości 1,8m z miękkimi zakończeniami 22F od strony urządzenia i jedną gałęzią do worka o długości 1,2 m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 6

Pytanie nr 7:

Część 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 1,6m oraz jedną gałęzią o długości 1,0m?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8:

Część 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 1,8m oraz jedną gałęzią o długości 1,2m?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 9:

Część 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez kapturka zabezpieczającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie nr 10:

Część 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kapturek zabezpieczający dołączony osobno?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania zgodności pozostałych parametrów. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż