

**Do wszystkich Wykonawców**

Regionalny Szpital Specjalistyczny  
im. dr. Władysława Biegańskiego  
ul. dr. Władysława Rydygiera 15/17  
86-300 Grudziądz  
NIP 66-20-02-353, Regon 870298738

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu do neuroradiologii zabiegowej (znak sprawy: Z/50/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy sprzętu do neuroradiologii zabiegowej (znak sprawy: Z/50/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

***Zapytanie nr 1***

*Pytanie 1 do pakietu 4 pozycja 15*

*Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 15 i stworzenie osobnego zadania dzięki czemu będziemy mogli zaproponować Szpitalowi produkt konkurencyjny o wytrzymałości 1200 PSI, pozostałe warunki SIWZ spełnione.*

***Odpowiedź***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

***Zapytanie nr 2***

*Pytanie 2 do pakietu 5 pozycja 1*

*Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie osobnego zadania na cewniki diagnostyczne. Stworzenie osobnego zadania z pewnością przełoży się na cenę dla Szpitala.*

***Odpowiedź***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

***Zapytanie nr 3***

*Pytanie 3 do pakietu 5 pozycja 3*


Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 i stworzenie osobnego zadania na prowadniki hydrofilne.

Posiadamy w ofercie wysokiej jakości produkt o następujących parametrach:

- średnice : 0,018'', 0,025'', 0,032'', 0,035'', 0,038''
- rdzeń stalowy
- powłoka hydrofilna na całości
- standardowa sztywność
- końcówka prosta lub angled do wyboru
- w poliuretanie dodatkowo nitki wolframowe

### Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

  
**DYREKTOR**  
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Wł. Bieganski w Grudziądzu  
**Maciej Hobbe**