



Znak: AE/ZP-27-09/21

Tarnów, 2021-05-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy: fartuchów chirurgicznych i ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający dopuszcza fartuch operacyjny wielokrotnego użytku w kolorze zielonym spełniającego wymagania normy PN-EN 13795-1:2019-5 na obszarze krytycznym wykonany z tkaniny poliestrowej 99% + 1 % nitka węglowa o gramaturze 110 g, a poza polem krytycznym z tkaniny bawełniano-poliestrowej (50% na 50%) o gramaturze 170 g. ? Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Fartuch spełnia normy: PN-EN 13795-1:2019-5, PN-EN ISO 13485:2016; PN-EN ISO 14971:2012; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN ISO 1041+A1:2013-12..
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dla Pozycji 1 (Fartuchy chirurgiczne) dopuści dla obszaru poza polem krytycznym tkaninę bawełniano-poliestrową z dodatkiem włókna węglowego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartucha operacyjnego wielokrotnego użytku w kolorze zielonym spełniającego wymagania normy PN-EN 13795-1:2019-5, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, poza polem krytycznym wykonanego z tkaniny bawełniano-poliestrowej (50% na 50%) o gramaturze 170 g, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym gramatury tkaniny z której wykonany jest fartuch na obszarze krytyczny, tj. 135-156 g/m².

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartucha operacyjnego wielokrotnego użytku wykonanego poza polem krytycznym z tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Z up. DYREKTORA

M
mgr piel. Maria Bawół
Zastępca Dyrektora

