

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „WÓZEK TRANSPORTOWY ORAZ WÓZEK INWALIDZKI NA POTRZEBY DOPOSAŻENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Czy Zamawiający w poz. 1 wózek transportowy dopuści regulację wysokości od 57 do 93 cm?

Zamawiający w poz. 1 wózek transportowy dopuszcza regulację wysokości od 57 do 93 cm.

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Marika Neimann