



Słupsk, dnia 13.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa sprzętu medycznego – postępowanie nr 109/TP/2023

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf okulistyczny bez standaryzowanego trybu A?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu wskazanego w Części III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 9 Standaryzowany Tryb A.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ, zmodyfikowana dokument stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: załącznika - Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 3 Czy Zamawiający dopuści szafę Typ I oraz Typ II o wymiarach: 500 x 600 x 2000mm (szerokość x głębokość x wysokość)? Proponowana szerokość wynika z dbałości o bezpieczeństwo użytkownika (przy szerokości jak w SWZ i dużej wysokości istnieje ryzyko, że szafa w wersji na kołach będzie niestabilna i skłonna do przewracania się po otwarciu drzwi). Jeśli nie ma możliwości zwiększenia szerokości mebla, proszę o dopuszczenie szafy na nóżkach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 3:

Dotyczy: załącznika - Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 3 Czy Zamawiający dopuści szafę Typ III oraz Typ IV o wymiarach: 950 x 745 x 2150mm (szerokość x głębokość x wysokość)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: załącznika - Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 3 Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówki wg poniższego równoważnego opisu i wizualizacji? Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna fi 560mm, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Koła w obudowie z tworzywa sztucznego. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stojak z opcją dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie. Kolumna - część niewysuwana o grubości fi 33,7mm, część wysuwana fi 18mm. Stojak z możliwością zablokowania na dowolnej wysokości – również na 1800mm – wskazanej jako pożądana wysokość w SWZ.



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: załącznika - Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 3 Czy Zamawiający dopuści parawan wg poniższego równoważnego opisu i wizualizacji?

Parawan - wysięgnik teleskopowy z zastoną złożony z rurek wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), mocowany do ściany. Kolor zastona – zieleń medyczna lub inny kolor wybrany przez Zamawiającego (min. 10 kolorów do wyboru). Zastona o wymiarach 2000x1500 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Długość po złożeniu – 880mm, długość po rozłożeniu – 2060mm. Regulacja wysięgnika w poziomie w zakresie: 180°



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Część 1 - ultrasonograf okulistyczny

W związku z dostawą ultrasonografu okulistycznego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7:

Część 1 - ultrasonograf okulistyczny

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadany systemem HIS i RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8:

Część 1 - ultrasonograf okulistyczny

Czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację sprzętu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

Odp. Zamawiającego: Warunki gwarancji zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9:

DOTYCZY części nr 2 - cewki 4 kanałowej do badań piersi z możliwością robienia biopsji do rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto s/n

Dotyczy zapisów SWZ – rozdział 14 pkt 5) Przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych nie dotyczy części nr 2?

Uzasadnienie: Zamawiający dla pakietu nr 2 nie udostępnił Opisu przedmiotu zamówienia, tym samym nie stawia wymagań, które należałoby potwierdzić w materiałach informacyjnych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dla części nr 2.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 PZP** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający wykreśla pkt 9 Standaryzowany Tryb A w Części III Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z **art. 286 ust. 7 PZP** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 PZP** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **20.11.2023 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **20.11.2023 roku** o godz. **10:00**. Zmianie ulega **pkt 18 i 19** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą jest 19.12.2023r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak