



Katowice, dn. 30.10.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 15** Nr sprawy: ZP-25-146UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Ad. pkt 5 parametrów ocenianych:

Proszę o doprecyzowanie/potwierdzenie, czy Zamawiający oczekując:

„Dokumentacja automatycznej naprawy błędów, bieżący dostęp do raportu błędów zawierający: rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawczą, informację czy błąd został naprawiony”

miał na myśli dostęp z BIEŻĄCYCH USTAWIEŃ OPERATORA do Raportu Działań Korygujących, który prezentuje w formie czytelnej tabeli: numer seryjny kasety odczynnikowo-sensorowej oraz datę i godzinę wykrycia błędu, rodzaj i opis wykrytego błędu, rodzaj podjętego przez system automatycznego działania naprawczego, informację czy błąd został przez system naprawiony.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

Pytanie 2: Ad. ROZDZIAŁ II - WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY, 1. Przedmiot zamówienia, 5. Termin ważności.

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na skrócenie minimalnej wymaganej daty ważności dostarczonych odczynników do 4 miesięcy od daty dostawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

W związku z rozbieżnością pomiędzy wymaganiami określonymi w SWZ oraz Załączniku nr 8 do SWZ (projekt umowy dzierżawy) w zakresie wymaganych terminów dostarczenia analizatorów, ich instalacji i przeprowadzenia szkoleń, prosimy o zgodę na ustalenie tego czasu na 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Odp. Zamawiający informuje, że termin dostawy analizatorów określony w projekcie umowy jest terminem maksymalnym (21 dni). Znaczy to, że może on być krótszy, zgodnie z zapisem w SWZ – do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Pytanie 4

W związku z możliwością zaoferowania różnych wielkości kaset odczynnikowych prosimy o doprecyzowanie jakie ilości badań przewidziane są dla poszczególnych analizatorów 1, 2 i 3.

Odp. Zamawiający dla poszczególnych analizatorów prognozuje n/w ilości badań:

Analizator nr 1 - 22950 badań

Analizator nr 2 - 22950 badań

Analizator nr 3 - 10800 badań

Pytanie 5 - Załącznik nr 8 do SWZ (projekt umowy dzierżawy) § 1 pkt 10 i 11

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku, jeśli oferowany analizator decyzją producenta nie podlega przeglądowi serwisowemu, Zamawiający odstąpi od wymogu ich przeprowadzania? Jeśli zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o stosowną korektę § 1 pkt 10 i 11 projektu umowy dzierżawy.

Odp. Zamawiający odstąpi od tego wymogu, jeżeli taki zapis znajdzie się w dokumentacji producentów analizatorów. Na tym etapie postępowania nie zostanie zmieniony zapis projektu umowy, ponieważ nie wiadomo która oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

p.o. Dyrektora

mgr Renata Wachowicz

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 259-16-50

fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl

www.spskm.katowice.pl

CENTRALA:

Tel. (32) 259-12-00



Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie do celów realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych, połączenie typu VPN?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie połączenia typu VPN wyłącznie w celu realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w ramach postępowania nr ZP-25-146UN.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za odbiór podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon).

Odp. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór podłączenia LIS/HIS będzie przedstawiciel Działu Informatyki. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy i ustaleniu harmonogramu prac wdrożeniowych.

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za kontakt przy realizacji podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon).

Odp. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizację podłączenia LIS/HIS jest przedstawiciel Działu Informatyki.

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy i ustaleniu szczegółowego harmonogramu prac wdrożeniowych.