

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 04.03.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 30 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści produkt równoważnej Elektrody neutralna, jednorazowego użytku, dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg, z pierścieniem wyrównującym potencjał, o powierzchni czynnej 90 cm² +/- 15%.

Elektroda wykonane na podłożu z wodoodpornej elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry, kompatybilne z aparatem ERBE VIO 300

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 30 pozycji 2

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny Bezlategowy czyścik elektrod samoprzylepny, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, wymiary 5cm x 0,6cm x 5cm / opakowanie 50 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 30 pozycji 4

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny Kabel przyłączeniowy do penset bipolarnych długość 5 m złącze od strony narzędzia płaskie (typ europejski), od strony aparatu kompatybilne z diatermią ERBE VIO 300 dopuszczamy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy pakietu 30 pozycji 6

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami (cięcie, koagulacja), gniazdo elektrody o śr. 4 mm i długości min. 15 mm, kabel o długości 5 m, zakończony wtyczką kompatybilną z aparatem firmy Erbe. Uchwyt powinien mieć gwarancję wykonania min. 200 zabiegów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy pakietu 30 pozycji 10

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny Penseta monopolarna prosta 195-250 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Agnieszka Dąbrowska-Hajdyła

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych

mgr Agnieszka Dąbrowska-Hajdyła