

Gdynia,-2021 dnia r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup aparatu RTG dla Oddziału Endoskopii Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Nr sprawy - D25M/251/N/44-70rj/21

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Załącznik nr 4 do SWZ

Pytanie 1.

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada prąd radiografii cyfrowej 20 mA ? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest mała i nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG z ramieniem C, który posiada prąd radiografii cyfrowej 20mA

Pytanie 2.

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zarówno tryb fluoroskopii ciągłej jak i pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 pulsów/s oraz przyzna największą ilość punktów za takie rozwiązanie? Rozwiązanie takie pozwala na szeroki wybór trybu pracy, dopasowany do wykonywanej procedury oraz specyfiki prześwietlanej anatomii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG z ramieniem C który posiada zarówno tryb fluoroskopii ciągłej jak i pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 pulsów/s . Tym samym Zamawiający, nie odstępuje od punktacji w zakresie parametru 10

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

Pytanie 3.

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada kontroli czasu trwania pulsu? W oferowanym aparacie kontrola trwania pulsu jest ustawiona fabrycznie i nie ma możliwości zmiany jej zakresu przez operatora. W najnowocześniejszych rozwiązaniach czołowych producentów użytkownik może kontrolować wysokość pulsów lub wybierać spośród wielu trybów pracy. Funkcje te pozwalają uzyskać najlepszą jakość obrazu, przy niskiej dawce promieniowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada kontroli czasu trwania pulsu.

Pytanie 4.

Pkt. 12 Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C, który posiada lampę dwuogniskową? Oferowane rozwiązanie przedłuża żywotność lampy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji w następujący sposób : Lampa jednoogniskowa – 0 pkt, Lampa dwuogniskowa – 10 pkt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie oczekuje dostarczenia aparatu RTG z ramieniem C, który posiada lampę dwuogniskową. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji w tym parametrze.

Pytanie 5.

Pkt. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Totalna filtracja”, według następującego wzoru: wartość wymagana - 0 pkt., najwyższa wartość – 10 pkt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6.

Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna anody wynosi 76 kWh? Różnica między wymaganym, a oferowanym aparatem jest niewielka i zabezpiecza pracę aparatu na wiele godzin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna anody wynosi 76 kWh

Pytanie 7.

Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada kołpaka z dodatkowym aktywnym chłodzeniem cieczą poza olejem w kołpaku?

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8.

Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna kotłoka wynosi 900 kWh?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9.

Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm

Pytanie 10.

Pkt. 22 . Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego prześwit ramienia wynosi 78 cm? Odległość taka jest wystarczająca dla wykonania wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym, dla których niezbędna jest wykorzystanie ramienia C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego prześwit ramienia wynosi 78 cm

Pytanie 11.

Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ramię C, którego SID wynosi 100 cm? Jest to przestrzeń która zapewnia wykonanie wszystkich procedur medycznych z użyciem ramienia C, a przy tym SID 100 cm posiada większość czołowych producentów tego typu aparatów i nie wpływa w żaden sposób na komfort i ergonomię pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ramię C, którego SID wynosi 100 cm

Pytanie 12.

Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ramię C, którego zakres ruchu poziomego wynosi 20cm? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest mała i nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ramię C, którego zakres ruchu poziomego wynosi 20cm

Pytanie 13.

Pkt. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji w punkcie „Zakres ruchu pionowego ramienia C”, w następujący sposób: Wartość min.42 cm – 0 pkt, Wartość powyżej 44 cm – 10 pkt ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14.

Pkt. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji w punkcie „Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag)”, w następujący sposób : Wartość min 20 ° – 0 pkt, Wartość min 25 ° – 10 pkt ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15.

Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej wynosi $\pm 205^\circ$? Wymagany procedurami zakres obrotu wokół osi poziomej dla tego parametru to 360° , nasz aparat posiada 410° .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej wynosi $\pm 205^\circ$

Pytanie 16.

Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszczonego z obu stron aparatu? Oferowany aparat ma możliwość aretażu kół względem osi stołu z możliwością zahamowania, a rozwiązanie takie stosują czołowi producenci ramion C całym świecie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszonego z obu stron aparatu

Pytanie 17.

Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z 3 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalania promieniowania. Proponowane jest stosowane i sprawdza się w wielu placówkach medycznych na całym świecie. Oferowany aparat nie posiada dodatkowego klawisza wyzwalania promieniowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z 3 trybami pracy z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalania promieniowania

Pytanie 18.

Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada rozdzielczość detektora CMOS 1548x1524? Minimalnie mniejsza rozdzielczość detektora jest w naszym rozwiązaniu zrekompensowana najwyższej jakości rozdzielczością monitora o wartości 3840x2160 co daje bardzo dobrej jakości obraz. Czy Zamawiający uzna nasze rozwiązanie za równoważne przyznając za nie maksymalną ilość punktów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG z ramieniem C, który posiada rozdzielczość detektora CMOS 1548x1524.

Pytanie 19.

Pkt. 41 Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wyższej klasy 1 monitor medyczny o przekątnej 27" dzielony na dwa ekrany, zgodny z krzywą DICOM, o rozdzielczości 3840x2160, z możliwością prezentacji jednocześnie obrazu żywego i referencyjnego w naturalnej wielkości. Parametr oferowany przewyższa wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada 1 monitor medyczny o przekątnej 27" dzielony na dwa ekrany, zgodny z krzywą DICOM, o rozdzielczości 3840x2160, z możliwością prezentacji jednocześnie obrazu żywego i referencyjnego w naturalnej wielkości.

Pytanie 20.

Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada nowoczesne wyjście DVI cyfrowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada wyjście DVI cyfrowe.

Pytanie 21.

Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość archiwizacji obrazów w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umożliwiające odtworzenie na dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza RTG z ramieniem C, który posiada możliwość archiwizacji obrazów w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umożliwiające odtworzenie na dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania.

Pytanie 22.

Pkt. 55 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada tablet dotykowy 10"z możliwością obrotu, o rozdzielczości 1280x800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu z opcją podglądu skopii live?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada tablet dotykowy 10"z możliwością obrotu, o rozdzielczości 1280x800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu z opcją podglądu skopii live

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji w punkcie 55 według następującego wzoru: rozdzielczość monitora $\leq 640 \times 480$ pixel - 0 pkt., rozdzielczość monitora $\geq 1280 \times 800$ pixel- 10 pkt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24.

Pkt. 62 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu z trybem CINE min 1-8 p/s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego parametru oraz punktacji dla „Zakres ruchu monitora w osi pionowej bez zmiany wysokości kolumny min. 35 cm”, według następującego wzoru NIE - 0 pkt., TAK - 10 pkt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego parametru oraz punktacji dla przycisk dedykowany do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami, według następującego wzoru NIE - 0 pkt., TAK - 10 pkt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wzór Umowy – Załącznik nr 6

Pytanie 27.

§4. Pkt.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie licencji na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje ostatnie zdanie w §4 pkt 8 dodając zwrot „ za wyjątkiem licencji na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie które może być sporządzone w języku angielskim”.

Pytanie 28.

§8. Pkt.9-10 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla z §8 ust.9 ostatnie zdanie, wykreśla ust.10 oraz w §9 ust 1 pkt.2 zwrot „lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8. Ust.10 umowy.

Pytanie 29.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści aparat o częstotliwości wysokiego napięcia regulowanego automatycznie w zakresie 15 do 30 kHz?

Pracą generatora steruje elektroniczny układ kontrolujący, zatem dla użytkownika nie ma żadnego znaczenia jaka jest częstotliwość pracy generatora. Aparat, który chcemy zaproponować, charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu, na którą nie ma wpływu częstotliwość tętnienia wysokiego napięcia w zakresie 15 do 30 kHz.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg, posiadający totalną filtrację wynoszącą 3 mm Al. + 0.1 mm Cu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat rtg posiadający totalną filtrację wynoszącą 3 mm Al. + 0.1 mm Cu.

Pytanie 31.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg, bez dodatkowego chłodzenia cieczą ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32.

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg, posiadający generator z trybem fluoroskopii pulsacyjnej od 0,5 pulsów/s do 15 pulsów/s?

Taka częstotliwość wysyłania pulsów pozwoli na wykonanie niemal każdego badania w trybie fluoroskopii. 15 pulsów/s jest wartością zapewniającą optymalną płynność obrazu także przy zabiegach wymagających precyzji. Dodatkowo aparat posiada tryb fluoroskopii ciągłej z wyświetlaniem 30 obrazów na sekundę.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 15, 17

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada nowoczesną jednoogniskową lampę rtg o ognisku 0.6, zarówno dla radiografii jak i fluoroskopii, z pojemnością cieplną kotpaka wyoszącą 1200 kHU i pojemnością cieplną anody 61,1 kHU?

Jest to nowoczesna lampa rtg umożliwiająca wykonywanie długotrwałych procedur, zapewniając doskonałą jakość obrazu przy minimalnej dawce promieniowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu poziomego ramienia C wynoszący 20 cm?

Jest to wartość zbliżona do wymaganej obecnie (min. 21 cm) i nie powoduje utrudnień w codziennej pracy podczas ustawiania ramienia C do dowolnej projekcji.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zakres ruchu poziomego ramienia C wynoszący 20 cm.

Pytanie 35.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 22,23

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, którego odległość końpak-detektor wynosi 82 cm a odległość SID 102 cm?

Jest to wartość zbliżona do wymaganej obecnie i nie powoduje utrudnień w codziennej pracy podczas ustawiania ramienia C do dowolnej projekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat rtg z ramieniem C, którego odległość końpak-detektor wynosi 82 cm a odległość SID 102 cm.

Pytanie 36.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 33

Czy zamawiający dopuści aparat rtg wyposażony w wielofunkcyjny przełącznik nożny, połączony przewodem z ramieniem C, z możliwością sterowania pracą w trybie skopii ciągłej / pulsacyjnej / radiografii cyfrowej oraz dodatkowo przełączania się między nimi, zapisem obrazu oraz włącznikiem ręcznym promieniowania umieszczonym na spiralnym kablu, który zapewnia dostępność z dowolnego miejsca w jego zasięgu?

Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego, zapewniające pełną funkcjonalność aparatu.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG pkt. 38,39

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z detektorem wykonanym w technologii amorficznego krzemu aSi z warstwą scyntylacyjną z jodku cezu CsI, zapewniający matrycę obrazowania 1536x1536 pikseli i częstotliwości Nyquista wynoszącą 2.6 lp/mm co gwarantuje uzyskanie obrazów najwyższej jakości?

Detektor w technologii amorficznego krzemu aSi (CsI) obecnie zapewnia najwyższą wydajność kwantową DQE wśród dostępnych technologii budowy detektorów, co przekłada się na najniższą możliwą dawkę dla pacjenta.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg sztucznie ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 40

Podczas zabiegów istnieje konieczność wykonywania różnorodnych projekcji, co może skutkować tym, że obraz na monitorach zamocowanych na ramieniu C będzie przysłonięty przez łuk ramienia, wzmacniacz obrazu lub lampę. Dlatego też wnosimy o dopuszczenie do zaferowania aparatu rtg, w którym monitory do prezentacji obrazu żywego i referencyjnego zamocowane są na osobnym, niezależnym wózku niż ramię C. Jest to rozwiązanie alternatywne i spełnia wymagania pełnej mobilności systemu, zapewniając łatwy sposób przemieszczania wewnątrz sali zabiegowej i między salami wewnątrz szpitala.

Czy ze względu na przewidywane warunki użytkowe przedmiotu zamówienia Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie aparatu, którego monitory umieszczone będą na osobnym wózku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat, którego monitory umieszczone będą na osobnym wózku.

Pytanie 39.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści aparat z wyjściem sygnału poprzez port DVI?

Standard DVI jest powszechnie stosowanym standardem do transmisji sygnału video i aktualnie dostępne monitory są wyposażone w odpowiednie gniazdo do podłączenia sygnału DVI.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat z wyjściem sygnału poprzez port DVI.

Pytanie 40.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie numer 3, Aparat RTG, pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C bez oddzielnego trybu nagrywania CINE min 1-8 p/s?

Oferowane przez Nas urządzenie pozwala zapisać scenę z każdą ilości klatek na sekundę za pomocą wyzwalacza nożnego niezależnie od trybu pracy. Jest to rozwiązanie dużo bardziej komfortowe dla operatora gdyż nie wymaga od niego zmiany trybu pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41.

Dotyczy zapisów SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za podłączenie aparatu RTG typu ramię C do swojego systemu archiwizacji PACS? Archiwizacja badań jest wymagana na każdym etapie procedury medycznej.

Ponadto zdjęcia medyczne trzeba archiwizować przez wiele lat

Prosimy o wprowadzenie wymogu:

Podłączenie aparatu RTG typu Ramię C do systemu archiwizacji szpitala PACS -TAK-60pkt NIE -0pkt

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów.

Pytanie 42.

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, §8 ust. 9 i 10

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla z §8 ust.9 ostatnie zdanie, wykreśla ust.10 oraz w §9 ust 1 pkt.2 zwrot „lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8. Ust.10 umowy.

Pytanie 43.

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, §8 ust. 11

Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na tak skonstruowane pytanie Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

Pytanie 44.

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę a modyfikację w/w zapisów na: „Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.“

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45.

Dotyczy Załącznik nr 7 do Umowy, §3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu dodając:

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

- a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
- b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciężących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciężących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

(8) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie, wskazując, że w paragrafie 3 ust 5 zawarto możliwość podpowiedzenia za zgodą Administratora.

Pytanie 46.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Dotyczy zapisów SWZ – rozdział VIII pkt 1.8

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego RTG z ramieniem C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47.

Dotyczy części formalno- prawnej; czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy do 15.12.2021r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na krótki termin rozliczenia Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48.

Dotyczy załącznika nr 4

Dotyczy punktu 23; Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z SID wynoszącym 105 cm przy zachowaniu najistotniejszego parametru tzn, odległość kołpaka- wzmacniacz (wolna przestrzeń) wynoszącym 85cm. Pragniemy podkreślić iż określenie parametru SID jest martwym parametrem gdyż jest to odległość od ogniska lampy do powierzchni czynnej detektora, im większy SID tym większa dawka, im mniejszy SID tym mniej promieniowania (dawki) trzeba aby zapewnić odpowiedniej jakości zdjęcie. Zmniejszenie SID może wpływać na zmniejszenie wolnej przestrzeni chyba że zastosuje się mniejsze obudowy lampy i detektora tak jak to jest w naszym rozwiązaniu. W związku z tym przy zachowaniu wolnej przestrzeni 85cm SID może wynosić 105cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat z SID wynoszącym 105 cm przy zachowaniu najistotniejszego parametru tzn, odległość kołpaka- wzmacniacz (wolna przestrzeń) wynoszącym 85cm.

Pytanie 49.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby w ofercie producenta RTG z C występowały stoły z blatami węglowymi kompatybilne z ramieniem C nie tylko pod kątem funkcjonalnego pracy podczas zabiegu ale również synchronizowane z funkcjami aparatu i ruchami aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Pytanie 50.

Prosimy o potwierdzenie czy ruchy rotacji ramienia C mają być realizowane zarówno motorowo jak i manualnie w zależności od potrzeb operatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza obie formy sterowania: manualnie i motorowo.

Pytanie 51.

Dotyczy punktu 10; prosimy o wyjaśnienie oceny parametru, Zamawiający określił, iż wymaga min. 1 do 25 pulsów/s co stanowi warunek konieczny, tym czasem w ocenie pojawia się zapis, z którego można domniemać, iż można zaoferować mniej niż 25pulsów/s i dostanie się 0 pkt. W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację min. 1 do 25 pulsów/s , Wartość graniczna i skopia ciągła 0 pkt, wartość większa niż graniczna 10 pkt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52.

Prosimy o dopuszczenie aparatu z przyciskiem nożnym działającym po WiFi czterokalwizowego programowanego funkcjami aparatu z funkcją włączania promieniowania i zapisu, oraz pilotem ręcznym umieszczonym w obrębie ramienia C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat z przyciskiem nożnym działającym po WiFi czterokalwizowego programowanego funkcjami aparatu z funkcją włączania promieniowania i zapisu, oraz pilotem ręcznym umieszczonym w obrębie ramienia C.

Pytanie 53.

Dotyczy punktu 40 do 43; czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie nowszego lepszego jakościowo rozwiązania tzn. monitorów w postaci jednego dużego monitora 27" dzielonego na dwa pola obrazowe, monitor w rozdzielczości 4 Mega pikseli w miejsce opisanych monitorów 1,3Megapixlowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na monitor_w postaci jednego dużego monitora 27" dzielonego na dwa pola obrazowe, monitor w rozdzielczości 4 Mega pikseli w miejsce opisanych monitorów 1,3Megapixlowych przy zachowaniu parametru opisanego w pkt 43.

Pytanie 54.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Dotyczy punktu 44; Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cyfrowego wyjścia DVI które jest bardziej uniwersalne i bardziej dostępne w korelacji z innymi urządzeniami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza cyfrowe wyjście DVI.

Pytanie 55.

Dotyczy punktu 47; prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z archiwizacją obrazów w formacie DICOM, JPG oraz AVI w związku z wymaganiem funkcji CINE w punkcie 62 oraz 56 i 60.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat z archiwizacją obrazów w formacie DICOM, JPG oraz AVI

Pytanie 56.

Prosimy o wyjaśnienie, czy funkcjonalność prezentacji obrazu LIVE należy rozumieć jako prezentację obrazów z monitorów głównych bieżącego i byłego w czasie rzeczywistym tak aby technik nie musiał podglądać obrazów na monitorze/monitorach głównych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Aparat będzie obsługiwany przez operatora, nie technika. Jakość obrazu na monitorach dodatkowych ma być taka sama jak na monitorze głównym.

Pytanie 57.

Dotyczy punktu 56 i 60; prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniał błąd w opisie funkcjonalności DICOM gdyż opcje Store, Store commitment i Worklist pozwalają na wysłanie zdjęć i pobranie listy roboczej ale już nie pozwalają na sprawdzenie badania poprzedniego i pobrania go na aparat do kolejnej operacji tego samego pacjenta, za te funkcjonalności odpowiadają DICOM Query /Retrieve oraz MPPS. Prosimy o potwierdzenie dostarczenia ww funkcjonalności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający opisał funkcjonalność minimalną jakiej oczekuje, w przypadku zaoferowania bardziej zaawansowanych rozwiązań należy opisać jej w tabeli.

Pytanie 58.

Dotyczy punktu 58; prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada wolne zawieszenie do monitora wymaganego w tym punkcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający nie posiada.

Pytanie 59.

Prosimy o podanie czy aparat powinien posiadać ramię Co konstrukcji izocentrycznej ramię C zapewniające pozostawanie obiektu badanego w centrum zainteresowania po obróceniu ramienia C o określony kąt bez konieczności rekompensowania ruchem stołu lub dodatkowymi ruchami ramienia C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że aparat nie musi posiadać ramienia C o konstrukcji izocentrycznej.

Pytanie 60.

Prosimy o podanie czy aparat ma posiadać układ antykolizyjny podczas ruchy motorowego rotacji ramienia C dla detektora i lampy gdyż są to najbardziej newralgiczne komponenty urządzenia narażone na potencjalne uderzenia np. w stół.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że aparat nie musi posiadać układu antykolizyjnego.

Pytanie 61.

Dotyczy zapis SWZ nr zapisów umowy i terminu realizacji zamówienia w zakresie „pozostałe czynności, o których mowa w §1 ust 2 pkt b)-e) Projektu Umowy (załącznik nr 6 do SWZ) w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SWZ.”

- prosimy o doprecyzowanie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę, wykonawca może w zakresie realizacji wykonać projekt obliczeniowy osłon stałych, testy specjalistyczne i akceptacyjne, i wypełnić wniosek do WSSE, pozostałe dokumenty są w posiadaniu Zamawiającego do których wykonawca nie ma dostępu jak Księga Jakości, dane personalne osób i szkolenia tych osób itd. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty Wykonawca ma dostarczyć?

- czy w przypadku wykonania zgłoszenia przez wykonawcę udzielone zostanie upoważnienie do reprezentowania placówki przed WSSE przez dyrekcję, jest to częsta praktyka WSSE, w innym przypadku zgłoszenie do WSSE musi być podpisane przez Dyrekcję lub osobę oddelegowaną do reprezentacji szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeśli będzie taka konieczność Zamawiający udzieli upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania placówki przed WSSE

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Pytanie 62:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 27.12.2021r.

Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG jest sprzętem rentgenodiagnostycznym, produkowanym przez producenta zagranicznego, zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten jest niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63:

Dotyczy §1 pkt.2d projektu Umowy i pkt.V SWZ

W nawiązaniu do w.w punktu zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu uzyskania pozytywnej Decyzji na eksploatację aparatu wydanej przez WSSE, gdyż procedura uzyskania pozytywnej decyzji dla uruchomienia i stosowania nowego aparatu RTG wymaga złożenia różnych dokumentów, których opracowanie nie jest Przedmiotem Umowy i Wykonawcy nie ma wpływu na ich istnienie i jakość. Wymagane dokumenty to m.in. program zapewnienia jakości, program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zakładowy plan postępowania awaryjnego, projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) oraz wentylacji (zatwierdzony przez WSSE przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej), instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów. Procedura administracyjna może trwać 30 do 60 dni lub więcej, szczególnie wobec obciążenia Sanepidu pandemią Covid-19, na co Wykonawca nie ma wpływu. Wysokie prawdopodobieństwo przedłużającej się procedury administracyjnej uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty z uwagi na niezasadne ryzyko kar umownych lub ww. ryzyko odstąpienia Nabywcy od umowy.

Zamawiający wymaga uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody Sanepidu na eksploatację aparatu RTG w ciągu 3 tygodni, który jest terminem nierealnym i niemożliwym do wykonania. Jednak przyczyna tego nie jest po stronie Wykonawcy a jedynie po stronie przepisów i procedury uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na eksploatację aparatu rtg, gdyż Sanepid ma na wydanie takiej decyzji aż 30 dni (prawie 5 tyg.) od daty złożenia kompletu dokumentów i spełnienia przez Zamawiającego (nie przez Wykonawcę) szeregu warunków, na które Wykonawca nie ma absolutnie wpływu, a które determinują uzyskanie takiej zgody od Sanepidu, czyli determinują wykonanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji prosimy zwrócić uwagę, w jaki sposób Wykonawca ma zrealizować dostawę specjalistycznego aparatu rtg, na którą Wykonawca też musi mieć czas (produkcja, transport, dostawa, instalacja, testy) oraz uzyskanie pozwolenia w imieniu Zamawiającego (zgodnie z przepisami 30 dni) w ciągu 3 tygodni? To jest niemożliwe do realizacji i z góry stawia Wykonawcę po stronie podmiotu, który wie, że będzie musiał zapłacić kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, za wskazanie przez Zamawiającego terminów realizacji z góry nierealnych do wykonania.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to standardowa procedura

Pytanie 64:

Dotyczy §8 pkt.9 projektu Umowy

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy?

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydłużenie terminu do 48 h.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna kontakt telefoniczny bądź mailowy jako przystąpienie do naprawy.

Pytanie 65:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie 66:

Dotyczy §8 pkt. 10 projektu Umowy

Rozumiemy, że nastąpiła omyłka pisarska i powinno być 7 dni roboczych, jak w ust.9§8?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wskazuje, że zapis został wykreślony .

Pytanie 67:

Dotyczy §8 pkt. 9 i 10 projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu.

Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla z §8 ust.9 ostatnie zdanie, wykreśla ust.10 oraz w §9 ust 1 pkt.2 zwrot „lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8. Ust.10 umowy.

Pytanie 68:

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 6 (odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia zastępczego po 10 dniach roboczych od momentu zgłoszenia.

Prosimy o zmianę zapisu w § 8 pkt.9 i 10 projektu Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla z §8 ust.9 ostatnie zdanie, wykreśla ust.10 oraz w §9 ust 1 pkt.2 zwrot „lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8. Ust.10 umowy.

Pytanie 69:

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie zastępcze, nie zostanie obciążony karami umownymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zrezygnował z wymogu wstawienia urządzenia zastępczego w czasie awarii.

Pytanie 70:

Dotyczy § 8 pkt.11 projektu Umowy

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

W nawiązaniu do w/w punktu prosimy o niewielką modyfikację wg poniższej propozycji:

„z(...) Każda wymiana gwarancyjna powoduje, że obowiązywać będzie gwarancja do końca okresu gwarancji wynikającej ze złożonej oferty lub gwarancja 12 miesięcy liczona od daty ich wymiany, w zależności co jest bardziej korzystniejsze dla Zamawiającego”.

Wyjaśniamy, że np. jeżeli dana część będzie wymieniona w ostatnich 12 miesiącach trwania gwarancji, to wtedy obowiązywać będzie dodatkowa gwarancja 12 miesięcy na wymienioną część.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71:

W nawiązaniu do § 9 pkt. 1.1) projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

W nawiązaniu do §9 pkt. 1.4) projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku rażącego niewykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

Dotyczy §3 pkt 3 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu i zgodnie z wymaganiami art 30 ust 2 RODO, który wymaga prowadzenia przez podmiot przetwarzający **rejestr kategorii czynności przetwarzania** zwracamy się z prośbą o modyfikację wg poniższego zapisu:

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 RODO) i okazuje go na każde żądanie Administratora”

Wyjaśniamy, że wymaganie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zgodnie z art 30 ust 1 RODO dotyczy tylko administratora lub przedstawiciela administratora. Wykonawca jako podmiot przetwarzający nie jest przedstawicielem administratora, dlatego wymaganie art. 30 ust. 1 dotyczą tylko tych danych osobowych, którymi Wykonawca administruje i nie są one związane z zakresem umowy powierzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji dodając słowo „kategorii” pomiędzy słowami „rejestru”, a „czynności”.

Pytanie 75:

Dotyczy §3 pkt 10 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o modyfikację wg poniższego zapisu:

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu do 24 godzin od uzyskania wiedzy) poinformowania Administratora o (...)”

Wyjaśniamy, że standardem jest informowanie w ciągu 24 godzin, tym bardziej, że zgodnie z art 33 ust 1 RODO administrator ma na zgłoszenie do 72 godzin. W praktyce może nie być możliwe aby w ciągu 12 godzin ocenić wymagane w art 33 ust 3 informacje i rzetelnie zgłosić je do administratora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji paragrafu 3 ust. 10 umowy zmieniając z 12 godzin na 24 godziny.

Pytanie 76:

Dotyczy §4 pkt 13 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o modyfikację wg poniższego zapisu:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczących zastosowanych środków ochrony danych osobowych, stwierdzonych podczas kontroli, wskazanych w raporcie podsumowującym ustalenia kontroli, w terminie uzgodnionym z Administratorem danych nie dłuższym niż 14 dni”.

Wyjaśniamy, że termin 7 dni w praktyce może być nie możliwy do dotrzymania w przypadku, gdy hipotetycznie trzeba będzie ponieść nakłady inwestycyjne, gdzie termin może być niezależny od podmiotu przetwarzającego. Wymagania RODO nie nakładają w tym zakresie żadnych wiążących terminów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji z 7 na 14 dni w paragrafie 4 ust. 13 umowy o powierzeniu danych osobowych.

W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PRODUKTU O DOPUSZCZONYM NN PISMEM PARAMETRZE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DODAĆ ODPOWIEDNIĄ ADNOTACJĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO SWZ O DOPUSZCZENIU INNEGO PARAMETRU NIŻ PIERWOTNIE OPISANY W SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu