



**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Poznań, dnia 5 listopada 2020 roku

Dz. Z. P. – 40/13/20

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników, dzierżawę analizatorów i zakup aparatów do diagnostyki biochemiczno – immunologicznych, molekularnych oraz analizy moczu.

**Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 30.10.2020 roku, pod numerem: 2020/S 212 - 516199**

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśniam:

Zestaw nr 1

Zapytanie do siwa w zakresie pakietów 5 i 6:

„Czy Zamawiający wymaga bezpośrednich dostaw przedmiotów zamówienia od autoryzowanego przez producenta, oficjalnego dystrybutora na terenie Polski? Pytanie argumentujemy tym, iż w przypadku ofert nieautoryzowanych, producenci nie dają gwarancji na swoje produkty, nie oferują wsparcia produktu oraz nie uznają ewentualnych reklamacji.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dostaw od autoryzowanych dystrybutorów z gwarancją zapewniającą wsparcie merytoryczne / pomoc techniczną i aplikacyjną oraz możliwość reklamacji wadliwej partii zestawu po weryfikacji.

Zestaw nr 2

Dotyczy części 2, Analizator wsparcia

Czy zamawiający wyrazi zgodę na analizator, w którym barwa i klarowność są wprowadzane ręcznie po wizualnym określeniu koloru i przejrzystości

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw nr 3

Dotyczy części nr 2:

Pytanie do zał. 2 Cz. 2 Parametry analizatora wsparcia

Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający wybór barwy moczu z predefiniowanej listy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl

