

Kraków, dn. 04.08.2023r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-22/23

Przetarg nieograniczony pn. „**Sukcesywna dostawa odczynników**”

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_2 I ZMIANA TREŚCI SWZ\_3

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### **PYTANIA II**

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu 15 Odczynniki i materiały zużywalne kompatybilne do aparatu IVD MALDI Biotyper sirius - Parametry graniczne Pkt.2 „Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu oddziałów - w zakresie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych w zakresie szybkiej diagnostyki sepsy.” Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, z uwagi na fakt iż wymóg ten jest przedmiotem warunków granicznych dla dostawcy systemu Maldi Biotyper Sirius dla Państwa jednostki-firmy Becton Dickinson, która będzie instalowała dla Państwa system jak również szkoliła zarówno pracowników laboratorium i przeprowadzała szkolenia dla personelu oddziałów. Warunki te zostały zawarte w Umowie dostawy systemów MALDI Biotyper Sirius podczas negocjacji z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i nie mogą stanowić dodatkowych warunków do pakietu na dostawę odczynników do systemu, który będzie własnością Państwa jednostki. Wymóg przeprowadzenia szkoleń jest dokładnie określone w Umowie z dostawcą -firmą Becton Dickinson i nie może stanowić dodatkowych wymogów w pakiecie odczynnikowym do systemu. Usługi aplikacyjne świadczy firma ,która dostarcza system do Państwa jednostki.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie Pakietu nr 15. Powyższe informacje zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.***

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 15 Odczynniki i materiały zużywalne kompatybilne do aparatu IVD MALDI Biotyper sirius - Parametry graniczne Pkt.4 „Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia aplikacyjnego przez 7 dni w tygodniu online przez zdalne, bezpieczne łącze internetowe.” Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu, z uwagi na fakt iż warunki serwisowe i aplikacyjne zostały zawarte w Umowie z dostawcą systemu MALDI Biotyper Sirius podczas negocjacji z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i nie mogą stanowić dodatkowych warunków do pakietu na dostawę odczynników do systemu, który będzie własnością Państwa jednostki. Warunki serwisowe są dokładnie określone w Umowie z dostawcą -firmą Becton Dickinson i nie mogą stanowić dodatkowych wymogów stawianych do pakietu odczynnikowego do systemu. Usługi serwisowe i aplikacyjne świadczy firma, która dostarcza system do Państwa jednostki.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie Pakietu nr 15. Powyższe informacje zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.***

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu 15 Odczynniki i materiały zużywalne kompatybilne do aparatu IVD MALDI Biotyper sirius - Parametry graniczne Pkt 1 „Wykonawca zapewni pełne wsparcie aplikacyjne i merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników, w zakresie prawidłowych procedur wykorzystania aparatu do identyfikacji drobnoustrojów oraz wykrywania lekooporności.” i pkt 3 „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić iż dysponuje odpowiednim zespołem przeszkolonych i certyfikowanych specjalistów ds. aplikacji mogących udzielić wsparcia merytorycznego w zakresie procedur na aparacie Maldi Biotyper sirius.” Prosimy o wykreślenie punktów dotyczących już podpisanych warunków świadczenia usług aplikacyjnych do systemu Maldi Biotyper Sirius podczas negocjacji z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i nie mogą stanowić dodatkowych warunków do pakietu na dostawę odczynników do systemu ,który będzie własnością Państwa jednostki. Warunki dotyczące świadczenia usług aplikacyjnych są dokładnie określone w Umowie z dostawcą -firmą Becton Dickinson i nie mogą stanowić dodatkowych wymogów stawianych do pakietu odczynnikowego do systemu. Usługi serwisowe i aplikacyjne świadczy firma ,która dostarcza system do Państwa jednostki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie Pakietu nr 15. Powyższe informacje zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Pytanie 4 Dotyczy: Pakiet nr 4 – Krążki antybiotykowe, pozycja nr 36 i PARAMETRY WYMAGANE, pozycja nr 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaofiarowania w pozycji nr 36, krążków pochodzących od innego producenta i nie będącego w zaleceniach EUCAST.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia poz. 36 w zakresie Pakietu nr 4. W związku z tym załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.**

Pytanie 5 Dotyczy: Pakiet nr 4 – Krążki antybiotykowe, PARAMETRY WYMAGANE, pozycja nr 4 i 5. Czy Zamawiający dopuści krążki z antybiotykami pakowane po 4 fiołki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby ? Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiołek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo każda fiołka posiada zabezpieczenie w postaci kapturka chroniącego przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6 Dotyczy: Pakiet nr 4 – Krążki antybiotykowe, PARAMETRY WYMAGANE, pozycja nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie krążków z antybiotykami, które posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej jednostki miary długości zwanej calem międzynarodowym, przez większość producentów krążków z antybiotykami?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 7 Dotyczy: Pakiet nr 4 – Krążki antybiotykowe, PARAMETRY WYMAGANE, pozycja nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków z antybiotykami z terminem ważności 12 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 8 Dotyczy: Pakiet nr 4 – Krążki diagnostyczne, pozycja nr 49 - 51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków diagnostycznych pakowanych w fiolki ze zintegrowanym, wielorazowego użytku pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku fiolki ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **PYTANIA III**

Dotyczy: pakiet nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 4 z pakietu nr 8. Ww. pozycja jest powiązana z pakiet nr 5. Ich umieszczenie w pakiecie 8 stanowi barierę dla składania ofert przez większość zainteresowanych podmiotów i umożliwia udział tylko jednej firmie, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy: pakiet nr 5

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża pochodzącego od innego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża pochodzącego od innego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża Gardnerella Selective Agar z 10% krwią ludzką?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol + Actidione?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy: pakiet nr 10

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga zaferowania podłoża w butelkach o objętości 100ml?

**Odpowiedź: TAK.**

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga zaferowania podłoża w probówkach o objętości 3ml?

**Odpowiedź: TAK.**

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 18 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża Sabouraud Dextrose Broth + Chloramphenicol + Gentamycin?

**Odpowiedź: TAK.**

4. Czy Zamawiający w pozycji nr 18 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol + Actidione?

**Odpowiedź: TAK.**

*Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

Z poważaniem,

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia po zmianie\_2

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  
im. św. Ludwika w Krakowie  
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków  
Regon: 000298583  
NIP: 6751199459

tel. 12 619 86 00, fax. 12 619 86 10  
e-mail: [info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl) | [www.dziecieczszpital.pl](http://www.dziecieczszpital.pl)

