



Modyfikacja z dnia 11.12.2023r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej- głowicy okulistycznej dla Pawilonu „E” w ZZOZ w Wadowicach.

Termin realizacji zamówieni **do 27 grudnia 2023r.**

Opis parametrów wyposażenia technologicznego obejmujący wymagania graniczne wyposażenia technologicznego przewidzianego do dostawy i montażu dla przedmiotu zamówienia.

GŁOWICA OKULISTYCZNA- 1 SZT.

Lp.	OPIS / PARAMETR WYMAGANY	Wymogi graniczne	Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, niepowystawowy, nieużywany	TAK	
2.	Sonda kompatybilna z aparatem USG typ Aplio 400	TAK	
3.	Sonda liniowa PLT-1202BT 17LH7 , szerokopasmowa - wieloczęstotliwościowa: 7,0 – 17,0 MHz , szerokość skanu (FOV): 25,6 mm	TAK	
4.	Zastosowanie w badaniach: małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, narządu ruchu, tarczycy, piersi	TAK	
5.	Sonda wykonana w wielorzędowej technologii cięcia kryształów - Multicryształ, odpowiadająca głowicom matrycowym – 128 elementów akustycznych	TAK	

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem