



**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych – postępowanie nr 43/PN/2023**

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający w części 1 pozycjach 39 i 60 dopuści krążki od innego producenta, ale tego samego dostawcy?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający w części 1 pozycji 40 w związku z konfekcją 50 krążków w opakowaniu dopuści zaoferowanie 3 opakowań czyli 150 sztuk krążków?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający w części 1 pozycji 46 dopuści dyspenser o średnicy 90 mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie pasował do płytek o średnicy 90 mm.***

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający w części 3 pozycjach 2-8 dopuści szczepy wzorcowe z maksymalnie 3 pasażu?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający w części 12 pozycji 1 dopuści konfekcje 6x5 ml i zaoferowanie 7 takich opakowań?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim?

Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art.12 oficjalnie to umożliwia.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 7:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o modyfikację § 3 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 9:**

Część 7

Poz.1 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników o poj. Użytkowej 50ml, całkowitej 60ml z polipropylenu z czerwoną zakrętką o wymiarach: 42x65mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

Część 7

Poz.2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie polipropylenowych pojemników o poj. Użytkowej 25ml, i całkowitej 30ml z czerwoną zakrętką o wymiarach: 28x82mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

Część nr 7

Poz. 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o wymiarach:  $\varnothing 38 \times 65$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:**

Część nr 7

Poz. 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o wymiarach:  $\varnothing 25 \times 90$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13:**

Część nr 7

Poz. 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z PP o poj. użytkowej 120 ml, natomiast całkowitej 150 ml o wymiarach:  $\varnothing 58 \times 72$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

Część nr 7

Poz. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z PP o poj. 200 ml o wymiarach:  $\varnothing 64 \times 93$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający w Części Nr 4 Formularza asortymentowo-cenowego wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający w Części Nr 4 Formularza asortymentowo-cenowego –Testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy pkt. 2d) Formularza ofertowego oraz §5 ust. 1 wzoru umowy dostawy dla części 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 6 m-cy?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy §3 ust. 1 oraz ust. 8 wzoru umowy dostawy:

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów w zakresie terminu dostawy w obu ustępach do 5 dni roboczych.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający poprawił wzór umowy w tym zakresie.***

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy §1 ust. 5 umowy dostawy oraz pkt 2e) Formularza ofertowego:

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów na zgodne ze wzorem umowy tj.

„Ponadto zobowiązuje się okazać w/w dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego. (dotyczy wyrobów medycznych).”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający poprawił wzór formularza ofertowego w tym zakresie.***

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy §3 ust. 11 wzoru umowy dzierżawy dla Części 2:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy do 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy §3 ust. 12 wzoru umowy dzierżawy dla Części 2:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na: „Wydzierżawiający zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie 14 dni roboczych”.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 22:**

załącznik nr 2 do IDW, część nr 5, pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, o parametrach jak poniżej:

Szybki odwapniacz tkankowy na bazie kwasu solnego. Opakowanie 1000ml - plastikowa butelka wykonana z transparentnego plastiku dla łatwej wizualnej oceny ilości odczynnika

oraz jego koloru. Kolor odczynnika jasnoniebieski dla łatwego odróżnienia i zidentyfikowania. Odwapniacz o zawartości 37% kwasu solnego na poziomie  $\leq 30\%$   
**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 23:**

załącznik nr 2 do IDW, część nr 5, pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie odwapniacza tkankowego w opakowaniach 1 litr. ze stosownym przeliczeniem ilości (10 x 1 litr)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 24:**

załącznik nr 2 do IDW, część nr 5, pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie nożyków mikrotomowych przeznaczonych do skrawania tkanek w kriostacie, w opakowaniach a'50, ze stosownym przeliczeniem ilości ( 80 x 50 szt.)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 25:**

załącznik nr 2 do IDW, część nr 5, pozycja 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie, dwóch niezależnych rozwiązań:

1. tekturowe pudełko archiwizacyjne na szkiełka mikroskopowe do samodzielnego złożenia. Wymiary zewnętrzne 305x105x80 mm, pojemność 1000 szkiełek. Pudełko otwierane od góry zawierające 5 przegródek do układania szkiełek. Możliwość układania jednego pudełka na drugim.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Tekturowe pudełko archiwizacyjne do bloczków parafinowych do samodzielnego złożenia Wymiary zewnętrzne 352x240x60 mm, pojemność 220 sztuk. Wysuwana szuflada z 7 przegródkami do układania bloczków. Możliwość układania jednego pudełka na drugim.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 26:**

załącznik nr 2 do IDW, część nr 5, pozycja 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek podstawowych, pakowanych po 100 szt. ze stosownym przeliczeniem ilości (100 x 100 szt.)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 27:**

załącznik nr 2 do IDW, część nr 5, pozycja 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie gąbek histopatologicznych, pakowanych po 1000 szt. ze stosownym przeliczeniem ilości (4 x 1000 szt.)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 28:**

załącznik nr 2 do IDW, część nr 5, pozycja 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie tuszu histopatologicznego w opakowaniu 60 ml, ze stosownym przeliczeniem ilości (60 x 80 szt.)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 29:**

Pytanie nr 8 - załącznik nr 2 do IDW, część nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. asortymentowej nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 30:**

Zamawiający w SWZ pisze iż wymaga aby Wykonawcy złożyli m.in.:

1) Następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, dokumentacje techniczne, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji i części zamówienia dotyczą. – potwierdzające, że oferowane wyroby/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zwracamy się z wnioskiem czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę – Dystrybutora oferowanego produktu (sporządzonych na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia?. Zwracamy uwagę iż, oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak te zawarte w SWZ.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31:**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, zamówienie będzie odbywało się, sukcesywnie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.**

**Pytanie nr 32:**

Zwracamy uwagę, iż załączony SWZ do postępowania nie jest uzupełniony o wymagane terminy (składania ofert, związania z ofertą)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie.**

**Pytanie nr 33:**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 34:**

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca

jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 37:**

Część 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści 10 opakowań produktu o pojemności 1 litr ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

Część 5, pozycja 2

Podane przez Zamawiającego parametry noży, to jest C-35, 80 x 8 mm, kąt żyłki 35 stopni, oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie standardowych noży niskoprofilowych ze stali węglowej do skrawania w kriostacie. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże niskoprofilowe do skrawania w kriostacie, różnych producentów, są wystandaryzowane i mogą być stosowane w różnych kriostatatach. Czy zamawiający dopuści noże równoważne typu C-35, o takich samych parametrach określonych w specyfikacji ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39:**

Część 5, pozycja 3

Podane przez Zamawiającego parametry noży, to jest R-35, 80 x 8 mm, kąt żyłki 35 stopni, oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie standardowych noży niskoprofilowych do

rutynowego skrawania w mikrotomie. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe do standardowego skrawania, różnych producentów, są wystandaryzowane i mogą być stosowane w różnych mikrotomach. Czy zamawiający dopuści noże równoważne typu R-35, o takich samych parametrach, określonych w specyfikacji ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40:**

Część 5, pozycja 4

Podane przez Zamawiającego parametry noży, to jest N-35, 80 x 8 mm, kąt żyłki 35 stopni, oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie standardowych noży niskoprofilowych do skrawania w mikrotomie tkanek twardych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe do skrawania tkanek twardych, różnych producentów, są wystandaryzowane i mogą być stosowane w różnych mikrotomach. Czy zamawiający dopuści noże równoważne typu N-35, o takich samych parametrach określonych w specyfikacji ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41:**

Część 5, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści żel do przymrażania Cryomatrix o pojemności 120 ml jako substancję wspomagającą cięcie materiału w mikrotomie mrozeniowym ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42:**

Część 5, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści tacę na szkiełka o pojemności 30 sztuk preparatów z odpowiednim przeliczeniem na sumaryczną ilość szkiełek do pomieszczenia?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 43:**

Część 5, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści uchwyt do noży kompatybilny z równoważnymi nożami do ostrzy z poz. 2,3,4, określonymi w specyfikacji ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44:**

Część 5, pozycja 11

Czy zamawiający dopuści pudełka kartonowe do archiwizacji bloczków parafinowych o wymiarach 325 x 240 x 65 mm ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale z szufladkami.**

**Pytanie nr 45:**

Część 5, pozycja 12

Czy zamawiający dopuści pudełka tekturowe do archiwizacji preparatów mikroskopowych oraz bloczków parafinowych, posiadające tekturową klapkę do zamykania od góry ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 46:**

Część 5, pozycja 13

Prosimy o wydzielenie z oferty zestawu do prawidłowej orientacji biopsji endoskopowych. Wymieniony produkt oferowany jest tylko przez firmę Mar-Four, zatem ogranicza uczciwą

konkurencję tylko do jednego wykonawcy, co stoi w sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 47:**

Część 5, pozycja 14

Czy zamawiający dopuści parafinę w granulach o temperaturze topnienia 56-58 C, zawierającą DMSO <1% ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 48:**

Część 5, pozycja 14

Czy zamawiający dopuści parafinę w łuskach o temperaturze topnienia 55-57 C, zawierającą DMSO <1% ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 49:**

Część 5 , pozycja 16

Czy zamawiający dopuści pojemnik cylindryczny 5/10 szkiełek, zakręcany z podwójnym kołnierzem jako systemem zapewniającym szczelność ? Podwójny kołnierz gwarantuje szczelność pojemnika równorzędną ze standardowym systemem uszczelek.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 50:**

Część 5, pozycja 18

Czy zamawiający dopuści probówki z polipropylenu o pojemności 5 ml, o wymiarach 16x50 mmm, w op.100 szt. ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 51:**

Część 5, pozycja 28

Czy zamawiający dopuści 3 zestawy do barwień Grocott wystarczające na 100 oznaczeń każdy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 52:**

Część 5, pozycja 29

Czy zamawiający dopuści torebki na bioptaty o wymiarach 31 x 43 mm? Tak mała różnica w wymiarach tj. 2 mm nie ma wpływu na procesowanie materiału biologicznego w procesorze.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 53:**

Część 5, pozycja 30

Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe o wymiarach 76 x 26 x 1 mm ? Tak niewielka różnica w wymiarach tj. + 1 mm dla długości i szerokości oraz - 0,1 ml dla grubości nie ma żadnego wpływu na wynik badań. Ponadto wymiary szkiełek spełniają wymagania normy ISO 8037-1.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 54:**

Część 5, pozycja 30

Prosimy zamawiającego o określenie jakiego koloru mają być pola do opisu na szkiełkach ?

**Odp. Zamawiającego: Kolory do uzgodnienia: niebieski, zielony, biały, różowy, czerwony.**



**Pytanie nr 55:**

Część 5, pozycja 31

Wnosimy o odstąpienie od zaoferowania pojemników plastikowych do zestawów do barwienia pasujących do zestawów Bio-Optica. Oczywistym jest fakt, że pojemniki pasujące do zestawów Bio-Optica mogą być zaoferowane tylko przez dystrybutora Bio-Optica to jest firmę Mar-Four. Jest to ograniczenie konkurencji do jednego wykonawcy, co stoi w oczywistej sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 56:**

Część 5, pozycja 32

Czy zamawiający dopuści gąbki biopsyjne pakowane po 1000 sztuk ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 57:**

Część 5, pozycja 33

Czy zamawiający dopuści tusze o pojemności 237 ml z aplikatorem/pałeczką do dozowania tuszu ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale z zakraplaczem.**

**Pytanie nr 58:**

Część 5, pozycja 33

Czy Zamawiający będzie zamawiał kolory tuszy równomiernie z podziałem na poszczególne kolory ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć powyższego.**

**Pytanie nr 59:**

Część 7, pozycja 1,2,3,4

Czy zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP, pokrywki wykonane z HDPE tj. z polipropylenu o dużej gęstości ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 60:**

Część 7, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności całkowitej 60 ml i wymiarach Fi 38,40 x 63,00 mm ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61:**

Część 7, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści pojemniki pojemności całkowitej 30 ml i wymiarach Fi 38,46 x 45 mm ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62:**

Część 7, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 120 ml i wymiarach Fi 57,6 x 68,9 mm ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 63:**

Część 7, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 100 ml i wymiarach Fi 47,5 x 86,45 mm ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 64:**

Część 7, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach Fi 60,2 x 79,2 mm ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.**

**Pytanie nr 65:**

Część 7, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści pojemniki zakręcane z kotnierzem zapewniającym szczelność, o pojemności 250 ml ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 66:**

Część 7, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 366 ml ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 67:**

Część 7, pozycja 5,6,7,8

Czy zamawiający dopuści pojemniki oraz pokrywki wykonane z polipropylenu PP ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 68:**

Część 7, pozycja 5,6,7,8

Czy zamawiający dopuści pojemniki z pokrywką wciskaną i z wewnętrzną plombą zabezpieczającą oraz z klipssem co zapewnia szczelność pojemników ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 69:**

Część 7, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 520 ml ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 70:**

Część 7, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1200 ml ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 71:**

Część 7, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2300 ml ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie **art. 137 ust. 1 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, dokonuje odpowiednio zmiany treści SWZ i przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **15.06.2023 r. roku do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **15.06.2023 r. roku o godz. 10:00**.

Zmianie ulega pkt 16 i 18 Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega pkt 12.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą, **jest 12.09.2023 r.**

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

**Załączniki:**

**Wzór formularza oferty**

**Wzór umowy wyroby medyczne**

**Wzór umowy dzierżawa**

**IDW po modyfikacji**

  
**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**