



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 19 września 2022 r.

Wykonawcy

postępowanie nr 4/ZP/PN/2022

Dotyczy: „Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123”

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia – bez ujawnienia źródła zapytań:

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ – Rozdział XI ust. 8 lit. a

Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 2a do swz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 2a do SWZ, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ – Rozdział XI ust. 9

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie go ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź: Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

Pytanie nr 3

Dotyczy SWZ – Rozdział III. ust. 2 pkt. 2 lit. b:

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, do zawarcia ze Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II przy ul. Czaplinieckiej 123 w Bełchatowie umowy w zakresie dostaw/użyczenia mediów, w tym wody i energii elektrycznej, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie, której zostaną one rozliczone w formie ryczałtu.

Celem wcześniejszego zapoznania się w warunkami umowy, o której mowa w powyższym zapisie, zwracamy się o jej przedstawienie i załączenie do dokumentacji postępowania.

Odpowiedź: Wykonawca będzie płacił Szpitalowi comiesięczną opłatę ryczałtową za zużyte media na potrzeby wykonywanych robót:

a) z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości - 400,00 zł brutto,

b) z tytułu zużycia wody w wysokości - 250,00 zł brutto

płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Szpital. Faktury będą wystawione przez Dział Gospodarczy i Transportu ostatniego dnia każdego miesiąca w trakcie wykonywania prac. Ostatnia faktura za zużyte media zostanie wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (jej wysokość będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni wykonywanych prac budowlanych). W związku z przewidzianą opłatą za media Wykonawca zgłosi przystąpienie do wykonywania umowy na roboty budowlane w Dziale Gospodarczym i Transportu Szpitala, dalej „DGiT” (e-mail: dgite@szpital-belchatow.pl). Po dokonaniu odbioru końcowego robót Sekcja Inwestycji i Sprzętu Medycznego Szpitala przekaze DGiT informację o zakończeniu prac (załączając kopię protokołu odbioru końcowego robót) celem wystawienia końcowej faktury.

Pytanie nr 4

Dotyczy SWZ – Rozdział XXI ust. 1 pkt 8:

Przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy do terminu 30 dni od zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru robót oraz gwarancji zabezpieczenia usunięcia wad umowy od terminu usunięcia wszystkich wad, zgłoszonych przez

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub usunięcia wad z bieżącego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Na ogół przyjmuje się, iż w przypadku zmiany terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego także okres ważności zabezpieczenia powinien zostać odpowiednio zmieniony. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy takiej zmiany, a wykonawca ma obowiązek ją uwzględnić. Wiąże się on bowiem z należyтым wykonaniem zobowiązania, a stosownie do art. 472 k.c. dłużnik odpowiedzialny jest za zachowanie należytej staranności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1 – FORMULARZ OFERTY

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 1 SWZ – formularz oferty

Tabela cenowa – W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje treść pod tabelą załącznika nr 1 – Formularz oferty, która otrzymuje brzmienie:

„*w przypadku wystąpienia różnych stawek vat odpowiednio dopisać wiersz”

Zamawiający zmienia treść w ust 1 lit. a) rozdz. XVI SWZ , która otrzymuje brzmienie:

„a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 zmiana do SWZ;”

Zamawiający zmienia treść w ust 1 rozdz. XXVI SWZ , która otrzymuje brzmienie:

„ 1.Załącznik nr 1 zmiana SWZ: Formularz oferty,”

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2A – ANGIOGRAF WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ

Pytanie nr 1

„*Prosimy Zamawiającego o wskazanie/udostępnienie wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia dla paneli wzmożonego nadzoru oraz kolumny anestetycznej.*”

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia wymagania oczekiwanych parametrów technicznych i wyposażenia dla paneli wzmożonego nadzoru oraz kolumny anestetycznej. Zamawiający dodaje treść pod tabelą załącznika nr 2a – formularz asortymentowy do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

„**Panele wzmożonego nadzoru (panele nadłóżkowy)**

Każdy panel wzmożonego nadzoru (panel nadłóżkowy) musi zostać wyposażony w następujące elementy (dla każdego stanowiska):

- gniazdo O2,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

- gniazdo VAC,
- gniazda elektryczne z bolcem uziemiającym licowane 3 szt. (standard 45x45),
- gniazdo USB min 2,5 A,
- gniazdo elektryczne typu DATA licowane 1 szt. (standard 45x45),
- gniazdo ekwipotencjalne 1 szt.,
- 2 gniazda teletechniczne podwójne
- system przyzywowy,
- przewód zakończony z jednej strony wtyczką z drugiej strony manipulatorem (sterowanie przyzywam, światłem stanowiskowym, światłem nocnym),
- oświetlenie LED górne skierowane na sufit o temperaturze 4000K +/- 100 i sile 8000 lm +/- 200 lm (załączane/wyłączane z włącznika przy wejściu do sali i z panelu nadłożkowego) (dobór siły światła musi spełnić warunek określony przepisami dla sal chorych),
- oświetlenie stanowiskowe LED dla każdego stanowiska o temperaturze 4000K +/- 100 i sile 2800 lm +/- 100 lm gwarantujące na poziomie łóżka pacjenta min. 300 lux (trwałość LED min. 45000 h)
- oświetlenie nocne do 5W
- konstrukcja panelu – aluminiowa
- możliwość doboru koloru na etapie wykonawczym

Kolumna anestetyczna

- udźwig jednostki min. 180 kg netto
- urządzenie łatwe do utrzymania w czystości. Powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nitów, nakrętek itp.
- dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzętu kolumna na jednym ramieniu przegubowym (łamanym) o długościach ramion mierzonych w osiach łożysk 1000mm + 750mm;
- drugie ramie 750mm z możliwością regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 680mm
- kolumna wyposażona w maskownicę sufitową;
- kolumna wyposażona w oświetlenie pośrednie sufitu oraz podłogi.
- zakres obrotu wszystkich osi obrotu urządzenia 340°
- wszystkie przeguby i konsola wyposażone w hamulce pneumatyczne.
- konsola o przekroju prostokątnym o wymiarach 280mm x 300 mm. (+/- 10%)
- konsola wykonana z aluminium z powłoką z farby naniesionej proszkowo.
- kolumna powleczona trwale naniesioną powłoką antybakteryjną opartą o jony srebra. możliwość wyposażenia konsoli w ekran dotykowy na jednej z bocznych ścian umożliwiający sterownie funkcjami stołu operacyjnego, lampy oraz funkcjami kolumny (regulacja wysokości, hamulce, oświetlenie itp.
- dwa uchwyty z przyciskami do sterowania hamulcami oraz wysokością konsoli zamontowane na froncie jednej z półek;

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

- 1 x półka o regulowanej wysokości zamocowana na froncie konsoli o wymiarach 530mm x 480 mm (+/- 5%), wyposażona w szyny boczne i szufladę;
- 1 x półka na froncie konsoli o regulowanej wysokości o wymiarach 530mm x 480mm, wyposażona w szyny boczne;
- konsola wyposażona na froncie i na ścianie tylnej w dwie wewnętrzne, niewidoczne szyny/prowadnice do montażu półek i innego wyposażenie;
- gniazda gazowe: 2 x O₂, 2 x AIR, 2 x VAC, 1 x N₂O, 1 x AGSS zamontowane na tylnej ścianie konsoli w dwóch pionowych rzędach;
- gniazda elektryczne 12 x 230V IP44, 12 x EQ, 4 x RJ45 kat.6 montowane na ścianach bocznych w 2 pionowych rzędach
- 1 x gniazdo Audio/Video;
- kolumna wyposażona w wyciągnik przegubowy montowany do wewnętrznych, frontowych lub tylnych szyn bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi w sposób szybki i prosty z drążkiem zakończonym 4 haczykami. Obciążalność min. 15 kg.
- kolumna wyposażona w uchwyt do podwieszania aparatu do znieczulania z system informującym o prawidłowym jego zamocowaniu (typ aparatu zostanie określony na etapie realizacji zamówienia)." (...)

Zamawiający zmienia treść w ust 1 lit. b) rozdz. XVI SWZ , która otrzymuje brzmienie: „b) wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika nr 2a zmiana , (...) do SWZ;”

Zamawiający zmienia treść w ust 2 rozdz. XXVI SWZ , która otrzymuje brzmienie: „ 2. Załącznik nr 2a zmiana, (...) do SWZ: Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne”

Zamawiający zmienia treść w ust. 1 pkt. 1) rozdz. III SWZ , która otrzymuje brzmienie: „1) szczegółowym opisem wymaganych parametrów technicznych sprzętu medycznego objętego zamówieniem, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować/zainstalować oraz uruchomić -*Załącznik nr 2a zmiana, (...) – Wymagane parametry techniczne, do SWZ*”

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. 82

Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Dostawcą systemów PACS/RIS jest firma PIXEL TECHNOLOGY Sp. z o.o. 93-558 Łódź ul. Piękna 1.

Pytanie nr 3

Dotyczy prac adaptacyjnych

W związku z szerokim zakresem prac do wykonania prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 8 miesięcy po podpisaniu umowy.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

W zakres zadania wykonawcy wchodzi:

- wykonanie projektu inwestycji – 8 tygodni,
- uzgodnienie projektu z Zamawiającym oraz z rzeczoznawcami – 4 tygodnie,
- uzyskanie pozwolenia na budowę – termin administracyjny – 5 tygodni,
- wykonanie prac budowlanych i instalacja urządzenia – 10 tygodni,
- uzyskanie zgody na uruchomienie pracowni – termin administracyjny – 5 tygodni,

Dodatkowo terminy administracyjne, od których zależy jest wykonawca mogą zostać wydłużone do 60 dni i Wykonawca nie ma wpływu na ich bieg. W dobie pandemii COVID 19 i związanych z nią globalnych problemach zaopatrzeniowych w elektronikę czas oczekiwania na zamówione agregaty chłodnicze i centrale wentylacyjne jest bardzo wydłużony i wynosi nawet powyżej 2 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść ust. 1 rozdz. VIII SWZ oraz ust. 6 rozdz. XXVI SWZ, która otrzymuje odpowiednio brzmienie:

„1. Zamówienie w ramach pakietu nr 1 będzie zrealizowane w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

„4. Załącznik nr 4 zmiana do SWZ: Wzór umowy,”

Zamawiający zmienia treść ust. 4 lit. a) załącznika nr 1 – Formularz oferty, która otrzymuje brzmienie:

„ a) w ramach pakietu nr 1 zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

Zamawiający zmienia treść ust. 1 § 6 załącznika nr 4a – Wzór umowy dotyczy Pakietu nr 1, która otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia / montażu / instalacji i uruchomienia angiografu z wyposażeniem na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji, po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót pomieszczeń adaptowanych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, gdzie urządzenie będzie mieć swoją lokalizację. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru urządzenia w formie pisemnej (przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru).”

Pytanie nr 4

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał szkolenia wstępnego (w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia) po uruchomieniu urządzenia oraz szkolenia aplikacyjnego dla personelu medycznego Zamawiającego po uzyskaniu zgody WSSE na uruchomienie pracowni. Taki harmonogram szkoleń przyniesie Zamawiającemu największe korzyści merytoryczne z tych szkoleń.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał szkolenia wstępnego (w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia) po uruchomieniu urządzenia oraz szkolenia aplikacyjnego dla

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

personelu medycznego Zamawiającego po uzyskaniu zgody WSSE na uruchomienie pracowni.

Pytanie nr 5

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży jedynie przygotowanie projektu osłon stałych natomiast jego złożenie i uzgodnienie jak również złożenie wniosku o zgodę na uruchomienie pracowni oraz uzyskanie tej zgody leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie projektu osłon stałych jego złożenie i uzgodnienie jak również złożenie wniosku o zgodę na uruchomienie pracowni oraz uzyskanie tej zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy prac adaptacyjnych

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia, które zostanie zaakceptowane przez WSSE do przeprowadzenia koniecznych czynności w imieniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Szpital udzieli stosownych upoważnień, które umożliwią Wykonawcy przeprowadzenie czynności w tym zakresie w imieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o kontakt do osoby, od której Wykonawca otrzyma niezbędne dane do projektu osłon stałych np. do Inspektora Ochrony Radiologicznej Zamawiającego.

Odpowiedź: Funkcję Inspektora Ochrony Radiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie jest Pan G. Fronczak tel.: 44/635-83-71 mail: sekretariat@szpital-belchatow.pl.

Pytanie nr 8

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o kontakt do specjalisty IT Zamawiającego, z którym będzie można ustalić szczegóły podłączenia urządzenia do systemów IT Zamawiającego.

Odpowiedź: Kierownikiem sekcji Informatyki jest Pan Michał Kosędka tel.: 693-831-107 mail: m.kosedka@szpital-belchatow.pl.

Pytanie nr 9

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o informację instalacji jakich gazów medycznych oczekuje Zamawiający w powstającej Pracowni Hemodynamiki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania w powstającej Pracowni Hemodynamiki instalacji gazów medycznych.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Zamawiający dodaje treść pod tabelą załącznika nr 2a – formularz asortymentowy do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

„(...)Wartości wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy w zakresie gazów medycznych :

wymagana instalacja następujących gazów medycznych

- tlen medyczny
- próżnia
- sprężone powietrze
- podtlenek azotu(...)

Pytanie nr 10

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o informację w jakiej odległości znajdują się punkty dostępne w szpitalnej instalacji gazów medycznych do których można podłączyć powstającą instalację gazów medycznych w Pracowni Hemodynamiki.

Odpowiedź: Punkty dostępne gazów medycznych znajdują się w odległości ok. 15 m od powstającej Pracowni Hemodynamiki.

Pytanie nr 11

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada odpowiedni zapas mocy dla powstającej Pracowni Hemodynamiki ? Jaki zapas mocy Zamawiający może przeznaczyć dla Pracowni Hemodynamiki?

Odpowiedź: Zamawiający posiada odpowiedni zapas mocy dla powstającej Pracowni Hemodynamiki. W najbliższym sąsiedztwie powstającej Pracowni Hemodynamiki (ok.40 m) znajduje się rozdzielnia, w której zamawiający dysponuje zapasem mocy rzędu 150 Kw.

Pytanie nr 12

Dotyczy prac adaptacyjnych

W jakiej odległości znajduje się rozdzielnia elektryczna, z której będzie można zasilić powstającą Pracownię Hemodynamiki? Prosimy o podanie orientacyjnej długości kabla, który należy zainstalować.

Odpowiedź: Najbliższa rozdzielnia elektryczna, z której będzie można zasilić powstającą Pracownię Hemodynamiki znajduje się w odległości ok. 40 m.

Pytanie nr 13

Dotyczy prac adaptacyjnych

Czy Zamawiający dysponuje wolnym polem w rozdzielni elektrycznej, z której będzie można zasilić Pracownię Hemodynamiki czy rozbudowa rozdzielni będzie obowiązkiem Wykonawcy?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dostępność wolnego pola rozdzielni elektrycznej, z której będzie można zasilić Pracownię Hemodynamiki na poziomie zapotrzebowania mocy rzędu 150 Kw. W związku z brakiem wiedzy na obecnym etapie postępowania jakie urządzenia i o jakim zapotrzebowaniu mocy zaproponuje Wykonawca, nie można przesądzić czy posiadany zapas mocy energetycznej będzie wystarczający. W przypadku większego zapotrzebowania (znacznie przekraczającego 150Kw) i konieczności rozbudowy rozdzielni Zamawiający informuje, że zadanie to będzie stanowiło koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlanej obszaru budynku, w którym ma powstać Pracownia Hemodynamiki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją budowlaną w wersji elektronicznej. Posiadana przez Szpital (wersja papierowa) dokumentacji jest w złym stanie technicznym, pochodzi z okresu budowy Szpitala (lat 80) i może być niekompletna. Archiwalna dokumentacja jaka jest w posiadaniu Szpitala może zostać udostępniona do wglądu Wykonawcy po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru Kierownikowi Działu Techniczno-Eksploatacyjnego (tel.: 502-287-732, mail: m.pindras@szpital-belchatow.pl).

Pytanie nr 15

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o wskazanie zakresu prac związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów P.POŻ.

Odpowiedź: Powstająca Pracownia Hemodynamiki musi spełniać wymagania pod względem obowiązujących przepisów w tym również przepisów P.POŻ. Tym samym musi być dostosowana do wymogów postawionych również w Ekspertyzach i Postanowieniach KW PSP dotyczących tego obszaru. Zamawiający dodatkowo udostępnia Postanowienia KW PSP.

Pytanie nr 16

Dotyczy prac adaptacyjnych

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zaleceń ekspertyzy P.Poż jedynie w obszarze powstającej Pracowni Hemodynamiki czy również poza nią jeśli tak to jaki obszar będzie leżał w zakresie obowiązków Wykonawcy?

Odpowiedź: Zalecenia ekspertyzy P.POŻ i Postanowień KW PSP są wiążące dla Wykonawcy w zakresie obszaru objętego pracami budowlanymi. Szpital sukcesywnie podczas każdej modernizacji poszczególnych obszarów dokonuje dostosowania tych miejsc aktualnych wymogów prawnych w tym zakresie. Zakres i charakter prac objętych inwestycją (Pracownia Hemodynamiki) nie mogą jednak pogarszać bezpieczeństwa w obszarach, które nie są objęte pracami modernizacyjnymi.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie nr 17

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o informację czy budynek jest wyposażony w DSO.

Odpowiedź: Budynek nie jest wyposażony w DSO.

Pytanie nr 18

Dotyczy prac adaptacyjnych

Jeśli tak to czy konieczna jest jego rozbudowa czy system jest na gwarancji? Jeśli tak to prosimy o podanie namiarów na gwaranta.

Odpowiedź: W związku z treścią udzielonej odpowiedzi w pkt. 17 pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 19

Dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o informację czy budynek jest wyposażony w SSP.

Odpowiedź: Budynek jest wyposażony instalację SSP.

Pytanie nr 20

Dotyczy prac adaptacyjnych

Jeśli tak to czy system jest na gwarancji? Jeśli tak to prosimy o podanie namiarów na gwaranta.

Odpowiedź: System SSP jest poza okresem gwarancji.

Pytanie nr 21

Dotyczy prac adaptacyjnych

Czy jest możliwość rozbudowy centrali SSP o nowe pętle ?

Odpowiedź: Aktualnie nie istnieje możliwość rozbudowy centrali SSP. Według wiedzy obsługi technicznej istnieje jednak możliwość dołożenia elementów do istniejącej pętli. Uzależnione jest to jednak od zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, z których będzie wynikała ilość koniecznych do zastosowania elementów SSP w nowopowstającej Pracowni Hemodynamiki. Szpital podczas wizji lokalnej umożliwił Wykonawcom zapoznanie się funkcjonującymi rozwiązaniami w tym także z zakresu ochrony P.POŻ.

Pytanie nr 22

Dotyczy prac adaptacyjnych

Czy Zamawiający zgodzi się na montaż okna ochronnego pomiędzy sterownią a pomieszczeniem angiografu o szerokości 140 cm lub 160 cm i wysokości 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na montaż okna pomiędzy sterownią a pomieszczeniem angiografu o szerokości 160 cm i wysokości 80 cm lub większego po warunkiem, że zaproponowane okno będzie spełniało obowiązujące parametry ochrony i nie będzie ograniczało pola widzenia pracowników medycznych obsługujących angiograf.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie nr 23

Dotyczy prac adaptacyjnych

Jeśli Zamawiający nie dopuści proponowanych wymiarów okna RTG prosimy o potwierdzenie, że maksymalna szerokość to 2 m lub Zamawiający wyrazi zgodę na okno dzielone.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa maksymalnej szerokości okna. Zamawiający wyraża zgodę na okno dzielone pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie spełniało obowiązujące parametry ochrony i nie będzie ograniczało pola widzenia pracowników medycznych obsługujących angiograf.

Pytanie nr 24

Dotyczy prac adaptacyjnych

Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany instalacji tranzytowych przebiegających przez obszar inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał wymiany instalacji tranzytowych przebiegających przez obszar inwestycji. Wszystkie piony co, cw, zimna woda, kanalizacja, gazy medyczne, instalacje elektryczne i teletechniczne, które będą wykorzystywane do przyłączenia nowych instalacji w obszarze modernizowanym należy wymienić z uwzględnieniem następujących zasad:

- na instalacji wodnej wymianę pionów do poziomu przestrzeni instalacyjnej.
W miejscu łączenia instalacji starej i nowej należy na każdym pionie, w przestrzeni instalacyjnej wykonać nowy lub wymienić istniejący zawór odcinający.
- na instalacji kanalizacyjnej wymianę pionów do poziomu przestrzeni instalacyjnej.
- na instalacji co wymianę pionów do poziomu przestrzeni instalacyjnej. Na każdym pionie należy wykonać nowy lub wymienić istniejący zawór odcinający lub zastosować zawór regulacyjny o ile jest konieczny dla prawidłowej eksploatacji instalacji.
- dla instalacji gazów medycznych rozdzielenia instalacji zasilającej obszar modernizowany od instalacji w przyległych oddziałach szpitala z zachowaniem zasad, które regulują przepisy dotyczące gazów medycznych (między innymi konieczność zastosowania skrzynki/ek kontrolno-pomiarowych z zaworami odcinającymi dla obszaru objętego pracami modernizacyjnymi).
- instalacja elektryczna i teletechniczna konieczność wymiany nowego okablowania do miejsc, które umożliwiają wpięcie nowych instalacji (np. szachty, rozdzielnie, serwerownie itp.).

Pytanie nr 25

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.16

Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres:	Tak, podać	
---	---------------	--

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) oraz wyświetlanie bieżącej dawki sumarycznie		
--	--	--

W obecnym brzmieniu parametr jest nie jednoznaczny

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga automatycznego eksportu tych danych do pliku DICOM i przyporządkowanie do danych pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 16 załącznika nr 2a do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Pytanie nr 26

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A. 80

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
16	Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) oraz wyświetlanie bieżącej dawki sumarycznie/ automatyczny eksport tych danych do pliku DICOM i przyporządkowanie do danych pacjenta	Tak, podać	
	Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera aplikacyjnego o możliwość jednoczesowego korzystania min. 5 użytkowników wraz z dostarczeniem min. dwóch stanowisk przeglądowych spełniających wymogi dla monitorów medycznych	Tak	

W obecnym brzmieniu parametr (w połączeniu z innymi) uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy prosimy o podanie typu, modelu, konfiguracji i producenta systemu do rozbudowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zakupu licencji do integracji nowego urządzenia z posiadanymi systemami firmy Pixel Technology (Exhibeon, Chazon, ExPacs), oraz rozbudowy macierzy dyskowej Fujitsu DX200 S4 o 5 dysków SSD o pojemności 1.92TB każdy.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2B - USG

Dotyczy pakiet nr 2 – Dostawa USG 1 szt.; załącznik 2b – formularz asortymentowy oraz załącznik nr 4 w zakresie pakietu 2 – 5 wzór umowy – §3 ust. 1

Pytanie nr 1

Ze względu na fakt, iż Zamawiający wymaga zapewnienia 24–ro miesięcznej gwarancji na konsolę aparatu oraz głowicę liniową i sektorową oraz 12–sto miesięcznej gwarancji na głowicę przezprzewodową (Załącznik 2b – formularz asortymentowy, pkt. 71 i 72), prosimy o zmianę zapisów paragrafu 3, ustęp 1 wzoru umowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

z:

„Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany sprzęt na okres 36 miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.”

Na:

„Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany sprzęt na okres miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla treść pkt. 71 i 72 załącznika nr 2b_USG do Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści nagłówka załącznika 2b_USG na następujący nagłówek: Nr sprawy 4/ZP/PN/2022

Zamawiający zmienia treść w ust. 1 pkt. 1) rozdz. III SWZ , która otrzymuje brzmienie: „1) szczegółowym opisem wymaganych parametrów technicznych sprzętu medycznego objętego zamówieniem, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować/zainstalować oraz uruchomić -Załącznik nr (...), 2b zmiana ,(...) – Wymagane parametry techniczne, do SWZ”

Zamawiający zmienia treść w ust 1 lit. b) rozdz. XVI SWZ , która otrzymuje brzmienie: „b) wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika nr (...), 2b zmiana, (...) do SWZ;”

Zamawiający zmienia treść w ust 2 rozdz. XXVI SWZ , która otrzymuje brzmienie: „ 2. Załącznik nr (...), 2b zmiana, (...) do SWZ: Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne”

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2C – KARDIOMONITORY Z CENTRALĄ MONITORUJĄCĄ

Pytanie nr 1,2,3

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy o przekątnej ekranu minimum 5,5 cala, odporności na upadek z wysokości minimum 1,0 metra/?

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 6

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe – akumulatory litowo-jonowe o minimalnej pojemności 2500mAh i czasie pracy minimum 8 godzin?

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy z możliwością wyświetlania informacji minimum o stanie pojemności akumulatora, jego napięciu?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 6 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
6	<p>Kardiomonitor 1 szt. wyposażony w moduł transportowy (monitor) z ekranem LCD o przekątnej min. 5,5” oraz wysokiej rozdzielczości min. 1280x768 i wadze z akumulatorem poniżej 1kg. Realizowane pomiary to min. EKG, NIBP, SPO2, 2 X Temp, IBP. Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Chłodzenie konwekcyjne. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg. ISO 80601-2-61 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- odporność na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne, upadki, uderzenia oraz przyspieszenia wg norm EN60068-2-332(odporność na upadek z min.1,2m)- stopień ochrony IP44 <p>Zasilanie – sieciowe 100-240 V 50/60Hz</p> <p>Własne zasilanie – akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 3350mAh. Czas pracy min 10 godzin (monitorowanie EKG 3/5 odprowadzeń, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 3 godzin.</p> <p>Wyświetlanie informacji w % o stanie pojemności akumulatora, jego napięciu oraz temperaturze./ dopuszcza się kardiomonitor odporny na upadek z wysokości 1 metra przy spełnieniu pozostałych parametrów/ dopuszcza się kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe – akumulatory litowo-jonowe o minimalnej pojemności 2500 mAh i czasie pracy minimum 8 godzin przy spełnieniu pozostałych parametrów / dopuszcza się kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy, który posiada możliwość wyświetlania informacji o % stanie pojemności akumulatora lub wyświetlania informacji pozostałym czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym przy spełnieniu pozostałych parametrów</p>	Tak, podać	

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w pamięć min. 8 krzywych „full disclosure” z okresu min. 24 godz.?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 10 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
10	Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 160 godzin. Pamięć min. 8 krzywych „full disclosure” z okresu min. 24 godz. /	Tak, podać	

Pytanie nr 5,6

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt.15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w regulację czasu paazy alarmów w zakresie min. 1–3 minut?

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w regulację czasu paazy alarmów w zakresie min. 1–10 minut?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 15 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
15	Regulacja czasu paazy alarmów w zakresie min. 1-10 minut, min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stałe. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszenia bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe	Tak, podać	

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w regulację wzmocnienia krzywej EKG co najmniej: x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 23 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
23	Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO / dopuszcza się wzmocnienie krzywej EKG co najmniej: x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO. Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s	Tak, podać	

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do + 2,0 mV?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy pkt. 27 załącznika 2c do SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w prezentację zmian odcinka ST w formie graficznej uwzględniającej zmiany wartości odcinka ST?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy pkt. 28 załącznika 2c do SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w następujące prędkości kreślenia krzywej respiracji minimum: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 32 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
32	Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV /dopuszcza się prędkości kreślenia krzywej respiracji minimum: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s	Tak, podać	

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w pomiar tętna z SpO2 w zakresie min. 25–300/min?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 35 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
35	Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20-300/min. / dopuszcza się pomiar tętna w zakresie min. 25–300/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor, Masimo, Masimo Rainbow	Tak, podać	

Pytanie nr 12

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor niewyposażony we wskaźnik SIQ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy pkt. 39 załącznika 2c do SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) w zakresie minimum do 270 mmHg oraz pomiarem pulsu minimum z zakresu 40–240 bpm?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 44 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
44	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP)/ dopuszcza się pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) w zakresie minimum do 270 mmHg oraz pomiarem pulsu minimum z zakresu 40–240 bpm. Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg. Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji.	Tak, podać	

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją analizy NIBP z ostatnich minimum 24 godzin w postaci standardowych trendów graficznych i tabelarycznych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy pkt. 46 załącznika 2c do SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją pomiaru inwazyjnego ciśnienia *IBP o zakresie pomiarowym min. od -50 do +360 mmHg, dokładności min. +/- 2% lub 2 mmHg oraz PR z zakresu minimum PR min. 30– 300 bpm bez pomiaru wartości SPV oraz z możliwością zdefiniowania minimum dwóch ciśnień inwazyjnych?*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy pkt. 49 załącznika 2c do SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Kardiomonitor – pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją pomiaru CO2 i z minimum 4 prędkościami kreślenia krzywej do wyboru przez użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 50 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
50	Pomiar CO2 w strumieniu bocznym - 1 szt. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg Zakres pomiarowy awRR min. 0-150 odd./min. Min. 4 prędkości kreślenia krzywej Możliwość ręcznego ustawienia skali pomiarowej	Tak, podać	

Pytanie nr 17

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Centrala monitorująca do kardiomonitorów – pkt. 65

Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z możliwością zdalnego podglądu stanowiska centralnego na dowolnych urządzeniach mobilnych?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 65 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
65	Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania/ dopuszcza się centralę monitorującą z możliwością zdalnego podglądu stanowiska centralnego na dowolnych urządzeniach mobilnych	Tak	

Pytanie nr 18

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Centrala monitorująca do kardiomonitorów – pkt. 66

Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z możliwością zapisu co najmniej 240 godzin full disclosure oraz minimum 240 godzin trendów wszystkich monitorowanych krzywych i parametrów funkcji życiowych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy pkt. 66 załącznika 2c do SWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie nr 19

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Centrala monitorująca do kardiomonitorów – pkt. 70

Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z możliwością zawieszania alarmów w zakresie minimum 1min do 10 min oraz wyłączenia na stałe?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 70 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
70	Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min., 3 min., 5 min., 7 min., 10 min./ dopuszcza się możliwość zawieszania alarmów w zakresie minimum 1min do 10 min oraz wyłączenia na stałe oraz wyłączenia na stałe	Tak, podać	

Pytanie nr 20

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Centrala monitorująca do kardiomonitorów – pkt. 72

Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z możliwością komunikacji monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) lub bezprzewodowo za pomocą komunikacji WiFi?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 72 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
72	Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45), złącze RS-232/ dopuszcza się złącze RJ-45 lub bezprzewodowo za pomocą WiFi	Tak, podać	

Pytanie nr 21

Dotyczy pakiet nr 3 – Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 1 kpl.; załącznik 2c – formularz asortymentowy – Centrala monitorująca do kardiomonitorów – pkt. 78

Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z możliwością rozbudowy o współpracę bezprzewodową z urządzeniami podłączonymi do centralnej stacji monitorującej?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 78 załącznika nr 2c do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
78	Możliwość rozbudowy o współpracę z nadajnikami telemetrycznymi/ dopuszcza się centralę monitorującą z możliwością rozbudowy o współpracę bezprzewodową z urządzeniami podłączonymi do centralnej stacji monitorującej.	Tak, podać	

Zamawiający zmienia treść w ust 1 lit. b) rozdz. XVI SWZ , która otrzymuje brzmienie: „b) wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika nr (...) 2c zmiana , (...) do SWZ;”

Zamawiający zmienia treść w ust 2 rozdz. XXVI SWZ , która otrzymuje brzmienie: „ 2. Załącznik nr (...) 2c zmiana, (...) do SWZ: Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne”

Zamawiający zmienia treść w ust. 1 pkt. 1) rozdz. III SWZ , która otrzymuje brzmienie: „1) szczegółowym opisem wymaganych parametrów technicznych sprzętu medycznego objętego zamówieniem, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować/zainstalować oraz uruchomić -Załącznik(...) nr 2c zmiana, (...) – Wymagane parametry techniczne, do SWZ”

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4A W ZAKRESIE PAKIETU NR 1 – WZÓR UMOWY

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 4a – wzór umowy – §2 oraz §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie katalogu obowiązków przewidzianych w §2 oraz §3 wzoru umowy? Katalog został sporządzony obszernie i precyzyjnie. Nie jest uzasadnione późniejsze jego rozszerzenie na etapie realizacji i zaskakiwanie Wykonawcy dodatkowymi roszczeniami, skoro na tej podstawie Wykonawca sporządza także swoją ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §2 ust. 9)

Czy Zamawiający wykreśli z treści §2 pkt 9) wzoru umowy słowo „bezusterkowego”?

W ocenie Wykonawcy jak i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można uzależniać odbioru przedmiotu umowy od podpisania protokołu bez jakichkolwiek wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między zamawiającym a wykonawcą, uzależniając odbiór, od wykluczenia istnienia jakiegokolwiek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia, umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawianiem przedmiotu umowy do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji. W konsekwencji przyjmuje się, że strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. wyroki SN: z 05.03.1997 r. sygn. II CKN 28/97, z 26.02.1998 r. sygn. I CKN 520/97, z 30.10.2002 r. sygn. V CKN 1287/00, z 07.03.2013 r. sygn. II CSK 476/12).

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §6 ust. 4–6 oraz §7 ust. 14
Czy analogicznie Zamawiający doprecyzuje §6 ust. 4–6 wzoru umowy oraz zmieni §7 ust. 14 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §11 ust. 4 oraz §11 ust. 6 lit. c
Czy stosownie do zacytowanego orzecznictwa Zamawiający usunie w §11 ust. 4 wzoru umowy frazę „bez zastrzeżeń”? Ponadto, czy Zamawiający wykreśli słowo „bezusterkowego” w §11 ust. 6 lit. c wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §3 ust. 14
Prosimy o wyjaśnienie, jaka „spółka” ma być uprawniona do weryfikacji dokumentacji na podstawie §3 pkt 14 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiającym jest IML Spółka z o.o., która realizuje zamówienie na podstawie Umowy o Wspólnej Realizacji Inwestycji ze Szpitalem, który będzie użytkownikiem.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §3 ust. 19
W §3 pkt 19 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, iż do obowiązków Wykonawcy należy: „wykonywanie prac w czynnym obiekcie szpitalnym, w tym prowadzenie prac stwarzających hałas wyłącznie po uzgodnieniu ze szpitalem i w zakresie godzin 15:00 – 19.00;”

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku potrzeby prowadzenia prac mimo hałasu, po uprzednim ustaleniu tego rodzaju przypadków z Zamawiającym/użytkownikiem, Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie niezbędnych robót?

Kwestia wstrzymywania robót z przyczyn opisanych we wskazanym postanowieniu może wpłynąć na czas realizacji, stąd Wykonawca prosi o zapewnienie możliwości prowadzenia

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

robót mimo hałasu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na ewentualny zbliżający się termin realizacji Umowy.

Odpowiedź: W przypadku potrzeby prowadzenia prac mimo hałasu, po uprzednim ustaleniu tego rodzaju przypadków z Zamawiającym/użytkownikiem, Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie niezbędnych robót.

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §3 ust. 28

Na jakich zasadach Wykonawca miałby zawrzeć umowy ze Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie zgodnie z §3 pkt 28 wzoru umowy w zakresie dostaw/użyczenia mediów, w tym wody i prądu? Prosimy o określenie przewidywanych zasad odpłatności za media.

Odpowiedź: Wykonawca będzie płacił Szpitalowi comiesięczną opłatę ryczałtową za zużyte media na potrzeby wykonywanych robót:

c) z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości - 400,00 zł brutto,

d) z tytułu zużycia wody w wysokości - 250,00 zł brutto

płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Szpital. Faktury będą wystawione przez Dział Gospodarczy i Transportu ostatniego dnia każdego miesiąca w trakcie wykonywania prac. Ostatnia faktura za zużyte media zostanie wystawiona podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (jej wysokość będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni wykonywanych prac budowlanych). W związku z przewidzianą opłatą za media Wykonawca zgłosi przystąpienie do wykonywania umowy na roboty budowlane w Dziale Gospodarczym i Transportu Szpitala, dalej „DGiT” (e-mail: dgit@szpital-belchatow.pl). Po dokonaniu odbioru końcowego robót Sekcja Inwestycji i Sprzętu Medycznego Szpitala przekaze DGiT informację o zakończeniu prac (załączając kopię protokołu odbioru końcowego robót) celem wystawienia końcowej faktury.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu określonego w §6 ust. 1 wzoru umowy na „3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §6 ust. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dostosowanie w §6 ust. 2 wzoru umowy terminu usunięcia ewentualnych uszkodzeń stosownie do wymagań technicznych i technologicznych? W zależności od rodzaju ewentualnego uszkodzenia termin 3 dni może okazać się niewystarczający na prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną przywrócenie właściwego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §6 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju wady/uszkodzenia/zastrzeżenia wskazane w §6 ust. 3 wzoru umowy mają uprawniać Zamawiającego do żądania dostarczenia urządzenia wolnego od wad fizycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia treści w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 7 ust. 7

W § 7 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. b), nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania umowy.”

Prosimy o wyjaśnienie, w jakich sytuacjach Zamawiający zamierza odmówić zaakceptowania wniosku o zmianę terminu wykonania umowy i od czego uzależnia wyrażenie zgody na prolongatę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §7 ust. 8

W §7 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 6 lit. a) i b) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji.”

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie frazy „bez skutków finansowych”?

Sytuacje przerw w realizacji mogą być wywołane różnorodnymi czynnikami, które trudno przewidzieć już teraz, jak również różne mogą być konsekwencje finansowe dla Wykonawcy ewentualnych przestojów, stąd nie jest zasadne definitywne pozbawianie Wykonawcy na przyszłość uzasadnionych roszczeń związanych z ww. przerwami, niezawinionymi przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §7 ust. 12

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie katalogu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §7 ust. 12 wzoru umowy poprzez wykreślenie frazy „w szczególności”?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Przy założeniu, że dokumenty wymienione w ww. postanowieniu nie wyczerpują oczekiwań Zamawiającego, późniejsze sformułowanie dodatkowych żądań może wpłynąć na czas realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto, Wykonawca nie powinien być w trakcie realizacji Umowy zaskakiwany nowymi roszczeniami Zamawiającego, nieujętych w umowie. Zwłaszcza, że zgodnie z §7 ust. 15 wzoru umowy brak spełnienia wymogów z tego postanowienia może stanowić podstawę odmowy przystąpienia do odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §7 ust. 12

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jakim zakresie Zamawiający oczekuje przedstawienia kart przekazania odpadów (KPO), o których mowa w §7 ust. 12 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §7 ust. 13

W §7 ust. 13 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez komisję odbioru. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 13 ust. 3 lit. b) do czasu faktycznego oddania robót bez wad.
- b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót lub Zamawiający może żądać zapłaty równowartości wadliwej części robót;
- c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 13 ust. 3 lit. e) lub żądać wykonania robót po raz drugi.”

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zdania drugiego z lit. a). Zgodnie z przywołanym wyżej orzecznictwem wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z celem nie stanowią przeszkody do odbioru i powinny być usuwane w ramach rękojmi lub gwarancji. W związku z powyższym Wykonawca proponuje, aby tak je traktować i roszczenia z ich tytułu realizować w ww. trybie. Ponadto, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie lit. b) w taki sposób, że w miejsce żądania ponownego wykonania robót lub zapłaty – wady nie nadające się do usunięcia a nie wpływające na możliwość korzystania z przedmiotu umowy rodziłyby po stronie Zamawiającego roszczenie o obniżenie ceny lub ponowne wykonanie danego elementu w ramach gwarancji/rękojmi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §7 ust. 15

Prosimy potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie §7 ust. 15 wzoru umowy o wskazanie, iż jedynie przyczyny zawinione przez Wykonawcę uniemożliwiające pracę komisji odbiorowej mogą stanowić podstawę do obciążenia Wykonawcy kosztami działania takiej komisji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §8 ust. 1

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usług wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
- mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź)
- normalnego zużycia wymienionych części”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §8 ust. 8

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §8 ust. 8 oraz §13 ust. 2 lit. f

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Przedmiot niniejszego zamówienia (pakiet 1) obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilkanaście tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również bardzo dużo czasu jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §8 ust. 17

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego i w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Powyższe potwierdza zresztą brzmienie § 8 ust. 17 wzoru umowy (załącznik nr 4a do SWZ).

W związku z tym, że do dokumentacji postępowania nie dołączono wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę (z dopuszczeniem możliwości negocjacji jej treści)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §10 ust. 3

W związku z tym, że przeważającą formą komunikacji jest obecnie forma mailowa, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §10 ust. 3 wzoru umowy poprzez wskazanie, że informacja o zmianie osób do kontaktów będzie odbywać się drogą mailową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, że informacja o zmianie osób do kontaktów będzie odbywać się drogą mailową.

Pytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §11 ust. 13

W §11 ust. 13 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„Zamawiający nie będzie waloryzował ceny angiografu z wyposażeniem.”

Przy uwzględnieniu aktualnych niestabilnych warunków rynkowych, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ww. postanowienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §11 ust. 14

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

W §11 ust. 14 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac adaptacyjnych.”

Czy uwzględniając obecną sytuację gospodarczą na rynku budowlanym Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ww. postanowienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §11 ust. 15

W §11 ust. 15 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.”

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wystąpienia w ramach robót zamiennych robót dodatkowych – niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy Zamawiający wyrazi zgodę na ich realizację i ustali niezbędne wynagrodzenie z tego tytułu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 25

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §12 ust. 1

Czy ze względu na termin realizacji umowy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminów określonych w §12 ust. 1 wzoru umowy dla potrzeb akceptacji przez Zamawiającego treści umów/aneksów z podwykonawcami z „14” na „5” dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 26

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §12 ust. 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia, o którym mowa w §12 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczy mu w tym celu termin co najmniej 3 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 27

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §13 ust. 2 lit. b, e oraz ust. 3

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 28

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §13 ust. 4

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Prosimy o usunięcie postanowienia § 13 ust. 4 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Zgodnie bowiem z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 29

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §14 ust. 2 lit. c)

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy w sytuacjach opisanych w §14 ust. 2 lit. c) wzoru umowy – w każdym ze wskazanych przypadków odstąpienie będzie poprzedzone wezwaniem do należytego wykonywania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 30

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §14 ust. 2 lit d)

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §14 ust. 2 lit d) wzoru umowy w taki sposób, aby wynikało z niego, że w sytuacji opisanej w tym postanowieniu Wykonawca ma uprawnienie do przedstawienia planu naprawczego w terminie co najmniej 5 dni od wezwania przez Zamawiającego i dopiero brak takiego planu, umożliwiającego dotrzymanie terminu może stanowić podstawę odstąpienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 31

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §14 ust. 2 lit. g)

W §14 ust. 2 pkt g) wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących okolicznościach:

g) pomimo 1–krotnej pisemnej uwagi i/lub wniosku inspektora, Wykonawca narusza przepisy BHP i /lub ppoż.”.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. postanowienia w ten sposób, ażeby dopiero po 2–krotnym pisemnej uwadze inspektora mogły nastąpić

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

konsekwencje opisane w ww. §14, a ponadto, naruszenie przepisów BHP i ppoż. powinno mieć charakter rażący a nie błahy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 32

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §14 ust. 6

W §14 ust. 6 pkt g) wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:

„W przypadku odstąpienia od umowy:

- ustalenia wysokości zapłaty za roboty, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego ilości robót oraz narzuty i ceny określone w kosztorysie wykonania robót,
- kosztami wykonania zastępczego robót o których mowa w § 1 ust. 2 umowy wadliwie wykonanych, obciążony zostanie Wykonawca;
- kosztami wykonania tymczasowego zabezpieczenia terenu prac zostanie obciążony Wykonawca.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. pkt b) w taki sposób, aby wynikało z niego, że wykonanie zastępcze będzie dopuszczalne dopiero po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu?

Podobnie, czy Zamawiający potwierdzi, że koszty wykonania tymczasowego zabezpieczenia terenu (pkt c) będą obciążały Wykonawcę tylko w sytuacji, gdy do odstąpienia doszło z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 33

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §14 ust. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie §14 ust. 7 wzoru umowy tak, że wstrzymanie zapłaty nie będzie mogło dotyczyć prac wykonanych prawidłowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §14 ust. 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z §14 ust. 8 wzoru umowy zdania drugiego? W sytuacji, gdy do odstąpienia doszłoby z winy Zamawiającego nie powinna zostać zamknięta możliwość formułowania ewentualnych roszczeń Wykonawcy, jako strony ponoszącej negatywne konsekwencje takiej sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 35

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §14 ust. 11

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie §14 ust. 11 wzoru umowy? Odstąpienie powoduje co do zasady, że umowa jest uważana za niezawartą, w związku z czym nie powinny obciążać Wykonawcy roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 36

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – §3 ust. 2

Przedstawienie na etapie projektowania Zamawiającemu i użytkownikowi celem pisemnego zatwierdzenia założeń i rozwiązań projektowych, materiałowych, technicznych i technologicznych oraz estetycznych;

W jakim terminie Zamawiający dokona akceptacji lub naniesie poprawki do przedstawionych rozwiązań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 37

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 3 ust. 21

Przedstawienie w terminie 3 dni po zawarciu umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zatwierdzi spółka oraz użytkownik i stanowił on będzie załącznik do umowy;

W jakim terminie nastąpi akceptacja bądź naniesienie uwag do przedstawionego harmonogramu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 38

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 7 ust. 15

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł przystąpić do czynności odbiorowych w ustalonym terminie, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, to wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powołane do przeprowadzenia odbioru.

Wnosimy o wyjaśnienie co wchodzi w zakres kosztów działania komisji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 39

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 8 ust. 1

Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany angiograf z wyposażeniem - 36 miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

Wnosimy o zmianę powyższego zapisu na:

Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany angiograf z wyposażeniem - 36 miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

zamówienia. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie umowy.

Gwarancja stanowić może dodatkową podstawę odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy (głównie fizyczne), niezależnie od jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 577 § 1 KC udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancją nie są objęte ewentualne szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 40

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 8 ust. 11

Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla urządzenia medycznego przez minimum 10 lat od zawarcia umowy.

Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres 10 lat nie jest możliwe z uwagi na treść przepisu art. 434 § 1 i 2 PZP, zgodnie z którym co do zasady umowy zawiera się na okres do 4 lat. Wykonawca nie może być zatem zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego po okresie obowiązywania umowy, ani nawet do złożenia oświadczenia o gwarantowanym dostępie do części zamiennych w tym okresie.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 41

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 8 ust. 15

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pełnego dostępu do wykonywania czynności serwisowych w dostarczonych urządzeniach medycznych po upływie okresu gwarancji – przekazanie kluczy serwisowych.

Wnosimy o usunięcie zapisu. Bezwzględne zagwarantowanie pełnego dostępu do wykonywania czynności serwisowych poprzez przekazanie kluczy serwisowych jest niemożliwe, bowiem Wykonawca nie odpowiada za działania producenta sprzętu, który w różny sposób zabezpiecza swoje urządzenia przed nieuprawnionym dostępem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 42

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 9 ust. 2 lit. d

d) ponoszenia odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń oraz wykonanych robót.

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Od chwili odbioru końcowego odpowiedzialność za utrzymanie należytego stanu technicznego spoczywa na użytkowniku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 43

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 9 ust. 3

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od czasu usunięcia wad potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wnosimy o zmianę zapisu na:

W przypadku usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji na część w której wada została usunięta biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady nie można było korzystać z przedmiotu objętego gwarancją.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 44

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 11 ust. 14

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac adaptacyjnych.

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Zwracamy uwagę m.in. na możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 45

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 14 ust. 11

Zamawiający odstępując od umowy ma prawo powierzyć wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz usuwanie wad i awarii w okresie rękojmi i gwarancji innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę.

Wnosimy o zmianę zapisu na:

Zamawiający odstępując od umowy ma prawo powierzyć wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz usuwanie wad i awarii w okresie rękojmi i gwarancji innemu Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 46

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 13 ust. 2 lit. f

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 11 ust. 1, w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 8 ust. 12 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu dostarczenia aparatu zastępczego. Dostarczenie w ciągu 5 dni angiografu jako urządzenia medycznego wbudowanego na stałe nie jest możliwe, szczególnie, że dla tego urządzenia jest wymagana specjalistyczna instalacja, montaż oraz dopuszczenia przez odpowiednie służby.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie nr 47

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 13 ust. 6

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 oraz § 11 ust. 2.

Z uwagi na zbyt wysoko ustalony limit kar wnosimy o zmianę zapisu na:

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 oraz § 11 ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 48

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy – § 13 ust. 7

Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 49

Dotyczy załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy o zapisy przewidujące możliwość zmiany umowy, które zostały ujęte w SWZ, a których brak w umowie.

Odpowiedź: Umowa stanowi zintegrowaną część SWZ.

Zamawiający zmienia treść w rozdziale XVII ust. 1 i 3 SWZ, która odpowiednio otrzymuje odpowiednio brzmienie:

„Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2022 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności na adres Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2022 r. do godz. 10:45”

Zamawiający zmienia treść w rozdziale XV ust. 1 SWZ, która otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 02.01.2023r.”

Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie wyżej wymienionych zmian.

Pozostałe wyjaśnienia będą przekazane w następnym piśmie.

Zamawiający zastępuje:

- SWZ, SWZ zmiana 3,
- Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznikiem nr 1 zmiana do SWZ

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

- Załącznik nr 2a _ANGIOGRAF do SWZ, Załącznikiem nr 2a zmiana _ANGIOGRAF do SWZ
- Załącznik nr 2b _USG do SWZ, Załącznikiem nr 2b zmiana _USG do SWZ
- Załącznik nr 2c _KARDIOMONITOR do SWZ, Załącznikiem nr 2c zmiana _KARDIOMONITOR do SWZ
- Załącznik nr 4a wzór umowy dotyczy Pakietu nr 1 do SWZ, Załącznikiem nr 4a zmiana wzór umowy dotyczy Pakietu nr 1 do SWZ

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Sylwia Frąckowiak

/opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

