

Sprawa ZO/21/2024

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawy artykułów medycznych - uzupełnienie**”, ogłoszonego za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/prn/zo/ostrowiec> w dniu 19.06.2024 r. informujemy:

1. Zadanie nr 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o opisie jak poniżej:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką
- Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest

uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm

- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
 - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
 - Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	PRZEZNACZENIE
10Fr 3,35mm	600mm	intubacja
12Fr 4,05mm	600mm	intubacja
14Fr 4,75mm	600mm	intubacja
16Fr 5,45mm	600mm	intubacja
10Fr 3,35mm	330mm	tracheostomia
12Fr 4,05mm	330mm	tracheostomia
14Fr 4,75mm	330mm	tracheostomia
16Fr 5,45mm	330mm	tracheostomia

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Część 4: Czy Zamawiający dopuści smoczek bezłateksowy z odpowietrzaczem do butelki?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3. Część 4: Czy Zamawiający dopuści smoczek jednorazowy standardowy z trzema otworami, przepływ 9 ml na minutę z tolerancją przepływu +4 ml / -2 ml ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Część 4: Czy Zamawiający dopuści produkty, które nie są zarejestrowane jako wyroby medyczne, ale będące wyrobami przeznaczonymi do użytku w szpitalach i innych placówkach medycznych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 1 i 2 - Zamknięty system do odsysania wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie większym, korzystniejszym 120°, pozostałe parametry zgodnie z swz? łagodniejszy kąt (od wymaganego kąta 90°) pozwala na utrzymanie równego, laminalnego przepływu gazu, co jest korzystniejsze dla pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w zad. 2 poz. 1 Zamawiający dopuści standardowe rozmiary zestawów tj. Ch 08, 10, 12, 14, 16?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Zadanie nr 2 dotyczy Zamkniętych Systemów Odsysania, na które mamy z Państwem umowę przedłużoną w dniu 21.03.2024 Aneksem nr 1 do 21.03.2024r. Prosimy o unieważnienie tego zadania w zapytaniu. Wykorzystaliście Państwo z umowy niewielką ilość.

Odp.: Zamawiający unieważnia postępowanie w **Zadaniu nr 2** dotyczącym Zamkniętych Systemów Odsysania.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIFIOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec