

# Burmistrz Miasta Ząbki

ul. Wojska Polskiego 10  
05-091 Ząbki



tel: 22 51 09 702

fax: 22 51 09 888

e-mail: [um@zabki.pl](mailto:um@zabki.pl)

Ząbki, dnia 2 grudnia 2022 r.

W związku z wpłynięciem pytania dot. ogłoszonego postępowania w zakresie przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa defibrylatorów AED wraz z montażem i dodatkowym wyposażeniem oraz szkoleniami instruktażowymi dla 20 grup” udzielam odpowiedzi poniżej.

Pytanie 1:


Czy dopuszczą Państwo ofertę na urządzenie o parametrach równoważnych, bądź lepszych od podanego przez Państwa modelu w specyfikacji?

Odp.: Odpowiedź na ww. pytanie jest zawarta w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia, UWAGI- pkt 1.

Pytanie 2:

Czy mamy planować również prace elektryczne związane z przygotowaniem przyłącza 230 V do ROTAIDA 24/7?

Odp.: Przyłączy zapewnia Kupujący.



BURMISTRZ  
Miasta Ząbki  
  
Małgorzata Zyśk