



Znak: AE/ZP-27-57/22

Tarnów, 2022-08-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętnicznej na gazometrię.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14 Załącznik Nr 4 do SWZ pkt 17. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dotyczący aparatu do OB zawarty w punkcie nr 17, jeżeli wraz z aparatem wykonawca dostarczy dedykowany przez producenta aparatu Zestaw Kontrolny, składający się z 3 probówek z wystandaryzowanymi rdzeniami stałymi, który służy do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli poprawności pracy aparatu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 14.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek