

Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi)

Kraków, dn. 11.09.2024 r.

L.dz. DZiK-DZP.2921.52.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp” pn. **Zakup i dostawa sprzętu histopatologicznego i laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**
nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.52.2024.**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniu 11.09.2024 r. wpłynął wniosek potencjalnego Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w Załączniku 1.1 do SIWZ „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” w części 10. WYTRZASARKA ORBITALNA Z WYPOSAŻENIEM wymaga Moc 30 W.

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę orbitalną z wyposażeniem posiadającą Moc 45W?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający **dopuszcza** wytrząsarkę orbitalną z wyposażeniem posiadającą Moc 45 W.

Kanclerz

/-/ mgr Marcin Gałan