



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- ...10.../21

Poznań, dnia 8...01.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
platforma zakupowa

Dotyczy: PN-99/20 przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją oraz uruchomieniem chromatografu cieczowego z oprogramowaniem i przeszkoleniem pracowników z podziałem na 2 części.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Część II, podpunkt 8 – źródło azotu: Czy Zamawiający dopuści generator azotu z wbudowaną sprężarką w wersji demo (używane urządzenie)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania używanego generatora azotu, pod warunkiem zagwarantowania pełnej funkcjonalności urządzenia.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI


dr n. med. Paweł Urusiak
za Zamawiającego

Pismo przygotowała: Barbara Głowacka
nr tel. (61) 854-60-18
e-mail: dzp@ump.edu.pl
dnia: 8.01.2021 r

