

UMOWA NR TI.261.24.2022

Zawarta w dniu _____ w Częstochowie pomiędzy:

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż wraz z dostawą i montażem autoklawu do sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pięciu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

§ 2

Termin realizacji umowy Strony ustalają w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do Laboratorium Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
2. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji urządzenia w miejscu wskazanym przez Kierownika Laboratorium oraz sprawdzenia poprawności działania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu wraz z dostawą, wszelkich niezbędnych dokumentów (w języku polskim) wymaganych dla poprawnej eksploatacji w tym karty gwarancyjnej.
4. Dostawa, o której mowa w ust. 1, winna się odbyć w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00.

§ 4

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto zł (słownie:) plus należny podatek VAT.
2. Cena, o której mowa w ust. 2, uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i nie może ulec zmianie.

§ 5

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po odbiorze i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w numer rachunku
3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP
5. W przypadku braku numeru rachunku bankowego (wskazanego w umowie lub fakturze przez Wykonawcę do realizacji płatności przez Zamawiającego) w elektronicznym wykazie rachunków podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Strony ustalają miesięczny termin rękojmi.
3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych, maksymalnie w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i jej usunięcia w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
4. W przypadku niepodjęcia czynności naprawczych w ramach udzielonej gwarancji w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia przez Wykonawcę awarii lub nieusunięcia awarii w terminie 21 dni od daty jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii na koszt Wykonawcy bądź żądać wymiany urządzenia na fabrycznie nowe.
5. Wykonawca wyraża zgodę na serwisowanie urządzenia w okresie gwarancyjnym przez Zamawiającego.
6. W trakcie trwania gwarancji wymagany jest min. 1 bezpłatny przegląd serwisowy urządzenia. Przeglądy należy przeprowadzać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w obecności jego przedstawiciela. Protokoły przeprowadzonych przeglądów należy przekazać Zamawiającemu.

§ 7

1. Wykonawca ustanawia jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel.
2. Zamawiający ustanawia jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z należnościami Wykonawcy z tytułu zafakturowanych dostaw.
4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość wskazanych w niniejszej umowie kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 424 z późniejszymi zmianami).

§ 11

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia.

§ 12

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw spornych wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

**POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO)**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekzarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

- ❖ świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
- ❖ spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
- ❖ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
- ❖ poprawę efektywności działalności środowiskowej,
- ❖ odpowiedzialny dobór dostawców,
- ❖ zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
- ❖ systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
- ❖ udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

*DEKLARACJA POLITYKI ZSZ
ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD
PROTOKOŁEM NR 13/18 Z DNIA 24.05.2018r.*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na sprzedaż i dostawę autoklawu do sterylizacji odpadów mikrobiologicznych

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i montażem autoklawu do sterylizacji odpadów mikrobiologicznych o następujących parametrach technicznych:
 - a. Pionowa komora cylindryczna o średnicy nie mniejszej niż 400mm i głębokości nie mniejszej niż 600mm;
 - b. Obudowa z niemalowanej stali nierdzewnej, komora i pokrywa ze stali tytanowej, kwasoodpornej;
 - c. Pojemność robocza 75 l;
 - d. Niewielkie, kompaktowe wymiary zewnętrzne: szerokość do 60 cm, głębokość do 80 cm, otwór załadowniczy na ergonomicznej wysokości do 80 cm od poziomu podłogi;
 - e. Sterowanie mikroprocesorowe automatyczne kontrolujące wszystkie parametry pracy autoklawu, stała kontrola temperatury i ciśnienia, bez konieczności nadzoru;
 - f. Prosty i czytelny panel sterowania (menu w języku polskim);
 - g. Wyświetlacz LCD wskazujący przebieg procesu sterylizacji, aktualny odczyt temperatury, ciśnienia i czasu sterylizacji;
 - h. Zmiana parametrów procesu zabezpieczona hasłem;
 - i. Szczelna obudowa wokół otworu załadowniczego zabezpieczająca przed przedostaniem się rozlanej cieczy do wnętrza przestrzeni serwisowej;
 - j. Możliwość programowania temperatury sterylizacji z przedziału wartości 100°C-140°C;
 - k. Możliwość programowania czasu sterylizacji;
 - l. Możliwość sterylizacji ciał stałych, cieczy i odpadów laboratoryjnych;
 - m. Program do czyszczenia komory i armatury nasyconą parą wodną o wysokim ciśnieniu minimalnym 4 bar;
 - n. Sonda temperatury do kontroli temperatury w komorze;
 - o. Bezpieczna i trwała uszczelka wargowa pokrywy;
 - p. Możliwość rejestracji przebiegu sterylizacji tj. temperatury i ciśnienia za pomocą komputera (– interfejs + oprogramowanie do zbierania danych);
 - q. Wydajny system wytwarzania pary;
 - r. Skuteczny system odpowietrzania komory za pomocą impulsów pary (ważny przy usuwaniu powietrza z worków przy sterylizacji brudnej);
 - s. Skuteczne wspomaganie procesu stygnięcia sterylizowanych cieczy np. za pomocą wentylatora chłodzącego ścianę komory ciśnieniowej;
 - t. Schładzanie kondensatu do temperatury poniżej 70°C;
 - u. Podwójne zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy (termiczne i ciśnieniowe);
 - v. Czujniki służące do nadzorowania temperatury i ciśnienia – wzorcowane;
 - w. Wejście na czujniki walidacyjne;
 - x. Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej do sterylizacji odpadów w workach;
 - y. System uzdatniania wody do systemu wytwarzania pary.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty bezusterkowego odbioru końcowego.