



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1725 / 2881 / 24

Data: 22.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 83 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 83 pozycja 1 dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczekach, z funkcją biopsji stycznych. Trzy rodzaje szczęk Standard, Large i Jumbo pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2mm oraz 2.4 mm współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm oraz o średnicy szczęk 2.8mm współpracujące z kanałem roboczym 3.2mm, o długość 240cm; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 83 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 83 pozycja 2 dopuści pętle elektrochirurgiczne pozwalająca na resekcję zarówno polipów, jak i śluzówki, kształt okręgu, średnica pętli 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 33mm, średnica drutu 0.42mm, średnica osłonki 2.4mm, wewnętrzna strona osłonki pokryta jest tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli, długość robocza narzędzia 240cm, min. średnica kanału roboczego 2.8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 83 poz. 3 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 83 pozycja 3 dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, obrotowy 360 stopni w obu kierunkach (pokrętło zapewniające płynny obrót), z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm dla klipsów o długości roboczej 155cm i 235cm oraz o szerokości otwarcia 17 mm o długości roboczej 235cm? Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem, wskazania zawarte w instrukcji obsługi produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 83 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 83 pozycja 24 dopuści narzędzie do usuwania obciętych polipów lub ciał obcych w formę pętli z siatką chwytającą o rozmiarze 3 cm x 5.5 cm, średnicy zewnętrznej 2,5mm, długość robocza 230cm.



Ultra mocna porowata siatka wykonana z poliestrowego materiału odpornego na pęknięcia, strzępienie i rozrywanie dopasowuje się do kształtu polipa lub ciała obcego ułatwiająca jego usunięcie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 83 nie zawiera ooczyki 24, jednakże Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał Pytanie do Pakietu 83 pozycja 4 i udziela odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 83 poz. 5 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 83 pozycja 5 dopuści ligator wielopodwiazkowy do endoskopowego podwiązywania żyłaków przełyku zawierający 7 podwiazek w kolorze niebieskim (przedostatnia w kolorze ecru), wykonanego z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu, z głowica wykonaną z przezroczystego tworzywa zapewniającego szerokie pole widzenia - opaski zamontowane po proksymalnej stronie głowicy, nie powodując efektu „obrazu tunelowego” w obrazie endoskopowym, wyposażone w giętki dren przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, zestaw współpracuje z endoskopami o średnicy końcówki od 8.6 mm do 11.5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 86 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 86 pozycja 1 dopuści Iglę do skleroterapii z regulowaną długością ostrza, średnica kateteru 1,8 mm, długość kateteru 200 cm, średnica igły 23 lub 25, maksymalna długość ostrza 4 lub 6 mm oraz średnica kateteru 2,3 mm, długość kateteru 240 cm, średnica igły 23 lub 25, maksymalna długość ostrza 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 86 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 86 pozycja 2 dopuści cienkościenne protezy do drenażu dróg żółciowych wykonane z polietylenu, z zagięciem centralnym oraz dwunastniczym, które posiadają zwiększoną średnicę wewnętrzną przy niezmienniej średnicy zewnętrznej. Dostępne w długościach: 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 86 poz. 3 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy zamawiający w pakiecie 86 pozycja 3 dopuści cienkościenne protezy do drenażu dróg żółciowych typu podwójny pigtail wykonane z polietylenu, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 86 poz. 5 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 86 pozycja 5 dopuści cewnik do kontrastowania dróg żółciowych z dwoma niezależnymi kanałami dostępny w 5 wariantach końcówki (Standard, Tapered, Ultra Tapered, Fine, Ball Tip), współpracującymi z przewodnikami o średnicy od 0,018” do 0,035” do wyboru Zamawiającego, o średnicy 5Fr i długości roboczej 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 86 poz. 7 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

10. Czy zamawiający w pakiecie 86 pozycja 7 dopuści przewodnik do zabiegów ECPW, dostępne w wersji z końcówką roboczą o długości 5 i 10 cm oraz w wersji z końcówkami na obydwu końcach jednego przewodnika (długość końcówek 5 i 10 cm), o sztywności standardowej lub usztywnionej, kształt końcówek prosta lub zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, średnica: 0.025” i 0.035”, długość 450 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 86 poz. 11 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy zamawiający w pakiecie 86 pozycja 11 dopuści plastikową protezę do drenażu trzustki wykonaną z giętkiego i trwałego polimeru pozostałe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12 dot. Pakietu 86 poz. 12 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 86 pozycja 12 dopuści szczypce chwytające, tyżeczki typu „szczęki aligatora” „zab szczura” i „szczęki typu combo” - które są połączeniem kleszczy typu aligator i kleszczy typu zab szczura, służące



do usuwania ciał obcych. Długość robocza 230cm, szerokość rozwarcia łyżeczek 7,8 lub 9mm w zależności od typu szczęk do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 13 dot. Pakietu 87 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy zamawiający w pakiecie 87 pozycja 2 dopuści dwustronne szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów oraz gniazd zaworów (ssącego oraz woda/powietrze), której cewnik wykonany jest ze sprężystego tworzywa odpornego na załamania.. Szczoteczki wykonane są z gęstego włosia odpornego na odkształcenia, szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego posiada włosie o długości 13mm i średnicę 5mm, szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów posiada długość 40mm i średnicę 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

