



Poznań, 9 października 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Dominika Kmet

Nasz znak: AD-O.272.14.2024
Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet II, załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości wewnętrznej 666 mm?”

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby dostarczona komora laminarna posiadała wymiary wewnętrzne powierzchni roboczej: głębokość 46,5cm-68cm x szerokość 95cm-105cm x wysokość 70cm-80cm (+/-5 cm).

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości wewnętrznej 885 mm?”

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z przepływem powietrza 0.35m/s z regulacją automatyczną do tej wartości?”

Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w szybę frontową nachyloną pod kątem nachylenia od pionu 7 stopni?”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości zewnętrznej 2212 mm (wysokość uwzględnia stelaż)?”

Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z protokołem sprawdzenia urządzenia po dostawie wykonanym przez autoryzowany serwis posiadający urządzenia wzorcowane w akredytowanych laboratoriach (z aktualnymi świadectwami)?”

Odpowiedź nr 2-6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Wszystkie istotne, minimalne parametry wskazano w załączniku nr 3 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARIII
lek. wet. Dominika Kmet

AP
Sporządziła: A.Pospychała



Kmet
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl