



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/49/2024

Przasnysz, dnia 22.11.2024 r

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz udziela odpowiedzi na zapytania.

**Pyt. 1**

**Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 3 poziomu AQL  $\leq 1,5$ . Pozostałe parametry zgodne.**

**W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o argumentacje dlaczego poziom AQL  $\leq 1,5$  został dopuszczony w poz. 2 oraz 4.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie AQL  $\leq 1,5$ . pakiecie nr 2 poz. 3.*

**Pyt. 2**

**Pakiet 1, pozycja 5-8**

**Czy Zamawiający dopuści ostrza z nazwą producenta i krajem na opakowaniu jednostkowym?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 3**

**Pakiet 1, pozycja 9-12**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 4**

**Pakiet 1, pozycja 17**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 5**

**Pakiet 1, pozycja 19**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 6**

**Pakiet 1, pozycja 20**

**Czy Zamawiający dopuści okularki ochronne dla niemowląt w 3 rozmiarach M, L obwodu głowy:**

**- 240-340 mm;**

**- 300-400 mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w powyższych dwóch rozmiarach.*

**Pyt. 7.**

**Pakiet 1, pozycja 21 - 24**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 8**

**Pakiet 1, pozycja 25**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 9**

**Pakiet 1, pozycja 26**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 10**

**Pakiet 1, pozycja 34**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 11**

**Pakiet 1, pozycja 35**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 12**

**Pakiet 1, pozycja 38**

**Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowe w rolce wykonane z rozciągliwego paska TPE, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 13**

**Pakiet 1, pozycja 38**

**Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?**

*Odp. Zamawiający nie oczekuje.*

**Pyt. 14**

**Pakiet 1, pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści golarzkę typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytą chromem? Wymiary ostrza wynoszą 0,8x3,6x0,01 cm, a rozmiar całkowitej golarzki 6,5x4,5cm?

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.*

**Pyt. 15**

**Pakiet 1, pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

**Pyt. 16**

dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie noża Crescent ostrzonego od góry o rozmiarze 1,6 lub 2,2 mm.

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 17**

dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie noża MVR 20G, ostrze zakrzywione pod kątem 45°.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 18**

1.Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:- średnica 13 FR długość 20 cm,25 cm – ramiona proste i zagięte do wyboru przez Zamawiającego Charakterystyka cewnika:- termoplastyczny poliuretan Tecoflex-radiocieniujący szaft cewnika- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów-obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr- nasadki iniecyjne Luer Lock- opakowanie zawiera 3 szt.

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 19**

1.Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:- średnica 11 FR długość 20 cm,25 cm – ramiona proste i zagięte do wyboru przez Zamawiającego Charakterystyka cewnika:- termoplastyczny poliuretan Tecoflex-radiocieniujący szaft cewnika- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów-obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI-

odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr- nasadki iniekcyjne Luer Lock- opakowanie zawiera 3 szt.

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

Pyt. 20

Pytanie 1. Pakiet 17, poz. 1 Czy Zamawiający może określić w Pakiecie 17 poz 1 jaką potrzebuje średnicę 11,5F czy 13 F cewników dializacyjnych dwuświatłowych, wysokoprzepływowych, przeciwbakteryjnych pokrytych solami bizmutu, o długościach 20 cm, 25 cm?

*Odp. Zamawiający oczekuje cewnika o średnicy 11,5F.*

Pyt. 21


Pakiet 6: czy Zamawiający dopuści Zestaw do iniekcji doszkliskowych jednorazowo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przyłepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową),rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, kompresy włókninowe oraz waciki wiskozowe do uciśnięcia rany wlotowej, pean jednorazowy?

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Pyt. 22

W związku z naszym zainteresowaniem postępowaniem na dostawę cewników dializacyjnych, pragnę zapytać o możliwość złożenia oferty na cewnik dializacyjny, który nie jest pokryty solami bizmutu, w sytuacji gdy w specyfikacji wymagany jest cewnik przeciwbakteryjny pokryty solami bizmutu.

Zdajemy sobie sprawę z preferencji dotyczących określonych właściwości cewników, jednakże chcielibyśmy uzyskać informację, czy cewnik, który nie jest pokryty solami bizmutu przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii w dostępnych długościach 20,24cm., mógłby również spełniać wymagania dotyczące właściwości przeciwbakteryjnych.



*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

Z poważaniem

ca Dyrektora Us. Medycznych  
Aniżej Kos  
specjalista Chirurgii Ogólnej  
specjalista Medycyny Ratunkowej